



Radomsko, dnia 01.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.12/17/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Faza I Etap I

Część II Dodatek 2/ 7,14,15,16 do SIWZ

Uwaga w Lp. 2 (1 zestaw dla 2 stanowisk) nastąpiło przesunięcie numerów (są dwa numery 1, poniższa punktacja odnosi się do prawidłowej kolejności)

Pytanie 1 Lp 1, 2, 3, 4 p. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta posiadający wbudowane oprogramowanie do pomiarów inwazyjnego ciśnienia krwi, EKG, Oddechu- respiracji, temperatury, rzutu serca, pulsoksymetrii, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, kapnografii oraz możliwość rozbudowy mierzonych parametrów za pomocą modułów podłączanych bez udziału serwisu takich jak: moduł pomiarów gazowych, nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, moduł BIS. Zamawiający wymaga połączenia modułów z jednostką centralną za pomocą podczerwieni co wyklucza firmy oferujące rozwiązanie, które funkcjonalnością nie odbiega od wymaganego ale nie wykorzystuje podczerwieni czy będzie ono dopuszczane?

Odpowiedź na pytanie 1

Dopuszczamy

Pytanie 2 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 4

W piśmie z dnia 19.06.09 r. skierowanym do nabywców SIWZ Zamawiający dopuścił zmianę przekątnej monitora do 12 cali. Czy zostanie zaakceptowany wysokiej klasy monitor o

przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 640 x 480 pikseli, posiadający rączkę ułatwiającą przenoszenie monitora i niską wagę przy zachowaniu wszelkich zalet dużego 12 calowego monitora stacjonarnego?

Odpowiedź na pytanie 2

Nie dopuszczamy, kolejne obniżenie rozdzielczości nie jest dopuszczalne – doprowadziłoby to do znacznego obniżenia wartości użytkowych monitora.

Pytanie 3 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 5

Czy Zamawiający zechce wyjaśnić co rozumie poprzez stwierdzenie „*moduły współpracujące z innymi urządzeniami*” o jakie urządzenia chodzi i w jaki sposób miały by z nimi współpracować? Czy wystarczy, że moduły o których mowa będą współpracowały z ramkami na moduły pozostałych monitorów tego samego producenta? Dodatkowo czy Zamawiający dopuści moduł BIS wykorzystujący pomiar fal EEG, nie posiadający odrębnego pomiaru z modułu EEG ?

Odpowiedź na pytanie 3

Moduły będą współpracować z pompami infuzyjnymi oraz respiratorami.

Jeżeli chodzi o moduł BIS nie dopuszczamy zmian (kontrola głębokości znieczulenia musi być pełna powiązana z odrębnym pomiarem EEG)

Pytanie 4 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 8

Czy Zamawiający zechce wziąć pod uwagę fakt, że kardiomonitor o ekranie dotykowym są bardziej wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne np. zbyt silne przyciskanie, stosowanie nienależitych środków chemicznych do dezynfekcji, następstwem tego przy długim narażeniu może być uszkodzenie sensorów dotykowych co może skutkować zmniejszonym skorelowaniem parametrów wyświetlanych na ekranie a sensorami co utrudnia obsługę. Monitory obsługiwane za pomocą przycisków funkcyjnych szybkiego dostępu oraz pokręta nawigacyjnego są szybkie w obsłudze i bardziej wytrzymałe niż monitory z ekranem dotykowym. Czy Zamawiający kierując się zasadami uczciwej konkurencji dopuści także monitory obsługiwane w inny sposób aniżeli przez dotyk?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 19.06.2009 nie wyraził zgody na dostawę monitorów z ekranem dotykowym. Po powtórnej analizie pytania zadanego w dniu 24.06.2009 dotyczącego w/w przedmiotu, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tzn. monitory obsługiwane w inny sposób niż przez dotyk.

Pytanie 5 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 9, 10, 11

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor o rozszerzonym oprogramowaniu kardiologicznym rozbudowanym między innymi o tworzenie wzorów i trendów dla odcinka ST, możliwość wyboru punktów ST, automatyczną analizę 12 SL w czasie alarmu ST służącą do analizy EKG pacjenta z uwzględnieniem płci pacjenta posiadający historię automatycznie zapisywanych alarmów arytmii i ST skwalifikowanych jako Kryzys, Ostrzeżenie i Zalecenie-36 zdarzeń arytmii, 10 zdarzeń ST z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 15 zdarzeń. Monitor posiada także oprócz 48 godzinnego zapisu full disclosure z zapisem wszystkich krzywych i historii alarmów umieszczonych w centrali, która obsługuje monitory, 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne. Czy takie rozwiązanie zostanie dopuszczone?

Odpowiedź na pytanie 5

Nie dopuszczamy proponowanego rozwiązania.

B Pomiar EKG/ST/Respiracji

Pytanie 6 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 15

Czy Zamawiający zaakceptuje monitory posiadające rozszerzony pomiar 15 rodzajów arytmii w tym wykrywanie migotania przedsionków, których pomiar częstości pracy serca mieści się w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 19.06.2009 nie wyraził zgody aby częstość pracy serca mieściła się w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę. Po powtórnej analizie pytania zadanego w dniu 24.06.2009 dotyczącego w/w przedmiotu, zamawiający dopuszcza pomiar częstości pracy serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę.

E Pomiar Temperatury

Pytanie 7 Lp.1, 2, 3, 4 p. 32, 33

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający możliwości szerokiego zakresu monitorowania temperatury w dwóch miejscach ciała w zakresie od 0 do 45° Celsjusza z rozdzielczością 0,1 ° C bez możliwości wskazania różnicy temperatur a tym samym nie posiadający granicy alarmowej dla różnicy temperatur?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 19.06.2009 nie wyraził zgody na monitor posiadający 2 pomiary temperatury bez możliwości wskazania różnicy temperatur a tym samym nie posiadający granicy alarmowej dla różnicy temperatur. Po powtórnej analizie pytania zadanego w dniu 24.06.2009 dotyczącego w/w przedmiotu, zamawiający dopuszcza monitor bez możliwości wskazania różnicy temp, nie posiadający granicy alarmowej dla różnicy temperatur.

H Pomiar Rzutu Serca

Pytanie 8 Lp. 1, 2, 3, 4 p. 46

W piśmie z dnia 19.06.09 r. skierowanym do nabywców SIWZ Zamawiający odpowiadając na pytanie oferenta do punktu 46, H Pomiar Rzutu Serca Metodą SIWZ użył wyrażenia „*moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą PICCO*” czy Zamawiający dopuści wolnostojące urządzenie służące do pomiaru rzutu minutowego serca metoda PICCO?

Odpowiedź na pytanie 8

Dopuszczamy wolnostojące urządzenie służące do pomiaru rzutu minutowego serca metodą PICCO zintegrowane z kardiomonitorem

Dotyczy część II: Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej; I. APARATURA MEDYCZNA

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka na podstawie jezdnej z czterema kołami (w tym dwa z blokadą) z panelem sterującym na wysokości bioder z kolumną przystosowaną do mocowania kosza na cewniki itp.?

Odpowiedź na pytanie 9

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka z koszem na dren zamiast uchwytu na dren?

Odpowiedź na pytanie 10

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie głośności 45dB zamiast 40dB?

Odpowiedź na pytanie 11

Nie wyrażamy zgody, wymagana głośność zgodnie z opisem w SIWZ

Dotyczy część III: Pracownia Endoskopii Diagnostycznej; I. APARATURA MEDYCZNA

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka na podstawie jezdnej z czterema kołami (w tym dwa z blokadą) z panelem sterującym na wysokości bioder z kolumną przystosowaną do mocowania kosza na cewniki itp.?

Odpowiedź na pytanie 12

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka z koszem na dren zamiast uchwytu na dren?

Odpowiedź na pytanie 13

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie głośności 45dB zamiast 40dB?

Odpowiedź na pytanie 14

Nie wyrażamy zgody, wymagana głośność zgodnie z opisem w SIWZ

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r.

W imieniu Zamawiającego

*Z up. STAROSTY
WICESTAROSTA*

/-/

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35