



Radomsko, dnia 16.06.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.12/07/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1 dotyczy Części I - dodatek nr 1/23, Części II – dodatek nr 2/27, Części III – dodatek nr 3/16 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści stojak podstawą i tubusem metalowym lakierowanym proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści także stojak z podstawą i tubusem metalowym lakierowanym proszkowo.

Pytanie 2 dotyczy Części I - dodatek nr 1/23, Części II – dodatek nr 2/27, Części III – dodatek nr 3/16 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści stojak o wysokości 1400 do 2270mm?

Odp. Zamawiający dopuści stojak o wysokości min.1400 mm do 2450 mm.

Pytanie 3 dotyczy Części I - dodatek nr 1/24, Części II – dodatek nr 2/31 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską na kółkach, zamiast regulowanych stopek?

Odp. Dopuszczamy, ale wymagamy blokady kół.

Pytanie 4 dotyczy Części I - dodatek nr 1/24, Części II – dodatek nr 2/31 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską wykonaną z blachy czarnej malowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści szafę lekarską wykonaną także z blachy czarnej malowanej proszkowo.

Pytanie 5 dotyczy Części I - dodatek nr 1/24, Części II – dodatek nr 2/31 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską o szerokości 800mm?

Odp. Zamawiający dopuści szafę lekarską o szerokości min. 800mm.

Pytanie 6 dotyczy Części I – dodatek na 1/25, Części II – dodatek nr 2/33, Części III – dodatek 3/19 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści taboret obrotowy o regulacji wysokości 460 – 560mm?

Odp. Dopuszczamy, powyższe parametry mieszczą się w żądanych przez zamawiającego tj. 430 do 720 mm (+/-20 mm).

Pytanie 7 dotyczy Części I – dodatek nr 1/29, Części II – dodatek nr 2/38, Części III – dodatek nr 3/20 i 3/23 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózki zabiegowe z półkami ze szkła niehartownego?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie 8 dotyczy Części I – dodatek nr 1/29, Części II – dodatek nr 2/38, Części III – dodatek nr 3/20 i 3/23 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózki zabiegowe z miskami osadzonymi w ruchomych uchwytach?

Odp. Zamawiający dopuści wózki zabiegowe z miskami osadzonymi również w ruchomych uchwytach.

Pytanie 9 dotyczy Części III – dodatek nr 3/10 opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający w nazwie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania lamp przejezdnych 5 projektorowych z kamerą i torem wizyjnym, natomiast z tabeli parametrów wynika, że Zamawiający wymaga lamp bez kamery i toru wizyjnego. Czy oferent ma za wiążące uznać zapisy zawarte w tabeli parametrów technicznych?

Odp. Tak, obowiązują zapisy tabeli.

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część treści SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.06.2009r.

W imieniu Zamawiającego

Z up. Starosty

Etatowy Członek Zarządu

/-/

Dionizy Łysik

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35