



Radomsko, dnia 23.06.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.12/09/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)**”

PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań, udzielonych odpowiedzi i modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Dotyczy: Części II (Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej), I (aparatura medyczna) poz.9 (pompa objętościowa)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej o wadze 4,5kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej o wadze do 4,5kg.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej sklasyfikowanej w grupie IPX1?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej bez kalibracji wielkości wykrywanego pęcherzyka powietrza jeśli oferowana przez nas pompa posiada specjalną pułapkę powietrza o pojemności 3 ml a pęcherzyki powietrza są eliminowane bez względu na ich wielkość?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej bez funkcji BOLUS?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej mogącej pracować jako samodzielne urządzenie bez możliwości mocowania w stacji dokującej i pracy w sieci LAN?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej z zakresem programowania prędkości podaży programowej ze skokiem 0,1 ml/h od 0,1 ml/h do 99,9 ml/h oraz od 100ml/h do 999ml/h ze skokiem 1ml/h?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej objętościowej z trybem KVO w zakresie 0,1 do 1ml/h?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza pompę w której alarm braku zasilania z sieci jest realizowany poprzez wygaszanie na panelu czołowym wskaźnika zasilania?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza pompę w której funkcja wypełnienia drenu jest realizowana ręcznie?

Odp. Dopuszczamy.

Dotyczy: Części II (Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej), I (aparatura medyczna) poz.1 (pompa strzykawkowa)

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej strzykawkowej bez programowania infuzji profilowej w fazach?

Odp. Nie dopuszczamy

Dotyczy: Części II (Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Inwazyjnej), I (aparatura medyczna) poz.11 (pulsoksymetr) i Część III (Pracownia Endoskopii Diagnostycznej), I (aparatura medyczna) poz. 5 (pulsoksymetr)

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru bez regulacji czasu opóźnienia opisanych w podpunkcie 32 i 33 parametrów technicznych?

Odp. Nie dopuszczamy

Dotyczy: Części II, Dodatek nr 2/1 do SIWZ (aparat do znieczulenia ogólnego)

Pytanie 12

Czy zamawiający zaakceptuje ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa z zakresem regulacji ciśnień od 1 do 60 cmH₂O?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 13

Czy zamawiający zaakceptuje pomiar zwiótczenia mięśni NMT za pomocą oddzielnego monitora, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji nerwu z jednoczesną możliwością podania blokady i może być stosowany przy każdym stanowisku anestezjologicznym?

Odp. Dopuszczamy.

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.06.2009r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.