



Radomsko, dnia 25.06.2009 r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

FP 341.12/11/09

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)**”

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ**

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

### **TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:**

#### Część III Dodatek 3/5 do SIWZ

##### **Pytanie 1 p. 5, 16**

Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy respirator ze skokową co 1cm H<sub>2</sub>O regulacją ciśnienia w zakresie szerszym niż wymagany od 1 do 98 cmH<sub>2</sub>O?

**Odp. TAK**

##### **Pytanie 2 p. 8**

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator przeznaczony dla dzieci i dorosłych od 5 do 200 kg z zastawką PEEP regulowaną w zakresie: WYŁ. Od 1 do 50 cmH<sub>2</sub>O?

**Odp. TAK**

##### **Pytanie 3 p. 11**

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją przepływu tlenu w zakresie szerszym niż wymagany od 2 do 160 l/min?

**Odp. Dopuszczamy**

##### **Pytanie 4 p. 12**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający szeroką gamę trybów wentylacji między innymi wentylację objętościowo- zmienną, ciśnieniowo- zmienną, wentylację ciśnieniowo- zmienną z gwarancją objętości. Tryby uwzględniające oddechy własne pacjenta takie jak synchroniczną przerywaną wentylację obowiązkowo i ciśnieniowo zmienną, wentylację dwoma poziomami ciśnień, wentylację ciągłym dodatnim ciśnieniem,

wspomaganie ciśnieniowe oddechu ale nie posiadający możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych?

**Odp. TAK. akceptujemy respirator bez możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych.**

**Pytanie 5 p. 14, 15**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy nieprzenośny respirator z dużym 12 calowym ruchomym w trzech płaszczyznach ekranem. Respirator z ekranem można umieścić na np. kolumnie, bądź półce przyłóżkowej. Respirator ma możliwość pracy na butli z tlenem dołączonej na specjalnym jezdnym wózku, bądź być zasilany w jeden bądź dwa gazy z zasilania centralnego. Rozwiązanie takie daje możliwość zaawansowanej opieki nad pacjentem nie wymagającym transportu.

**Odp. TAK, akceptujemy**

**Pytanie 6 p. 17**

Proszę aby Zamawiający sprecyzował, że reduktor z manometrem ma znajdować się przy butli a nie być integralną częścią respiratora.

**Odp. Reduktor jako dodatkowe wyposażenie, umożliwiające podłączenie do butli z tlenem.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, który nie wymaga konserwacji i jest objęty „dożywotnią” gwarancją a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje znaczne oszczędności podczas konserwacji urządzenia?

**Odp. Zamawiający nie wymaga by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, ale dopuszcza respiratory z takim czujnikiem.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respiratorów posiadających ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od -3 do -10 cm H<sub>2</sub>O, przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od 3 do 9 l/min oraz przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie od 2 do 10 l/min, wykorzystywany przez mechanizm wyzwala przepływem i tworzący zapas świeżych gazów dla pacjenta oraz ułatwiający utrzymanie układu oddechowego w warunkach dużego nawilżenia? Są to parametry o dużym znaczeniu klinicznym, wykorzystywane przez czołowych producentów respiratorów.

**Odp. Zamawiający nie wymaga i nie określa trybów pracy respiratora przedstawionych w pytaniu , ale dopuszcza przedstawione tryby.**

**Część II Dodatek 2/12 do SIWZ**

**Pytanie 9. p. 5, 16**

Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy respirator ze skokową co 1 cmH<sub>2</sub>O regulacją ciśnienia w zakresie szerszym niż wymagany od 1 do 98 cmH<sub>2</sub>O?

**Odp. TAK**

**Pytanie 10 p. 8**

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator przeznaczony dla dzieci i dorosłych od 5 do 200 kg z zastawką PEEP regulowaną w zakresie: WYŁ. Od 1 do 50 cmH<sub>2</sub>O?

**Odp. TAK**

**Pytanie 11 p. 11**

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją przepływu tlenu w zakresie szerszym niż wymagany od 2 do 160 l/min?

**Odp. TAK**

**Pytanie 12 p. 12**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający szeroką gamę trybów wentylacji między innymi wentylację objętościowo- zmienną, ciśnieniowo- zmienną, wentylację ciśnieniowo- zmienną z gwarancją objętości. Tryby uwzględniające oddechy własne pacjenta takie jak synchroniczną przerywaną wentylację obowiązkowo i ciśnieniowo zmienną, wentylację dwoma poziomami ciśnień, wentylację ciągłym dodatnim ciśnieniem, wspomaganie ciśnieniowe oddechu ale nie posiadający możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych?

**Odp. TAK. akceptujemy respirator bez możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych.**

**Pytanie 13 p. 14, 15**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator z dużym 12 calowym ruchomym w trzech płaszczyznach ekranem, który znajduje się na jezdnej podstawie wyposażonej w 4 koła i hamulce. Respirator z ekranem można umieścić także na np. wiszącej kolumnie. Respirator ma możliwość pracy na butli z tlenem dołączonej na specjalnym jezdnym wózku, bądź być zasilany w jeden bądź dwa gazy z zasilania centralnego. Rozwiązanie takie daje szerokie możliwości pracy na zaawansowanym technologicznie respiratorze jednocześnie zachowując zdolność do przemieszczania.

**Odp. TAK, akceptujemy**

**Pytanie 14 p. 17**

Proszę aby Zamawiający sprecyzował, że reduktor z manometrem ma znajdować się przy butli a nie być integralną częścią respiratora.

**Odp. Reduktor jako dodatkowe wyposażenie, umożliwiające podłączenie do butli z tlenem.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, który nie wymaga konserwacji i jest objęty „dożywotnią” gwarancją a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje znaczne oszczędności podczas konserwacji urządzenia?

**Odp. Zamawiający nie wymaga by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, ale dopuszcza respiratory z takim czujnikiem.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respiratorów posiadających ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od -3 do -10 cm H<sub>2</sub>O, przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od 3 do 9 l/min oraz przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie od 2 do 10 l/min, wykorzystywany przez mechanizm wyzwalania przepływem i tworzący zapas świeżych gazów dla pacjenta oraz ułatwiający utrzymanie układu oddechowego w warunkach dużego nawilżenia? Są to parametry o dużym znaczeniu klinicznym, wykorzystywane przez czołowych producentów respiratorów.

**Odp. Zamawiający nie wymaga i nie określa trybów pracy respiratora przedstawionych w pytaniu , ale dopuszcza przedstawione tryby.**

**II.** Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2009r.**

*W imieniu Zamawiającego*

***Z up. STAROSTY***

***WICESTAROSTA***

*/-/*

***Bożena Nowacka***

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.