



Radomsko, dnia 25.06.2009 r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

FP 341.12/12/09

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)”

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

### TREŚĆ PYTAŃ:

**Dotyczy Części III I Aparatura medyczna**

#### **Pkt. 7. Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym i wózkiem (endoskop dolnego odcinka przewodu pokarmowego)**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o średnicy 3,7 mm? Taka średnica kanału jest równie funkcjonalna i pozwala na wykonanie badań i zabiegów endoskopowych taką samą gamą narzędzi, co kanał 3,8 mm. Różnica 0,1 mm nie wpływa na ograniczenie funkcjonalności wideokolonoskop.

**Odp. Dopuszczamy**

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wideokolonoskop był kompatybilny z posiadanymi już systemami wideoendoskopii, programem archiwizującym oraz myjnią endoskopową?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie.**

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "źródło światła wbudowane w obudowę procesora"? Rozwiązanie takie nie wpływa na poprawę funkcjonalności systemu wideoendoskopii. a nawet je ogranicza przez konieczność wymiany całości zestawu podczas uszkodzenia jednego elementu. Rozwiązanie z oddzielnym procesorem i źródłem światła jest bardziej funkcjonalne.

**Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu "źródło światła wbudowane w obudowę procesora"**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system wideoendoskopii był kompatybilny z posiadanymi przez szpital wideoendoskopami?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza się takie rozwiązanie.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z lampą halogenową o mocy, 150W, która po odpowiednim skonfigurowaniu z proponowanym wideo procesorem da na ekranie monitora obraz w efekcie odpowiadający obrazowi uzyskanemu z ksenonowego źródła światła? Większa moc lampy zapewni Państwu lepsze doświetlenie oglądanych szczegółów w trakcie badań endoskopowych

**Odp. Dopuszczamy**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek endoskopowy był wyposażony w transformator separujący? Rozwiązanie takie w pełni zabezpieczy sprzęt endoskopowy przed jego uszkodzeniem i wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa pracy

**Odp. Nie wymagamy.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu regulacja mocy ssania w ssaku endoskopowym?. Oferowany przez nas ssak jest typowym ssakiem endoskopowym, w którym nie jest konieczne ustawienie mocy ssania do badań i zabiegów endoskopowych. Rozwiązanie takie jest prostsze w obsłudze.

**Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu regulacja mocy ssania w ssaku endoskopowym.**

**Pkt. 8 Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym i wózkiem (endoskop górnego odcinka przewodu pokarmowego)**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o kątach wygięcia sondy: góra 210 stopni, dół 90 stopni prawo/lewo 100 stopni? Wygięcia takie charakteryzują standardowe parametry wideogastroskopu i w żaden sposób nie ograniczają wykonywanych badań i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego, a jedynie wskazują na konkretnego producenta.

**Odp. Dopuszczamy**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z głębią ostrości 3-100 mm? Taka głębia ostrości jest standardowo wykorzystywana w endoskopach różnych producentów a jednocześnie poprawia możliwości diagnostyczne endoskopu.

**Odp. Dopuszczamy**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wideogastroskop był kompatybilny z posiadanymi już systemami wideoendoskopii, programem archiwizującym oraz myjnią endoskopową?

**Odp. Nie wymagamy**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "źródło światła wbudowane w obudowę procesora"? Rozwiązanie takie nie wpływa na poprawę funkcjonalności systemu wideoendoskopii. a nawet je ogranicza przez konieczność wymiany całego zestawu podczas uszkodzenia jednego elementu. Rozwiązanie z oddzielnym procesorem i źródłem światła jest bardziej funkcjonalne.

**Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu "źródło światła wbudowane w obudowę procesora"**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system wideoendoskopii był kompatybilny z posiadanymi przez szpital wideoendoskopami?

**Odp. Nie wymagamy**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z lampą halogenową o mocy, 150W, która po odpowiednim skonfigurowaniu z proponowanym wideo procesorem da na ekranie monitora obraz w efekcie odpowiadający obrazowi uzyskanemu z ksenonowego źródła światła? Większa moc lampy zapewni Państwu lepsze doświetlenie oglądanych szczegółów w trakcie badań endoskopowych

**Odp. Dopuszczamy**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby wózek endoskopowy był wyposażony w transformator separujący? Rozwiązanie takie w pełni zabezpieczy sprzęt endoskopowy przed jego uszkodzeniem i wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa pracy.

**Odp. Nie wymagamy**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu regulacja mocy ssania w ssaku endoskopowym?. Oferowany przez nas ssak jest typowym ssakiem endoskopowym, w którym nie jest konieczne ustawienie mocy ssania do badań i zabiegów endoskopowych. Rozwiązanie takie jest prostsze w obsłudze.

**Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu regulacja mocy ssania w ssaku endoskopowym.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści tester szczelności z atestem medycznym, gdzie proces badania szczelności odbywa się w środowisku wodnym i polega na automatycznym pompowaniu powietrze, co zapobiega ewentualnemu zalaniu endoskopu podczas testu i pozwala jednoznacznie określić jego szczelność? Takie rozwiązanie jest bardziej bezpieczne dla użytkowanego endoskopu i pozwala jednoznacznie określić jego szczelność

**Odp. Dopuszczamy.**

**II.** Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2009r.**

*W imieniu Zamawiającego*

**Z up. STAROSTY**

**WICESTAROSTA**

*/-/*

**Bożena Nowacka**

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.