



Radomsko, dnia 09.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/23/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)”

Zamawiający zamieszcza treść sprostowania dotyczącą odpowiedzi na pytanie nr 71 udzielonej w dniu 08.07.2009r.

Pytanie 71

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem braku zasilania tlenem?

Odpowiedź na pytanie 71

Jest: Tak, dopuszczamy

Winno być: Zamawiający nie dopuszcza

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.07.2009r.

W imieniu Zamawiającego
ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Wojciech Szwedowski

.....