



Radomsko, dnia 08.07.2009 r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

FP 341.13/22/09

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)**”

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ**

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

#### **TREŚĆ PYTAŃ:**

##### **Pytanie 1**

**Dotyczy: Etap II-część I Oddział Chirurgii Jednego Dnia I poz. 16.**

Zamawiający w nazwie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania Zestawu Kleinsassera do mikrochirurgii ucha kpl., natomiast z tabeli parametrów wynika, że zamawiający wymaga Zestawu Kleinsassera do mikrochirurgii krtani.

Czy oferent ma uznać za wiążące zapisy w tabeli parametrów technicznych?

##### **Odpowiedź na pytanie 1**

W SIWZ zapis „zestaw Kleinsassera do mikrochirurgii ucha kpl” jest zapisem omyłkowym, winno być „zestaw Kleinsassera do mikrochirurgii krtani kpl”

Wobec powyższego należy uznać za wiążące zapisy w tabeli parametrów technicznych.

Część I dodatek 1/53 do SIWZ **Zestaw monitorujący dla 2 stanowisk z monitorem centralnym, respirator.**

##### **Pytanie 2 p. 32**

Czy Zamawiający zechce wyjaśnić treść punktu 32: „Niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 3-20 l/min”? Jego brzmienie jest takie same, poza zakresem i jednostką jak punkt 31: „Niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 8-40

oddechów/ minutę”. A zatem, czy w punkcie 32 Zamawiający miał na myśli: „Niezależną regulację przepływu wdechowego w zakresie 3-20l/min”?

**Odpowiedź na pytanie 2: Tak ja w pytaniu**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne urządzenia w części III?

**Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie 4**

**Czy Zamawiający w CZEŚCI I dodatek 1/23 do SIWZ, CZEŚCI I dodatek 1/24 do SIWZ, CZEŚCI III dodatek 3/25 do SIWZ oraz w CZEŚCI IV dodatek 4/7 do SIWZ dopuści lampy operacyjne statywowe mobilne o następujących parametrach:**

- w których wychylenie poszczególnych reflektorów wraz z żarówką realizowane jest mechanicznie za pomocą centralnego uchwyty sterylne
- natężenie oświetlenia -110 000 lux
- współczynnik oddawania barw - 93
- regulacja natężenia światła w zakresie 0-100% z klawiatury umieszczonej na statywie lampy
- średnica pola operacyjnego w zakresie 18-25 cm
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 70- 140 cm
- żywotność żarówek – 4000 h ?

**Odpowiedź na pytanie 4: TAK, Dopuszczamy**

### **Pytanie 5**

**Czy Zamawiający w CZEŚCI V dodatek 5/3 do SIWZ dopuści lampy operacyjne sufitowe o następujących parametrach:**

- kopuły wykonane z metali lekkich
- natężenie oświetlenia -110 000 lux
- współczynnik oddawania barw - 93
- średnica pola operacyjnego w zakresie 18-25 cm
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 70- 140 cm
- żywotność żarówek – 4000 h ?

**Odpowiedź na pytanie 5: Obowiązują zapisy zawarte w SIWZ.**

**Część I Dodatek 1/ 2 do SIWZ Aparat do znieczulenia ogólnego wraz z zestawem monitorującym**

### **III Układ Oddechowy**

#### **Pytanie 6 pkt 18**

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o pochłaniacze jednorazowe o pojemności 1,3 l?

**Odpowiedź na pytanie 6:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza możliwość rozbudowy o pochłaniacze jednorazowe o pojemności 1,3 l.

### **Pytanie 7**

XII INNE , pkt 74

Czy Zamawiający będzie wymagał urządzeń i modułów do pomiaru zwiótczenia mięśniowego z oprogramowaniem w języku polskim z możliwością wyświetlania trendów na monitorze pacjenta ?

**Odpowiedź na pytanie 7:** Zamawiający nie wymaga

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy aparatu do znieczulenia z monitorem anestetycznym o moduły pomiarowe BIS lub Entropia, obsługiwane bezpośrednio z monitora z oprogramowaniem i obsługą w języku polskim?

#### **Odpowiedź na pytanie 8**

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza taką możliwość rozbudowy - oceniając jako monitorowanie wyskospecjalistyczne.

#### **Dotyczy §6 ust. 5 pkt.2 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

*„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym jednak niż 7 dni,”*,  
na zapis:

*„2) przystąpić do usunięcia wady w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym jednak niż 7 dni,”*

Wymagany termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń

i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

#### **Odpowiedź na pytanie 9**

**Nie zgadzamy się. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że termin 24 godzinny dotyczy przystąpienia do usunięcia wady a nie czasu naprawy jak to interpretuje Wykonawca. Termin do usunięcia wady został określony na nie krótszy niż 7 dni.**

#### **Dotyczy §6 ust. 7 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ**

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do istniejącego zapisu:

*„7.W przypadku naprawy sprzętu powyżej terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie zastępczy sprzęt o parametrach, co najmniej odpowiadających parametrom sprzętu zastępowanego w terminie określonym przez strony.”*

zdania: *„Powyższy zapis nie dotyczy tych wyrobów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały.”*

Konieczność zmian w powyższym zapisie bierze się z faktu, iż szereg wyrobów składających się na przedmiot zamówienia ze względu na swą specyfikę nie może być w swobodny sposób zastąpiona przy użyciu „urządzenia zastępczego”. Takie wyroby, jako trwale przymocowane, są indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania.

### Odpowiedź na pytanie 10

Zgadza się. W związku z tym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w dodatku nr 8 w §6 ust. 7 Wzoru umowy dopisuje się zdanie drugie w brzmieniu: „*Powyższe nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały*”.

### Dotyczy §6 ust. 11 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„11. W okresie gwarancji Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne”,  
na zapis:

„11. W okresie gwarancji Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne lub gdy wada urządzenia spowodowana była działaniem użytkownika w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i/lub zaleceniami producenta.”

#### Odpowiedź na pytanie 11

Nie zgadzamy się.

### Dotyczy §7 ust. 1 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ

#### Pytanie 12

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. zapisu tak by powstał zapis :

„Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca - w wysokości **10%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,

b) za zwłokę w **dostawie** przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru niedostarczonego w terminie**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,2% wartości **towaru naprawianego**

, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. **Dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6 ust. 7, uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie**

e) za zwłokę w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto **wadliwego towaru**, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

f) za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru, którego dotyczy przegląd** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

g) za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto **towaru naprawianego** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.””

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od wartości całej części postępowania. Biorąc pod uwagę, że w ramach każdej z części przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony.

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością

kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie 12**

**Nie zgadzamy się.**

**Dotyczy §7 ust. 3 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ**

**Pytanie 13**

Wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu.

Powyższy kara umowna jest za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy jest w niniejszej umowie naliczana już de facto na podstawie §7 ust.1 ppkt.a), więc jej pozostawienie stanowiłoby pozostawienie możliwości naliczania Zamawiającemu podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie 13**

**Nie zgadzamy się.**

**Dotyczy §8 ust. 3 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ**

**Pytanie 13 a.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

*„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.*

na zapis:

*„3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 45 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.”.*

Powyższy termin wymaga przedłużenia ze względu na niezwykle szeroki zakres dostawy, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

**Odpowiedź na pytanie 13 a.**

**Nie zgadzamy się.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy §5 ust. 3 zd.1 Wzoru umowy – Dodatku nr 10 do SIWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zdania:

*„(...)W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy wówczas w protokole przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin do ich usunięcia. (...)”.*

zdaniem:

*„(...)W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy wówczas w protokole przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin do ich usunięcia, **nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych..** (...)”.*

Konieczność wprowadzenia minimalnego terminu na usunięcie wad, jest oczywista biorąc pod uwagę fakt, że pozostawienie w tym zakresie dowolności jednej ze stron mogłoby w praktyce prowadzić do sytuacji, iż byłyby to terminy niezwykle krótkie np. 1 dniowe, co ma

wymierne konsekwencje finansowe dla Wykonawcy biorąc pod uwagę istnienie kary umownej naliczanej za jego przekroczenie zgodnie z §7 ust.1 pkt.c) niniejszej umowy.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na powyższe zmiany, tak by projekt umowy stał się racjonalnym również z punktu widzenia interesów wykonawcy.

#### **Odpowiedź na pytanie 14**

**Wyrażamy zgodę. W związku z tym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w dodatku nr 8 w §5 ust. 3 zd. 1 Wzoru umowy uchyla się poprzednią treść i przyjmuje się treść następującą:**

*„3. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy wówczas w protokole przekazania przedmiotu umowy do użytkowania wyznaczy Sprzedawcy termin do ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych”.*

#### **Pytanie 15**

##### **Dotyczy Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia**

Ze względu na fakt, iż wymóg posiadania Wpisu do rejestru wyrobów medycznych wymagany jest w niniejszym postępowaniu w odniesieniu do każdego przedmiotu zamówienia (wpisany jest w każdej tabeli technicznej), prosimy o dostosowanie go do punktu 6.1.3 ust. 3 pkt. c) SIWZ oraz ustawy o wyrobach medycznych poprzez dopisanie słów: „jeżeli dotyczy”.

Jest to konieczne, ponieważ nie wszystkie wyroby będące przedmiotem niniejszego postępowania wymagają zgodnie z aktualnym stanem prawnym takiego dokumentu.

#### **Odpowiedź na pytanie 15**

Zgodnie z pkt 3.6 zd. 2 SIWZ aparatura medyczna i sprzęt medyczny składająca się na przedmiot zamówienia winna posiadać wpis do Rejestru wyrobów medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2004 r. Nr 93 poz. 896 ze zm.). Dodatkowo w punkcie 6.1.3 ppkt 3 lit. c) i d) SIWZ Zamawiający wskazał jakich dokumentów żąda od wykonawców w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Punkt 6.1.3 ppkt 3 lit. c) i d) stanowi, że Wykonawca ma dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2004 r. Nr 93 poz. 896 ze zm.), tj:

- a) zgłoszenie lub wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli dotyczy).
- b) w przypadku gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

W związku z powyższym, gdy w ocenie Wykonawcy wyrób będący przedmiotem niniejszego postępowania nie wymaga, zgodnie z aktualnym stanem prawnym wpisu do rejestru wyrobów medycznych, wówczas Wykonawca składa na tą okoliczność stosowne oświadczenie zgodnie z powyższymi postanowieniami SIWZ.

#### **Pytanie 16**

##### **Biurko – 3szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie, które posiada krawędzie zabezpieczone okleiną meblową dopasowaną kolorystycznie do okleiny frontów szuflad oraz blatów, zamiast tworzywowych nakładek?

**Odpowiedź na pytanie 16**  
Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie o wymiarach 1110x620x770mm

**Odpowiedź na pytanie 17**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 18**

Kozetka Lekarska – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania kozetkę lekarską posiadającą regulowany kąt nachylenia podglówka w zakresie od 0 do 40 °?

**Odpowiedź na pytanie 18**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości 1850mm i szerokości 555mm są to wymiary nie wiele odbiegające od wymaganych?

**Odpowiedź na pytanie 19**

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o wysokości 550mm jest to wymiar nie wiele odbiegający od wymaganego?

**Odpowiedź na pytanie 20**

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem która posiada blat stały o wymiarach 400x430mm, jest to wymiar, który nieznacznie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu na pogorszenie właściwości użytkowych?

**Odpowiedź na pytanie 21**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach 520mmx 430mm jest to wymiar, który nieznacznie odbiega od wymaganego?

**Odpowiedź na pytanie 22**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której wysokość blatu stałego wynosi 810mm i odbiega od wymaganego zaledwie o 1cm?

**Odpowiedź na pytanie 23**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której regulacja wysokości blatu bocznego realizowana jest w zakresie od 800 do 1005mm?

**Odpowiedź na pytanie 24**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Biurko Lekarskie – 13 szt.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie, które posiada krawędzie zabezpieczone okleiną meblową dopasowaną kolorystycznie do okleiny frontów szuflad oraz blatów, zamiast tworzywowych nakładek

**Odpowiedź na pytanie 25**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie o wymiarach 1110x620x770mm

**Odpowiedź na pytanie 26 Tak, Dopuszczamy**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/35**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z podstawą i tubusem ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź na pytanie 27**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek ze statywem ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź na pytanie 28**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/4**

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator nie wyposażony w urządzenie do rekondycjonowania baterii, a jedynie ładowarkę pozwalającą naładować akumulatory urządzenia od 0 do 100% w czasie do 2 godzin? Proponowane urządzenie wyposażone jest w baterie litowo jonowe bez efektu pamięci tak więc nie wymagające stosowania rekondycjonera?

**Odpowiedź na pytanie 29**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ IV Dodatek nr 4/3**

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach 215 cm x 60 cm?

**Odpowiedź na pytanie 30**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie fotela do dializ z regulacją wysokości w zakresie 54 - 76 cm?

**Odpowiedź na pytanie 31**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu podudziowego 0 - 30 stopni.

**Odpowiedź na pytanie 32**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/45, CZĘŚĆ IV Dodatek nr 4/19**

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczno-zabiegowy z czołami drzwiczek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym?

**Odpowiedź na pytanie 33**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczno-zabiegowy wyposażony w kosze metalowe malowane farbą proszkową zamiast pojemników ażurowych wykonanych z tworzywa ABS?

Rozwiązanie z koszami metalowymi malowanymi proszkowo jest tak samo funkcjonalne jak z pojemnikami ażurowymi wykonanymi z tworzywa ABS.

**Odpowiedź na pytanie 34**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ III Dodatek nr 3/22**

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje fotel do zabiegów urologicznych znakomicie sprawdzający się na Oddziałach Urologii wyposażony w miskę ze stali nierdzewnej, uchwyt na rolkę papieru zamontowany pod oparciem pleców oraz panel stołu (segment podudzia) o następujących parametrach:

- Długość całkowita 1400 mm
- Szerokość całkowita 780 mm
- Szerokość siedziska 600 mm
- Szerokość oparcia pleców 600 mm
- wysokość siedziska w pozycji fotelowej od 470 mm do 1000 mm
- Pozycja Trendelenburga 180° ( $\pm 2^\circ$ )
- Regulacja wysokości siedziska, pochyleń pleców oraz pozycji Trendelenburga za pomocą elektrycznych siłowników sterowanych sterowaniem nożnym

**Odpowiedź na pytanie 35**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/18, CZĘŚĆ IV Dodatek nr 4/4**

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje fotel ginekologiczny znakomicie sprawdzający się na Oddziałach Ginekologii wyposażony w:

- Podkolanniki
- Uchwyt do rąk
- Miskę ze stali nierdzewnej
- Podpórkę ręki
- Uchwyt na rolkę papieru zamontowany pod oparciem pleców
- Panel stołu (segment podudzia)

o następujących parametrach:

- Długość całkowita 1400 mm
- Szerokość całkowita 780 mm
- Szerokość siedziska 600 mm
- Szerokość oparcia pleców 600 mm
- wysokość siedziska w pozycji fotelowej od 470 mm do 1000 mm
- Pozycja Trendelenburga 180° ( $\pm 2^\circ$ )
- Regulacja wysokości siedziska, pochyleń pleców oraz pozycji Trendelenburga za pomocą elektrycznych siłowników sterowanych pilotem.

**Odpowiedź na pytanie 36**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/23, CZĘŚĆ II Dodatek nr 1/24, CZĘŚĆ III Dodatek nr 3/25, CZĘŚĆ IV Dodatek nr 4/7**

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający dopuści lampy bezcieniowe przejezdne o następujących parametrach:

- w których wychylenie poszczególnych reflektorów wraz z żarówką realizowane jest
- mechanicznie za pomocą centralnego uchwytu sterylnego
- natężenie oświetlenia -110 000 lux
- współczynnik oddawania barw - 93
- regulacja natężenia światła w zakresie 0-100% z klawiatury umieszczonej na statywie lampy
- średnica pola operacyjnego w zakresie 18-25 cm
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 70- 140 cm
- żywotność żarówek – 4000 h ?

**Odpowiedź na pytanie 37**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ V Dodatek nr 5/3**

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający dopuści lampy bezcieniową 3 projektorową o następujących parametrach:

- kopuły wykonane z metali lekkich
- natężenie oświetlenia -110 000 lux
- współczynnik oddawania barw - 93
- średnica pola operacyjnego w zakresie 18-25 cm
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania – 70- 140 cm
- żywotność żarówek – 4000 h ?

**Odpowiedź na pytanie 38**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY: CZĘŚĆ I Dodatek nr 1/56, CZĘŚĆ IV Dodatek nr 4/24, , CZĘŚĆ V Dodatek nr 5/15**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarki o parametrach:

- Pojemność 278l
- Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
- Sterowanie mechaniczne
- 4 regulowane szklane półki
- 4 balkoniki
- Pojemniki na jajka (2x6)
- Przezroczysta szuflada na warzywa
- Separator na butelki
- Regulowane nóżki
- Klasa energetyczna A+
- Zużycie energii: 0,46 kWh/24h
- Wymiary WxSxG: 139x59,6x62,5 cm
- Biały

**Odpowiedź na pytanie 39**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający dopuści kanapę o wymiarach wys. około 105/93 cm szer. 195 cm gł. 87 cm?

**Odpowiedź na pytanie 40**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający dopuści fotel wypoczynkowy o wymiarach około wys. 103 cm szer. 66 cm gł. 77 cm z drewnianymi podłokietnikami tapicerowany tkaniną odporną na przetarcia?

**Odpowiedź na pytanie 41**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuści fotel wypoczynkowy łatwo zmywalny o wymiarach około wys. 103 cm szer. 66 cm gl. 77 cm z drewnianymi podłokietnikami tapicerowany skajem?

**Odpowiedź na pytanie 42**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający dopuści kuchnię elektryczną o poniższych parametrach:

- Piekarnik elektryczny
- 8 funkcji piekarnika
- Pojemność piekarnika: 53l
- Oświetlenie piekarnika: 25 W
- Grzejnik górny: 900 W
- Grzejnik dolny: 1300 W
- Grzejnik termoobiegu: 2000 W
- Opiekacz elektryczny 2000W
- Szuflada na prowadnicach rolkowych z płaskim frontem
- Płyta ceramiczna z 4 polami HiLight
- 2x pole pojedyncze HiLight o średnicy 14,5 cm i mocy 1,2 kW
- Pole pojedyncze HiLight o średnicy 18,0 cm i mocy 1,8 kW
- Pole pojedyncze HiLight o średnicy 21,0 cm i mocy 2,3 kW
- Moc całkowita: 9,8 kW
- Klasa energetyczna A+
- Wymiary WxSxG: 85x60x60 cm
- Kolor Biały

**Odpowiedź na pytanie 43**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający dopuści zmywarę z zewnętrznym panelem sterującym, w kolorze inox, klasy energetycznej A o wymiarach 82x59,8x54,8 cm?

**Odpowiedź na pytanie 44**

**TAK, Zamawiający dopuszcza**

**DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY****Pytanie 45**

W paragrafie 7 pkt 1 Umowy Zamawiający wymienia kary:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,

Prosimy o zmianę zapisu na zapis:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za sprzęt, którego opóźnienie usunięcia wad dotyczy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za sprzęt, którego opóźnienie w podjęciu naprawy dotyczy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za sprzęt, którego niedokonanie przeglądów gwarancyjnych dotyczy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za sprzęt, którego niedostarczenie sprzętu zastępczego dotyczy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

### **Odpowiedź na pytanie 45**

**Nie wyrażamy zgody.**

### **Pytanie 46**

W rozdziale 10 SIWZ Zamawiający wymaga dokumentów sporządzonych w języku obcym, aby były składane wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego, podczas gdy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiających od wykonawcy oraz form jakich dokumenty mogą być składane( zmiana z dnia 16 października 2008 roku dziennik Ustaw 188 pozycja 1155) paragraf 4.1 pkt.3 brzmi: dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SIWZ.

### **Odpowiedź na pytanie 46**

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 10.6 SIWZ w ten sposób że uchyla się treść dotychczasową i przyjmuje się treść następującą:

„10.6. Dołączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy”.

### **Pytanie nr 47**

#### **dot.Cześć II Pompa infuzyjna strzykawkowa. Dodatek 1/10**

Proszę o dopuszczenie pompy z prędkością dozowania w zakresie 0,01-999,9 ml(p.4)

### **Odpowiedź na pytanie 47**

**Dopuszczamy**

### **Pytanie nr 48**

#### **dot.Cześć II Pompa infuzyjna strzykawkowa. Dodatek 1/10**

Proszę o dopuszczenie pompy z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach µg, mg, mE, IU, mmol na kg masy ciała lub nie na min., godz., dobę. (p.10)

### **Odpowiedź na pytanie 48**

**Dopuszczamy**

### **Pytanie nr 49**

#### **dot.Cześć II Pompa infuzyjna strzykawkowa. Dodatek 1/10**

Proszę o dopuszczenie klawiatury innej niż numeryczna powiązanej z prostym i intuicyjnym menu obsługi (p.11)

### **Odpowiedź na pytanie 49**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 50****dot. Część II Pompa infuzyjna strzykawkowa. Dodatek 1/10**

Proszę o dopuszczenie pompy z kalkulacją prędkości podaży dawki z możliwością jej zmiany w każdej chwili bez zatrzymywania pracy pompy w ramach infuzji profilowej lub dopuszczenie pompy z możliwością pracy w trybie TCI.

**Odpowiedź na pytanie 50**

**Dopuszczamy**

**Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9****Pytanie nr 51****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie pompy mocowanej do stacji dokującej z koniecznością odłączenia od pompy uchwytu, co znacznie zmniejsza masę i rozmiar stacji z pompami. Ponadto, jeżeli stacja zapewnia centralne zasilanie to trzeba odłączyć zasilacz lub kabel zasilający (p.6)

**Odpowiedź na pytanie 51**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 52****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie pompy zasilającej zewnętrznym zasilaczem, co zmniejsza masę i rozmiar pompy, daje od gniazda zasilającego prąd stały o niskim napięciu bezpieczny dla personelu i aparatury. Oferowany zasilacz byłby rozmiarem, masą i konstrukcją zbliżony do kabla zasilającego innych urządzeń. (p.9)

**Odpowiedź na pytanie 52**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 53****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie pompy z czasem pracy na wewnętrznym akumulatorze 4 godz. przy prędkości 100ml/h. (p.10)

**Odpowiedź na pytanie 53**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 54****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie pompy o dokładności +/-5% wg normy IEC/EN 60601-2-24.

**Odpowiedź na pytanie 54**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 55****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie pompy z trybem KVO o prędkościach 1ml/h i 3ml/h dobieranych automatycznie przez pompę w zależności od prędkości infuzji lub automatycznie wyłączany przez pompę kiedy prędkość infuzji jest równa lub mniejsza od 1ml/h. (p.24)

**Odpowiedź na pytanie 55**

**Dopuszczamy**

**Pytanie nr 56****dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Czy alarmy i ostrzeżenia mogą mieć inne brzmienie niż podany informując o tych samych przyczynach alarmów i stanie infuzji (pkt 28-38).

**Odpowiedź na pytanie 56**

**TAK**

**Pytanie nr 57**

**dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9**

Proszę o dopuszczenie klawiatury innej niż numeryczna powiązanej z prostym i intuicyjnym menu obsługi. (p.15)

**Odpowiedź na pytanie 57**

**Dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/1 SIWZ Amplifon ( wzmacniacz do treningu słuchowego ) - 1 szt.**

**Pytanie 58**

Czy Zamawiający dopuści Amplifon jako moduł będący częścią składową Stymulatora logopedycznego ?

**Odpowiedź na pytanie 58**

**Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/9 SIWZ Korektor mowy ( mini echo ) - 1 szt.**

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych ( jedyny producent Korektora mowy nie posiada takiego wpisu ) ?

**Odpowiedź na pytanie 59**

**Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/12 SIWZ Riphonic ( Stymulator logopedyczny ) - 1 szt.**

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych ( jedyny producent Stymulatora logopedycznego nie posiada takiego wpisu ) ?

**Odpowiedź na pytanie 60**

**Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/14 SIWZ Unit okulistyczny Opal - 1 szt.**

**Pytanie 61**

Czy Zamawiający dopuści Unit okulistyczny o innej nazwie niż Opal ?

**Odpowiedź na pytanie 61**

**Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/15 SIWZ Wibrator językowy ( logopedyczny ) - 1 szt.**

**Pytanie 62**

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych ( dostępne urządzenia nie posiadają takiego wpisu ) ?

**Odpowiedź na pytanie 62**

**Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/17 SIWZ Zestaw do znieczulania z wyposażeniem - 1 szt.**

**Pytanie 63**

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści aparat nieprzystosowany do zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej ?

**Odpowiedź na pytanie 63**

**Tak, dopuszczamy**

**Pytanie 64**

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema gniazdami elektrycznymi 230V ?

**Odpowiedź na pytanie 64****Tak, dopuszczamy****Pytanie 65**

Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem dystrybucji gazów podwójnym dla O<sub>2</sub> i N<sub>2</sub>O i pojedynczym dla powietrza ?

**Odpowiedź na pytanie 65****Tak, dopuszczamy****Pytanie 66**

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści aparat z kalibracją i dokładnością przepływomierzy dostosowaną do znieczulania z niskimi przepływami ?

**Odpowiedź na pytanie 66****Tak, dopuszczamy****Pytanie 67**

Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją przerwy wdechowej w minimalnym zakresie 5% - 50% ?

**Odpowiedź na pytanie 67****Tak, dopuszczamy****Pytanie 68**

Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją wartości PEEP: min 5-20 (cmH<sub>2</sub>O) ?

**Odpowiedź na pytanie 68****Tak, dopuszczamy****Pytanie 69**

Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem niskiej minutowej objętości oddechowej bez alarmu niskiej objętości pojedynczego oddechu ?

**Odpowiedź na pytanie 69****Tak, dopuszczamy****Pytanie 70**

Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem wysokiej minutowej objętości oddechowej bez alarmu wysokiej objętości pojedynczego oddechu ?

**Odpowiedź na pytanie 70****Tak, dopuszczamy****Pytanie 71**

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmem braku zasilania tlenem ?

**Odpowiedź na pytanie 71****Tak, dopuszczamy****CZEŚĆ III Dodatek nr 3/18 SIWZ Biurko lekarski - 13 szt.****Pytanie 72**

Pkt.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie, które posiada krawędzie zabezpieczone okleiną meblową dopasowaną kolorystycznie do okleiny frontów szuflad oraz blatów, zamiast tworzywowych nakładek ?

**Odpowiedź na pytanie 72**

**Nie dopuszczamy**

**Pytanie 73**

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie o wymiarach 1110x620x770mm ?

**Odpowiedź na pytanie 73: Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/24 SIWZ Kozetka lekarska - 13 szt.**

**Pytanie 74**

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowania kozetkę lekarską posiadającą regulowany kąt nachylenia podglówka w zakresie od 0 do 40<sup>0</sup>?

**Odpowiedź na pytanie 74: Tak, dopuszczamy**

**Pytanie 75**

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości 1850mm i szerokości 555mm ?

**Odpowiedź na pytanie 75: Tak, dopuszczamy**

**Pytanie 76**

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o wysokości 550mm ?

**Odpowiedź na pytanie 76: Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/25 SIWZ Lampa bezcieniowa przejezdna - 5 szt**

**Pytanie 77**

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z współczynnikiem oddawania barw min. Ra= 93?

**Odpowiedź na pytanie 77: Tak, dopuszczamy**

**Pytanie 78**

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z średnicą pola operacyjnego realizowanego w sposób płynny w zakresie 18-25 cm?

**Odpowiedź na pytanie 78: Tak, dopuszczamy**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/42 SIWZ Zestaw mebli met. ze zlewem 1-komorowym - 5 szt.**

**Pytanie 79**

Pkt. 1 Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów blatu zlewozmywakowego.

**Odpowiedź na pytanie 79: 1800 x 600 (mm) +/- 10 %**

**Pytanie 80**

Pkt. 1 Prosimy o podanie wymiarów komory zlewu.

**Odpowiedź na pytanie 80: 480 x 480 +/- 10%**

**Pytanie 81**

Pkt. 2 Prosimy o podanie wymiarów szafki, ilości szuflad oraz czy szafka ma być z blatem czy bez.

**Odpowiedź na pytanie 81: Wymiary gabarytowe w mm- szerokość x głębokość x wysokość (+/- 10%)**

**a. 470 x 665 x 880**

**b. 4 szuflady**

**c. blat**

**Pytanie 82**

Pkt. 3 Prosimy o podanie wymiarów szafki wiszącej i czy ma być z drzwiczkami czy bez.

**Odpowiedź na pytanie 82: Wymiary gabarytowe w mm- szerokość x głębokość x wysokość (+/- 10%)**

**a. 470 x 330 x 606**

**b. drzwiczki przezroczyste**

**CZEŚĆ III Dodatek nr 3/46 SIWZ Zestaw komputerowy - 14 szt. Kserokopiarka - 1 szt.**

**Pytanie 83**

Monitor pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści monitor LCD o przekątnej 21,5" ?

**Odpowiedź na pytanie 83: Nie dopuszczamy**

**Pytanie 84**

Czy zamawiający dopuszcza katalogi w języku niemieckim lub angielskim?

**Odpowiedź na pytanie 84: Zgodnie z postanowieniami SIWZ**

- II.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

**III.** Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert **do dnia 14.07.2009 r. do godz. 11<sup>00</sup>**, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

**IV.** W związku z powyższym:

**1.** W Rozdziale 9 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

*Termin związania ofertą do dnia 11.09.2009 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

**2.** W Rozdziale 12 pkt 12.1 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

*Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna p. 114 **nie później niż do dnia 14.07.2009 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.*

**3.** W rozdziale 12 pkt 12.3 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:

*Publiczne **otwarcie ofert** nastąpi dnia 14.07.2009 r. o godz. 11<sup>15</sup> w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, p.118.*

**V.** Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany przy adresowaniu składanych ofert - **nie otwierać przed 14 lipca 2009 r., godz. 11.15.** (zapis w SIWZ – Rozdział 10 pkt 10.13.).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.07.2009r.**

*W imieniu Zamawiającego*

**Z up. STAROSTY  
WICESTAROSTA**

*/-/*

**Bożena Nowacka**

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35