



Radomsko, dnia 09.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/24/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ, ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJE DO SIWZ

Pytanie 85

Stojak do wlewów i kroplówek – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do wlewów i kroplówek posiadający zakres regulacji wysokości od 1400 do 2270mm?

Odpowiedź na pytanie 85: NIE, Zamawiający dopuści stojak o wysokości min.1400 mm do max 2450 mm

Taboret Obrotowy – 8szt.

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, który posiada średnicę siedziska wynoszącą 320mm jest to wymiar, który odbiega od wymaganego zaledwie o 3 cm?

Odpowiedź na pytanie 86: NIE dopuszczamy

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret obrotowy, który posiada zakres regulacji wysokości od 490 do 660mm?

Odpowiedź na pytanie 87: TAK dopuszczamy

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści Taboret posiadający podstawę czteroramienną zakończoną stopkami?

Odpowiedź na pytanie 88: NIE dopuszczamy

Taboret szpitalny 28 szt.**Pytanie 89**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny posiadający prostokątne siedzisko o wymiarach 320 x 285mm?

Odpowiedź na pytanie 89: TAK dopuszczamy

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny posiadający stelaż metalowy lakierowany proszkowo w kolorze identycznym jak rama łóżka i szafka przyłóżkowa?

Odpowiedź na pytanie 90: TAK dopuszczamy

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret szpitalny posiadający siedzisko wykonane z laminatu w kolorze identycznym jak wypełnienie szczytów łóżka?

Odpowiedź na pytanie 91: TAK dopuszczamy

Wózek na narzędzia – 1 szt.**Pytanie 92**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na narzędzia który posiada szkielet wykonany ze stali węglowej pokrytej powłoką chromowaną wyposażony w dwa nierdzewne blaty?

Odpowiedź na pytanie 92: NIE dopuszczamy

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na narzędzia o wymiarach 740x440mm jest to wymiar, który nie wiele odbiega od wymaganego?

Odpowiedź na pytanie 93: NIE dopuszczamy

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości 810mm jest to wymiar nie wiele odbiegający od wymaganego?

Odpowiedź na pytanie 94: TAK dopuszczamy

Wózek zabiegowy – 6szt.**Pytanie 95**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 835x720x425mm, jest to wymiar, który nie wiele odbiega od wymaganego?

Odpowiedź na pytanie 95: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Kozetka Lekarska – 1 szt.**Pytanie 96**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Kozetkę lekarską , której kąt nachylenia zagłówka realizowany jest w zakresie od 0⁰ do 30⁰?

Odpowiedź na pytanie 96: NIE dopuszczamy

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską, która posiada uchwyt na ręczniki papierowe o szerokości 520mm?

Odpowiedź na pytanie 97: TAK dopuszczamy

Dodatek nr 1/7 – Opis przedmiotu zamówienia: Laser chirurgiczny**Pytanie 98****pkt 4**

Czy Zamawiający dopuści laser chirurgiczny o maksymalnej mocy na tkance regulowanej od 1 do 40W? W zabiegach chirurgicznych nie używa się mocy poniżej 2W.

Odpowiedź na pytanie 98: Nie dopuszczamy

Pytanie 99**pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość impulsów regulowaną od 1 do 500Hz w trybie impulsowym i od 2 do 470Hz w trybie „superpulse”?

Częstość impulsów o wartości 0.1Hz oznacza, że czas pomiędzy rozpoczęciem kolejnych impulsów będzie wynosił 10s. Takie parametry nie mają zastosowania w medycynie.

Wykorzystanie trybu „superpulse” ma na celu cięcie tkanki z najmniejszym możliwym uszkodzeniem tkanek otaczających. Do takiego działania potrzebne są przerwy między impulsami powyżej 10ms czyli poniżej 100Hz. Częstotliwości powyżej 500Hz uniemożliwiają takie działanie, ponieważ przerwa pomiędzy rozpoczęciem impulsów w proponowanym zakresie częstotliwości wynosi mniej niż 2ms.

Odpowiedź na pytanie 99: NIE dopuszczamy

Pytanie 100**pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści długość impulsów regulowaną od 1ms do 0.5s w trybie impulsowym i od 90 do 900mikrosekund w trybie „superpulse”?

W zabiegach chirurgicznych wykorzystuje się jedynie czasy trwania impulsu w zakresie od 1ms do 200ms (0.2s). Ponieważ czas trwania impulsu służy do regulacji głębokości działania wiązki lasera oraz kontroli uszkodzenia termicznego otaczających tkanek, stosowanie dłuższych czasów trwania impulsu nie ma sensu. Regulacja co 1ms w zakresie od 1 do 9900ms również nie ma sensu, gdyż taka dokładna regulacja nie ma zastosowania w medycynie, a dojście od 1ms do 500ms wymagało by 500-krotnego naciśnięcia klawisza.

Odpowiedź na pytanie 100: NIE dopuszczamy

Pytanie 101**pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści laser chirurgiczny o wymiarach 410 x 420 x 1120mm (dł. x szer. x wys.)? Niewielka różnica wymiarów urządzenia nie wpływa na możliwości medyczne aparatu.

Odpowiedź na pytanie 101: TAK dopuszczamy

Pytanie 102**pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści laser chirurgiczny o wadze 45kg zamontowany na podstawie jezdnej?

Niewielka różnica wagi urządzenia nie wpływa na możliwości medyczne aparatu.

Odpowiedź na pytanie 102: TAK dopuszczamy

Dotyczy lasera chirurgicznego , Część I, 1/17

Pytanie 103

Czy zamawiający zgadza się na usunięcie opisu nieistotnych z punktu widzenia użyteczności lasera następujących parametrów:

Wymiary (dl. x szer x wys) : 235x400x1080, waga 39 kg, bezpieczeństwo CE0434

Stawianie wymogu odnośnie dokładnych wymiarów, wagi oraz CE wraz z numerem w obecnym kształcie narusza Art. 29 Ustawy Zamówień Publicznych

Czterocyfrowy numer przy znaku CE oznacza jednostkę Notyfikującą wystawiającą certyfikat producentowi sprzętu. CE z numerem 0434 należy do Det Norske Veritas.

Pozostawienie opisu przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie sugeruje wybór konkretnego lasera przez zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający rezygnuje z zapisu CE 0434, natomiast podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ oraz odpowiedzi na udzielone wcześniej pytania.

Pytanie 104

Dotyczy mikroskopu chirurgicznego , Część I, 1/8

Czy zamawiający dopuści pięciostopniowy zakres powiększeń mikroskopu od 3,44x, 5,36x, 8,48x.

13,6x, 21,2x zamiast 2,7x-16x oraz spełnieniu pozostałych parametrów specyfikacji ?

Odpowiedź na pytanie 104 : NIE Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

dot. Część II Pompa infuzyjna objętościowa. Dodatek 1/9

Pytanie nr 105

Czy alarm braku zasilania z sieci będzie wystarczający w postaci wyłączenia ikony zasilania z sieci na monitorze pompy i alarmy prawie pustego akumulatora 30 minut przed jego wyczerpaniem ? (p.33)

Odpowiedź na pytanie 105: TAK

CZEŚĆ III Dodatek nr 3/35 SIWZ Stół zabiegowy z przystawką ortopedyczną - 1 szt.

Pytanie 106

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści stół z całkowitą szerokością blatu 550 mm +/-30 mm ?

Odpowiedź na pytanie 106 :Tak, dopuszczamy

Pytanie 107

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców : -45⁰ do 75⁰ +/- 5⁰ ?

Odpowiedź na pytanie 107 :Tak, dopuszczamy

Pytanie 108

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka -50⁰ do 35⁰ +/- 5⁰ ?

Odpowiedź na pytanie 108 : Tak, dopuszczamy

Pytanie 109

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści stół bez przechyłów wzdłużnych wspomaganych sprężynami gazowymi z blokadą, ale z regulacją segmentu oparcia pleców, podglówka i podnóżków wspomaganych sprężynami gazowymi z blokadą ?

Odpowiedź na pytanie 109 :Tak, dopuszczamy

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z segmentem podudzia o całkowitej długości wynoszącej 1700mm?

Odpowiedź na pytanie 110: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez segmentu podudzia o długości1250mm.....

Odpowiedź na pytanie 111: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 112

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości siedziska wynoszącej 600mm?

Odpowiedź na pytanie 112: TAK, Dopuszczamy

Pytanie 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Fotel ginekologiczny, który posiada regulację kąta odchylenia oparcia pleców w zakresie od 0 do 60 °?

Odpowiedź na pytanie 113: TAK, Dopuszczamy

Pytanie nr 114:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada zakres regulacji pochylenia siedziska w zakresie od ...0° ... do..25.°....?(-10 + 20)

Odpowiedź na pytanie 114: TAK, Dopuszczamy

Pytanie nr 115:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0 ° do (-25)°?

Odpowiedź na pytanie 115 : TAK, Dopuszczamy

Pytanie 116

Czy zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z pozycją Trendelenburga 25°, co jest parametrem nieznacznie lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 116: TAK dopuszczamy

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne metalowe z wyposażeniem, które posiada szerokość całkowitą 950mm umożliwiającą stosowanie standardowych materacy szpitalnych o wymiarach 900x2000mm?

Odpowiedź na pytanie 117 TAK, Dopuszczamy

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2130mm umożliwiającą stosowanie standardowych materacy szpitalnych o wym. 900x2000mm?

Odpowiedź na pytanie 118 TAK, Dopuszczamy

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które posiadają odejmowaną siatkę, która umożliwia łatwiejsze mycie i dezynfekcję oraz w przypadku długoletniej eksploatacji i odkształcenia wymianę samego wypełnienia a nie całego segmentu?

Odpowiedź na pytanie 119 TAK, Dopuszczamy

Wózek do przewożenia chorych z wyposażeniem ilość 1szt.

Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada długość całkowitą wynoszącą 2050mm?

Odpowiedź na pytanie 120 : TAK, Dopuszczamy

Pytanie 121

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada szerokość całkowitą z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 730mm?

Odpowiedź na pytanie 121 TAK, Dopuszczamy

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada zakres regulacji wysokości leża w zakresie od 600 do 900mm?

Odpowiedź na pytanie 122 TAK, Dopuszczamy

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, który posiada zakres regulacji oparcia pleców od 0^0 do 70^0 , nadmieniamy, iż łamanie segmentu oparcia pleców umieszczane jest na wysokości bioder leżącego pacjenta w związku z czym w żaden sposób nie ulega poprawie intubacja pacjenta?

Odpowiedź na pytanie 123 TAK, Dopuszczamy

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z wyposażeniem, z zakresem regulacji oparcia pleców $0-60^\circ$, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 124: TAK dopuszczamy

Pytanie 125

Czy Zamawiający co wydaje się oczywiste oczekuje aby wózek do przewożenia chorych wyposażony był w funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź na pytanie 125 TAK, Dopuszczamy

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.07.2009r.

W imieniu Zamawiającego

Z up. STAROSTY

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35