



Radomsko, dnia 16.06.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/12/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Pytanie 1 dotyczy Części I - dodatek nr 1/12 opisu przedmiotu zamówienia:

W związku z wycofaniem z rynku urządzenia o nazwie stymulator nerwów obwodowych Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania tego urządzenia?

Odp. Zamawiający rezygnuje z urządzenia – stymulator nerwów obwodowych - pozycja 12 zostaje wykreślona.

Pytanie 2 dotyczy Części I - dodatek nr 1/19, Części IV – dodatek nr 4/5 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wymiarach 1850x555mm?

Odp. Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wymiarach: długość min. 1850 mm, szerokość min. 555mm.

Pytanie 3 dotyczy Części I - dodatek nr 1/19, Części IV – dodatek nr 4/5 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 550mm?

Odp. Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości min. 550mm.

Pytanie 4 dotyczy Części I - dodatek nr 1/19, Części IV - dodatek nr 4/5 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją 0 – 40 stopni?

Odp. Nie dopuszczamy

Pytanie 5 dotyczy Części I - dodatek nr 1/24 opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający w nazwie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania lamp 3 + 5 projektorowych z kamerą i torem wizyjnym, natomiast z tabeli parametrów wynika, że Zamawiający wymaga lamp bez kamery i toru wizyjnego. Czy oferent ma uznać zapisy zawarte w tabeli parametrów technicznych?

Odp. Tak, obowiązują zapisy tabeli.

Pytanie 6 dotyczy Części I – dodatek nr 1/35 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści stojak podstawą i tubusem metalowym lakierowanym proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści także stojak z podstawą i tubusem metalowym lakierowanym proszkowo.

Pytanie 7 dotyczy Części I – dodatek nr 1/35 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści stojak o wysokości 1400 do 2270mm?

Odp. Zamawiający dopuści stojak o wysokości min.1400 do 2450mm.

Pytanie 8 dotyczy Części I – dodatek nr 1/39, Części IV – dodatek nr 4/14 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską na kółkach, zamiast regulowanych stopek?

Odp. Dopuszczamy, ale wymagamy blokady kół.

Pytanie 9 dotyczy Części I – dodatek nr 1/39, Części IV – dodatek nr 4/14 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską wykonaną z blachy czarnej malowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuści szafę lekarską wykonaną także z blachy czarnej malowanej proszkowo.

Pytanie 10 dotyczy Części I – dodatek nr 1/39, Części IV – dodatek nr 4/14 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską o szerokości 800mm?

Odp. Zamawiający dopuści szafę lekarską o szerokości min.800mm.

Pytanie 11 dotyczy Części I – dodatek nr 1/43, Części IV – dodatek nr 4/17 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści taboret obrotowy o regulacji wysokości 460 – 560mm?

Odp. Dopuszczamy, powyższe parametry mieszczą się w żądanych przez zamawiającego, tj. 430 do 720 mm(+/-20mm).

Pytanie 12 dotyczy Części I – dodatek nr 1/50, Części IV – dodatek nr 4/21 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózki zabiegowe z półkami ze szkła niehartowanego?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie 13 dotyczy Części I – dodatek nr 1/50, Części IV – dodatek nr 4/21 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózki zabiegowe z miskami osadzonymi w ruchomych uchwytach?

Odp. Zamawiający dopuści wózki zabiegowe z miskami osadzonymi również w ruchomych uchwytach.

Pytanie 14 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o długości 800mm?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. Wózek pod aparaturę określony jest w Części I – dodatek nr 1/47 tym samym nie jest możliwa pełna odpowiedź na zadane pytanie z uwagi na swą nieprecyzyjność, co do części IV – dodatek 4/22. Jeżeli chodzi o wózek dla Części I – dodatek nr 1/47 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka pod aparaturę o długości min. 670mm - max. 800mm. Natomiast pytanie dot. Części IV – dodatek nr 4/22 wymaga sprecyzowania.

Pytanie 15 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o szerokości 450mm?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. Wózek pod aparaturę określony jest w Części I – dodatek nr 1/47 tym samym nie jest możliwa pełna odpowiedź na zadane pytanie z uwagi na swą nieprecyzyjność, co do części IV – dodatek 4/22. Jeżeli chodzi o wózek dla Części I – dodatek nr 1/47 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka pod aparaturę o szerokości min. 450mm. Natomiast pytanie dot. Części IV – dodatek nr 4/22 wymaga sprecyzowania.

Pytanie 16 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o wysokości 800mm?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. Wózek pod aparaturę określony jest w Części I – dodatek nr 1/47 tym samym nie jest możliwa pełna odpowiedź na zadane pytanie z uwagi na swą nieprecyzyjność, co do części IV – dodatek 4/22. Jeżeli chodzi o wózek dla Części I – dodatek nr 1/47 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka pod aparaturę o wysokości min. 800mm. Natomiast pytanie dot. Części IV – dodatek nr 4/22 wymaga sprecyzowania.

Pytanie 17 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o szkielecie metalowym chromowanym?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. Wózek pod aparaturę określony jest w Części I – dodatek nr 1/47. Zamawiający dopuści wózek pod aparaturę również o szkielecie metalowym chromowanym. Zamawiający dopuści również wózek z części IV – dodatek nr 4/22 o szkielecie metalowym chromowanym.

Pytanie 18 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę bez krążków odbojowych?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z Części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. W opisie dot. wózka z Części I – dodatek nr 1/47 brak jest wymogu aby wózek pod aparaturę wyposażony był w krążki odbojowe. Natomiast Zamawiający wymaga aby wózek z Części IV – dodatek nr 4/22 posiadał krążki odbojowe tak jak jest to wymagane w szczegółowym opisie.

Pytanie 19 dotyczy Części I – dodatek nr 1/47, Części IV – dodatek nr 4/22 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wózek pod aparaturę z półkami z płyty MDF?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wózek z Części I – dodatek nr 1/47 oraz wózek z Części IV – dodatek nr 4/22 są to dwa różne wózki. W opisie wózka dla Części I – dodatek nr 1/47 mowa jest jedynie o blacie nie o półkach. Zamawiający dopuszcza blat z płyty MDF. Jeżeli chodzi o wózek z Części IV – dodatek nr 4/22 Zamawiający dopuści wózek także z półkami z płyty MDF.

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.06.2009r.

W imieniu Zamawiającego
Z up. STAROSTY
Etatowy Członek Zarządu
/-/
inż. Dionizy Łysik
.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.