



Radomsko, dnia 25.06.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/18/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Część I Dodatek 1/ 53 do SIWZ Zestaw monitorujący dla 2 stanowisk z monitorem centralnym, respirator.

Pytanie 1. p. 30, 41

Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy respirator ze skokową co 1 cmH₂O regulacją ciśnienia w zakresie szerszym niż wymagany od 1 do 98 cmH₂O?

Odp. TAK

Pytanie 2 p. 33

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator przeznaczony dla dzieci i dorosłych od 5 do 200 kg z zastawką PEEP regulowaną w zakresie: WYŁ. Od 1 do 50 cmH₂O?

Odp. TAK

Pytanie 3 p. 36

Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją przepływu tlenu w zakresie szerszym niż wymagany od 2 do 160 l/min?

Odp. TAK

Pytanie 4 p. 37

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator posiadający szeroką gamę trybów wentylacji między innymi wentylację objętościowo- zmienną, ciśnieniowo- zmienną, wentylację ciśnieniowo- zmienną z gwarancją objętości. Tryby uwzględniające oddechy własne pacjenta takie jak synchroniczną przerywaną wentylację obowiązkowo i ciśnieniowo zmienną, wentylację dwoma poziomami ciśnień, wentylację ciągłym dodatnim ciśnieniem, wspomaganie ciśnieniowe oddechu ale nie posiadający możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych?

Odp. TAK. akceptujemy respirator bez możliwości podłączenia maski do tlenoterapii oraz wąsów tlenowych.

Pytanie 5 p. 39, 40

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy nieprzenośny respirator z dużym 12 calowym ruchomym w trzech płaszczyznach ekranem. Respirator z ekranem można umieścić na np. kolumnie, bądź półce przyłóżkowej. Respirator ma możliwość pracy na butli z tlenem dołączonej na specjalnym jeżdżym wózku, bądź być zasilany w jeden bądź dwa gazy z zasilania centralnego. Rozwiązanie takie daje możliwość zaawansowanej opieki nad pacjentem nie wymagającym transportu.

Odp. TAK akceptujemy.

Pytanie 6 p. 42

Proszę aby Zamawiający sprecyzował, że reduktor z manometrem ma znajdować się przy butli a nie być integralną częścią respiratora.

Odp. Reduktor jako dodatkowe wyposażenie, umożliwiające podłączenie do butli z tlenem.

Pytanie 7

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, który nie wymaga konserwacji i jest objęty „dożywotnią” gwarancją a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i daje znaczne oszczędności podczas konserwacji urządzenia?

Odp. Zamawiający nie wymaga by respirator posiadał elektroniczny czujnik pomiaru stężenia tlenu, ale dopuszcza respiratory z takim czujnikiem.

Pytanie 8

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respiratorów posiadających ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od -3 do -10 cm H₂O, przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od 3 do 9 l/min oraz przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie od 2 do 10 l/min, wykorzystywany przez mechanizm wyzwalania przepływem i tworzący zapas świeżych gazów dla pacjenta oraz ułatwiający utrzymanie układu oddechowego w warunkach dużego nawilżenia? Są to parametry o dużym znaczeniu klinicznym, wykorzystywane przez czołowych producentów respiratorów.

Odp. Zamawiający nie wymaga i nie określa trybów pracy respiratora przedstawionych w pytaniu , ale dopuszcza przedstawione tryby.

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.06.2009r.

W imieniu Zamawiającego

Z up. STAROSTY

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.