



Radomsko, dnia 03.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/20/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Faza I Etap II

Część I Dodatek 1/ 53 do SIWZ Zestaw monitorujący dla 2 stanowisk z monitorem centralnym, respirator.

Pytanie 1 p. 1

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta posiadający wbudowane oprogramowanie do pomiarów inwazyjnego ciśnienia krwi, EKG, Oddechu- respiracji, temperatury, rzutu serca, pulsoksymetrii, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, kapnografii oraz możliwość rozbudowy mierzonych parametrów za pomocą modułów podłączanych bez udziału serwisu takich jak: moduł pomiarów gazowych, nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, moduł BIS/EEG.

Monitor posiada możliwość automatycznej rekonfiguracji ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, wymagany monitor o budowie modułowej, z możliwością wymiany modułów.

Pytanie 2 p. 2

W piśmie z dnia 18.06.09 r. skierowanym do nabywców SIWZ Zamawiający dopuścił zmianę przekątnej monitora do 12 cali. Czy zostanie zaakceptowany wysokiej klasy monitor o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 640 x 480 pikseli, posiadający rączkę ułatwiającą

przenoszenie monitora i niską wagę przy zachowaniu wszelkich zalet dużego 12 calowego monitora stacjonarnego?

Odpowiedź na pytanie 2

Dopuszczalny monitor 12 cali o rozdzielczości min 800 x 600 pikseli.

Pytanie 3 p. 7

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy monitor posiadający pomiar EKG z kabla 3, 5, 10 odprowadzeniami EKG prezentacją wszystkich 12 odprowadzeń z 10 odprowadzeniowego kabla oraz prezentację 6 odprowadzeń EKG jednocześnie przy rejestracji EKG z 5 elektrod? Posiadający inteligentny przełącznik odprowadzeń kontrolujący przez cały okres pomiarów stan elektrod w celu zapewnienia nieprzerwanego monitorowania, np. jeżeli komunikat o odłączeniu odprowadzenia dotyczy krzywej EKG wyświetlanej u góry ekranu, do celów monitorowania zostanie automatycznie wybrane inne odprowadzenie.

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, zamawiający wymaga monitora zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 4 p. 10

Światowy lider w technologii pomiarów saturacji Massimo posiada zakres pomiarowy parametrów saturacji w zakresie 30 do 100% , taki sam zakres posiada technologia pomiaru saturacji GE Ohmeda w monitorach przez nas proponowanych. Technologia GE Ohmeda jest odporna na artefakty i zakłócenia. Czy Zamawiający zaakceptuje technologię pomiaru saturacji metodą GE Ohmeda w zakresie 30 -100 %?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 18.06.2009 nie wyraził zgody na monitory z technologią pomiaru saturacji metodą GE Ohmeda w zakresie od 30 – 100% Po powtórnej analizie pytania zadanego w dniu 24.06.2009 dotyczącego w/w przedmiotu, zamawiający dopuszcza monitory z technologią pomiaru saturacji metoda GE Ohmeda w zakresie 30-100%

Pytanie 5 p. 11, 12

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną z prezentacją wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej ciśnienia, pomiar rytmu serca w zakresie 30 do 200 ud/min. Z możliwością obserwacji rytmu serca np. z pomiaru EKG w zakresie 30 do 300 ud/min, saturacji w zakresie 30- 250 ud/min. Pomiar NIPC może odbyć się jako pojedynczy pomiar, automatyczny z określonym czasem cykli i długości ich trwania, z automatycznym pompowaniem mankieta w zależności od typu pacjenta ale nie posiadającym funkcji stazy?

Odpowiedź na pytanie 5

Dopuszczamy parametry pomiaru.

Funkcja „stazy” jest wymagana zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie 6 p. 13

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający możliwości szerokiego zakresu monitorowania temperatury w dwóch miejscach ciała w zakresie od 0 do 45° Celsjusza z rozdzielczością 0,1 ° C bez możliwości wskazania różnicy temperatur ?

Odpowiedź na pytanie 6

Nie, zamawiający wymaga monitora zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie 7 p. 17, 18

Prosimy o dopuszczenie monitorów z 24 godzinnymi trendami numerycznymi i graficznymi o rozdzielczości 1 minuty, bez możliwości zapisu zdarzeń krytycznych? Istnieje możliwość rozbudowy o funkcję full disclosure z 48-godzinnym zapisem wszystkich krzywych i większą rozdzielczością trendów oraz historię większej ilości alarmów dostępną w centrali przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź na pytanie 7

Dopuszczalna zmiana trendów do 48 godzin i ograniczenie ilości rejestrowanych zdarzeń krytycznych do 150.

Dotyczy:**Etap II - Część I, Dodatek nr 1/2 do SIWZ****Pytanie 8**

Punkt 17. – Czy Zamawiający zaakceptuje ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa z zakresem regulacji ciśnień od 1 do 60 cmH₂O?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 9

Punkty 74 i 75. – Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar zwiotczenia mięśni NMT za pomocą oddzielnego monitora, który posiada dodatkową funkcję lokalizacji nerwu z jednoczesną możliwością podania blokady i może być stosowany przy każdym stanowisku anestezyjologicznym?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, dopuszczamy.

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2009r.

W imieniu Zamawiającego

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35