



Radomsko, dnia 07.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.13/21/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)**”

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO ZEBRANIA WYKONAWCÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. **FP 341.13.09**

Prowadzonego w trybie : **przetargu nieograniczonego** , którego przedmiotem jest : „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I - Etap II)**

Zamawiający : Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22
tel.: 044/6834509. faks :044/ 6834335

na zwołanym w dniu : 29.06.2009 (*dd / mm / rrrr*) zebraniu wykonawców, otrzymał zapytania dotyczące treści SIWZ i udzielił na nie następujących odpowiedzi :

Lp.	Treść zapytania	Treść odpowiedzi
1	Proponowana przez Zamawiającego ilość przeprowadzanych zabiegów (zgodnie z opisem w SIWZ) ma wynosić 200 pacjentów dziennie. Czy w świetle istniejących warunków technicznych (rozmiary pomieszczenia 4,90 m x 4,35 m) zamawiający odstąpi od wymaganej ilości 200 pacjentów dziennie zmniejszając ilość do ok. 70 – 80 pac. dziennie. W przypadku pozostania przy w/w zapisie koniecznym będzie dostosowanie (adaptacja) przeznaczonego na ten cel	Tak, Zamawiający zmienia liczbę przeprowadzanych badań z 200 pacjentów na ok. 70-80 pacjentów dziennie.

	pomieszczenia do rozmiarów komory kriogenicznej zapewniającej wymaganą ilość zabiegów dziennie, tj. min 5m x 5m	
2	Czy zamawiający przewidział miejsce posadowienia zbiornika na ciecz kriogeniczną ? W przypadku braku miejsca na posadowienie w/w zbiornika koniecznym będzie wykonanie postumentu w formie zbrojonej ławy betonowej oraz drogi dojazdowej dla cysterny z cieczą kriogeniczną.	Odp. Zbiornik na ciecz kriogeniczną będzie posadowiony na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia kriokomory. Ewentualne wykonanie postumentu i drogi dojazdowej zostanie wykonane przez Zamawiającego jednak dopiero po wybraniu konkretnego wyposażenia technologicznego
3	Czy pomieszczenie przeznaczone na komorę kriogeniczną wyposażone jest w służę (przed wejściem do komory) ? w przypadku jej braku konieczna będzie adaptacja pomieszczenia.	Pomieszczenie przeznaczone na komorę kriogeniczną nie jest obecnie wyposażone w służę, ewentualna adaptacja pomieszczenia będzie wykonana przez Zamawiającego po wybraniu konkretnego wyposażenia technologicznego.

**Data wysłania wykonawcom którym przekazano SIWZ, informacji z zebrania :
07.07.2009 (dd / mm / rrrr).**

W imieniu zamawiającego

**Z up. STAROSTY
WICESTAROSTA**

/-/

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35