



Radomsko, dnia 21.07.2009 r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

FP 341.16/06/09

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap III)**”

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ**

- I.** Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

### **TREŚĆ PYTAŃ:**

**Dotyczy Część II dodatek 2/6 oraz dodatek 3/6 do SIWZ Respiratory 5 szt.- Neurologia, respirator 1 szt –Interna**

#### **Pytanie 1 dot. pkt 4 (neurologia) oraz pkt 7 (Interna)**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez wbudowanego kompresora, a także potrzeby posiadający możliwość przyszłej rozbudowy o zintegrowany kompresor?

Zaproponowane w specyfikacji rozwiązanie respiratora z wbudowanym wewnątrz kompresorem lub turbiną nie pozwoli użytkownikowi na podłączenie respiratora do szpitalnej sieci sprężonego powietrza. Tak więc nowo wybudowany szpital z nowoczesnym rozwiązaniem sieci sprężonego powietrza nie będzie mógł być nigdy wykorzystany. W związku z powyższym, czy zamawiający wprowadzi wymóg aby oferowany respirator posiadał możliwość podłączenia do centralnej sieci szpitalnej sprężonego powietrza.

**Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 2 dot. pkt 42 (neurologia) oraz pkt 47 (Interna)**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nieprzystosowany bezpośrednio do pracy w środowisku MRI ale przy zastosowaniu dłuższych rur oddechowych dający możliwość wentylacji pacjentów znajdujących się w MRI. Ponadto jest ogólnie przyjęte, że do celów transportu chorego wewnątrz szpitala stosuje się mały i lekki transportowy respirator pneumatyczny, który całkowicie zaspokoi potrzebę wykonania badań w każdym środowisku.

**Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie dopuszcza**

**II.** Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.07.2009r.**

W imieniu Zamawiającego

**STAROSTA**

*/-/*

***Jerzy Kaczmarek***

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35