



Radomsko, dnia 22.07.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.17/07/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap IV)”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ:

Dot. Część II SIWZ dodatek 2/7 do SIWZ

Pytanie 51

Czy zamawiający dopuści aby mata basenowa była wykonana z tworzywa sztucznego innego niż poliamid ?

Odpowiedź na pytanie 51 : Zamawiający dopuszcza matę basenową wykonaną z PCV

Dot. Część II SIWZ dodatek 2/25 do SIWZ, wyposażenie punkt 9

Pytanie 52

Czy zamawiający dopuści aby dystrybutor rękawów foliowo - papierowych z obcinarką umożliwiał umieszczenie rolki z rękawem foliowo-papierowym o średnicy do 220 mm?

Odpowiedź na pytanie 52 :

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Dot. Część II SIWZ dodatek 2/26 do SIWZ

Pytanie 53

Czy zamawiający dopuści aby stelaż z workiem foliowym na odpadki miał wysokość 90 cm (+/- 10%)

Odpowiedź na pytanie 53 : TAK, zamawiający dopuszcza

Dot. Część II SIWZ dodatek 2/50 do SIWZ – formularz cenowy

Pytanie 54

Proszę o określenie ilości sztuk urządzeń wielofunkcyjnych ?

Odpowiedź na pytanie 54

Ilość sztuk urządzeń wielofunkcyjnych – 1 szt.

Część II dodatek nr 2 SIWZ

Dotyczy pozycji 13-15. puszki sterylizacyjne

Pytanie 55

Czy zamawiający podając wymiary puszki sterylizacyjnej miał na myśli wymiary całej puszki sterylizacyjnej razem z pokrywą?

Odpowiedź na pytanie 55: TAK

Część II dodatek nr 2/4 do SIWZ

Pytanie 56

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie następującego sprzętu:

Kosz sterylizacyjny wykonany z materiału nierdzewnego, poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy, umożliwiające zaczepienie narzędzi w trakcie użytkowania bezsiatkowych (bez siatki drucianej jako elementu konstrukcyjnego), z rączkami chowanymi i blokowanymi pod kątem 90 stopni o wym. dl 540, szer. 253, wys. 94 umożliwiające składowanie koszy jeden na drugim kompatybilne do systemów kontenerowych.

Odpowiedź na pytanie 56 : Tak, zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.07.2009r.

W imieniu Zamawiającego

Z up. STAROSTY
Etatowy Członek Zarządu
/-/
inż. Dionizy Łysik

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35