



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, 03.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.38/18/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
(Faza I – Etap I).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1 Zestaw do ESWL, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarze poprzecznym ogniska 13 mm?

Większy poprzeczny rozmiar ogniska powoduje, że podczas ruchów oddechowych pacjenta kamień pozostaje cały czas w zasięgu fali terapeutycznej. Zwiększa to znacznie skuteczność zabiegów oraz upraszcza procedury kontrolowania położenia kamienia podczas zabiegu.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 2 CZĘŚĆ IV, Dodatek nr IV/2 do SIWZ

Czy poprzez uruchomienie urządzenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi oferowanego sprzętu?

Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z zapisami SIWZ i wzorem umowy

PYTANIE 3 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu densytometr z obszarem skanowania 648 x 1930 mm?

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści w pkt V Kalibracja aparat z kalibracją wykonaną raz dziennie przed przystąpieniem do badań. Wybór wskazany w SIWZ dotyczy tylko jednego producenta tj. firmy HOLOGIC, co jest zakazane w art. 29 ust Ustawą PZP w zakresie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Żądanie Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia, gdyż aparaty innych producentów uznanych akceptacją FDA spełniają rygorystyczne normy wysokiej precyzji i dokładności badania.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 5 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor scyntylacyjny jako wartość równoważną (chodzi o uściślenie parametru III pkt 1 i dopisanie dopuszczenia aparatu z typem detektora scyntylacyjnego jako wartości równoważnej). Dopuszczając do postępowania aparat o innym typie wiązki niż wachlarzowa zaprzecza tym samym pkt II.1 dot. lampy rtg gdzie wymagają Państwo parametru: wachlarzowa wiązka lub inna czyli Pencil Beam. Detektory półprzewodnikowe występują tylko z wiązką wachlarzową. Oferowany przez nas aparat to wysokiej klasy densytometr posiadający certyfikat FDA co pozwala mu być używanym w ogólnościowych badaniach klinicznych potwierdzając jego wysoką precyzję i dokładność badań – posiada wiązkę Pencil Beam z detektorami scyntylacyjnymi z opcją Quick Scan – znamienne skracać czas badania oraz obniżając dawkę promieniowania dla badanego pacjenta przez co jest bezpieczniejsza oraz – posiadającymi właściwościami większej precyzji i dokładności w wykonywanych badaniach oraz mniejszych zafałszowań związanych z pomiarem osób z nadwagą – jak to ma miejsce przy użyciu wiązki wachlarzowej.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wymaga detektora typu półprzewodnikowego o wiązce wachlarzowej tzn. fan beam lub narrow fan beam

PYTANIE 6 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści w pkt II.4 SIWZ w części dotyczącej densytometru wpisanie parametru: lampa rtg o ognisku max 0,5 mm. Stosowane rozwiązania ogniska 0,3 mm są wyłącznie w lampach z wiązką wachlarzową. „Ostrość ogniska” nie wpływa na jakość pomiaru, gdyż wspomniane 0,3 mm występuje tylko w centrum wachlarza i tutaj tylko ma istotne znaczenie, w pozostałym spektrum wiązka jest pod kątem wobec czego występuje efekt rozproszenia i znacznie wykracza powyżej 0,3 mm. Użycie parametru ogniska 0,3 mm ma w tym wypadku nieścisły charakter w stosunku do par II.1. Użycie tego parametru w zawężonym spektrum ma za zadanie tylko i wyłącznie ograniczyć konkurencję i nie wpływa znamienne na jakość badania pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 6

Zgodnie z zapisami SIWZ –lampa z ogniskiem max 0,3 mm

PYTANIE 7 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści aparat mierzący dwie szyjki kości udowej bez konieczności przemieszczania i dodatkowego pozycjonowania pacjenta ale traktujący jedną szyjkę kości udowej jako pojedynczy obszar badania przez co znamienne podnosi jakość i dokładność wykonania badania i nie wpływa na czas pomiaru.

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 8 Część VI.1

Czy Zamawiający dopuści w pkt VII Wyposażenie Dodatkowe w pkt 1 pozycjoner laser punktowy. Wskazanie jako wyłącznego lasera krzyżowego narusza ustawę PZP w zakresie opisanie przedmiotu

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, powyższe rozwiązanie występuje tylko w densytometrze firmy HOLOGIC.

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka