



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 05.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.38/20/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1 - Część II: Przewoźny aparat do znieczuleń ogólnych – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści realizację pomiaru kapnometrii i kapnografię na ekranie aparatu do znieczulenia jako równoważne rozwiązanie do wymaganego w SIWZ? Nie spowoduje to obniżenia jakości aparatu, a pozwoli zaoferować Państwu nowoczesne urządzenie producenta światowej marki.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 2 - Część I poz. 6 – ssak elektryczny

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 6 i utworzy oddzielny pakiet, co pozwoli na udział w postępowaniu większej liczby oferentów a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny za pakiet?

Odpowiedź na pytanie 2

Nie, Zamawiający nie wydzieli poz.6 „ssak elektryczny” w odrębny pakiet

PYTANIE 3 - Część I poz. 6 – ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w dwa koła w tylnej części podstawy, ułatwiające przesuwanie ssaka?

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 4 - Część I poz. 6 – ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący cicho do 45 dB?



Odpowiedź na pytanie 4

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 5 - Część I poz. 6 – ssak elektryczny

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtry hydrofobowe nakręcane bezpośrednio na źródło ssania?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganych parametrów technicznych serwera PACS, bądź określenie, czy Zamawiający przyjmie jako wymagane parametry:

- procesor min. Intel Core 2 Quad
- zegar procesora min. 2,66 GHz
- szyna FSB min. 1333 MHz
- pamięć cache L2 min. 6 MB
- system dyskowy min. 1TB (RAID 5)
- pamięć RAM min. 4 GB z możliwością rozbudowy

Odpowiedź na pytanie 6

Tak, Zamawiający przyjmie proponowane parametry techniczne serwera PACS za wyjątkiem systemu dyskowego min. 1TB (RAID 5). Zamawiający wymaga aby system dyskowy posiadał min. 5TB

PYTANIE 7

Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania min. poniższych funkcjonalności systemu RIS:

- Oprogramowanie RIS pracuje w języku polskim
- Nielimitowana ilość stanowisk roboczych
- Oprogramowanie RIS nie wymaga instalacji na komputerze na którym ma pracować użytkownik
- Możliwość rejestracji pacjenta z dowolnej końcówki w szpitalu
- Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ
- Rejestracja pacjentów obcokrajowców
- Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania
- Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL
- Planowanie i rejestracja badania dla określonej pracowni z możliwością wykorzystania i definiowania terminarza oraz zmiany terminów badań na każdym etapie aż do jego wykonania
- Możliwość ustalenia czasu trwania badania indywidualnie dla każdego pacjenta
- Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych w ramach szpitalnego systemu zleceń
- Realizacja zlecenia badania w pracowni w ramach szpitalnego systemu zleceń
- Poprawne sortowanie list roboczych w pracowniach z uwzględnieniem polskich czcionek
- Realizacja zlecenia w pracowni - wprowadzenie wyników i opisu badania
- Dostęp do wykazu pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z możliwością ich wydruku
- Możliwość zapisu informacji o rzeczywiście zużytych materiałach (klisze, kontrast, inne) dla każdego badania i każdego pacjenta
- Możliwość wydruku wyników badań bieżących i znajdujących się w archiwum z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku
- Możliwość umieszczenia logo pracowni na wydruku wyników badań dla pacjenta



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

- Przegląd oraz możliwość wydruku listy pacjentów do badania w wybranym dniu do danej pracowni
- Generowanie listy DICOM Worklist dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych
- Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie 7 Zgodnie z zapisami SIWZ

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....
(podpis)