



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 05.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.38/22/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1-Część IV, dodatek nr IV/2 do SIWZ, pkt. III.32

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej w określeniu jednostki szybkości chłodzenia anody? Jednostką szybkości chłodzenia jest kHU/min. – prosimy o wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący parametru –szybkość chłodzenia anody – 150 kHU/min

PYTANIE 2-Część IV, dodatek IV/2 do SIWZ, pkt.IV.33, VI.50, VII.62

Czy Zamawiający przywróci pierwotne wymogi SIWZ i dopuści możliwość zaoferowania detektorów cyfrowych na stałe zamontowanych w stole i statywie odległościowym? Pragniemy zaoferować najwyższej klasy aparat rtg, który dla zwiększenia możliwości diagnostycznych umożliwia w stole kosztownym wysunięcie detektora cyfrowego. Pragniemy zauważyć, że stosowanie całkowicie wyjmowanego detektora cyfrowego wiąże się z narażeniem na poważne uszkodzenia detektora, np. poprzez silne uderzenie o podłogę, który jest najdroższym elementem całego aparatu rtg i może skutkować w dłuższej perspektywie bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Dodatkowo chcemy zauważyć, że zmiana SIWZ przez Zamawiającego pismem z dnia ogranicza stosowanie zasady uczciwej konkurencji, a jednocześnie zamawiający drastycznie wyklucza możliwości zaoferowania aparatu o najwyższych parametrach technicznych i walorach diagnostycznych.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga detektorów wykonanych w technologii umożliwiającej wyjmowanie detektorów bez użycia narzędzi ze stołu i statywu



PYTANIE 3-Część IV, dodatek IV/2 do SIWZ, pkt. V. 45

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z zawieszeniem sufitowym, oferujący obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej w zakresie od $+120^{\circ}$ do -120° . Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymaganej przez Zamawiającego, która z pewnością nie wpłynie na walory użytkowe i funkcjonalne aparatu rtg oraz zagwarantuje wykonanie badań dla każdego pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4-Część IV, dodatek IV/2 do SIWZ, pkt. V. 46

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, oferujący obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej w zakresie od $+154^{\circ}$ do -182° . Jest to wartość nieznacznie odbiegająca od wymaganej przez zamawiającego, która z pewnością nie wpłynie na walory użytkowe i funkcjonalne aparatu rtg oraz zagwarantuje wykonanie badań dla każdego pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 5-Część IV, dodatek IV/2 do SIWZ, pkt. IX. 93

Zamawiający wymaga monitorów diagnostycznych klasy 3MP o przekątnej min. 21". Czy Zamawiający dopuści użycie monitorów klasy 3MP o przekątnej 20,8"?

Odpowiedź na pytanie 5

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 6-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza, aby obrazy wykorzystywane do biopsji stereotaktycznej były niższej jakości niż obrazy diagnostyczne, czy muszą to być obrazy o jakości identycznej jak z detektora mammografu?

Odpowiedź na pytanie 6

Nie dopuszczamy

PYTANIE 7-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuszcza aby pojemność cieplna samej anody wynosiła 162 kHU?

Należy zaznaczyć, że o możliwościach eksploatacyjnych aparatu decyduje pojemność całego układu chłodzenia a nie pojemność samej anody. Pojemność całego układu – czyli pojemność lampy z kołpakiem, w oferowanym przez nas aparacie znacznie przewyższa wymagania zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 7

Nie dopuszczamy

PYTANIE 8-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 40

Czy Zamawiający dopuszcza podanie współczynnika DQE wg danych Producenta dla 1p/mm?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, dopuszczamy



PYTANIE 9-Część VII, dodatek nr VII/ 1 do SIWZ, pkt. 48

Czy Zamawiający dopuszcza pamięć operacyjną 2GB RAM?

Należy zaznaczyć, że stacja technika wykonuje tylko funkcje przeglądowe a nie diagnostyczne i z tego względu wielkość pamięci RAM nie jest szczególnie istotna.

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, dopuszczamy

PYTANIE 10-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 52

Czy Zamawiający dopuszcza pojedynczy monitor przeglądowy LCD o przekątnej 19”?

Należy zaznaczyć, że stacja technika wykonuje tylko funkcje przeglądowe a nie diagnostyczne i z tego względu nie jest celowe wyposażenie jej w dwa monitory o parametrach wymaganych w diagnostyce. Zresztą w następnym punkcie 53 zamawiający określa rozdzielczość monitorów stacji technika jako min. 1,3 MP, która nie jest rozdzielczością diagnostyczną dla mammografii – tym samym zamawiający potwierdza zasadność naszego pytania.

Odpowiedź na pytanie 10

Tak, dopuszczamy

PYTANIE 11-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 59

Czy Zamawiający dopuszcza, aby oprogramowanie stacji technika było w języku angielskim, natomiast instrukcja obsługi w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, dopuszczamy

PYTANIE 12-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 68

Prawdopodobnie na skutek pomyłki na liście wymaganych funkcji DICOM widnieje DICOM Modality Performed Procedure Step. Ta funkcja DICOM może być realizowana wyłącznie na urządzeniach medycznych wykonujących badanie – tym samym nie ma ona zastosowania do konsoli diagnostycznej. Wnioskujemy o skreślenie tej funkcjonalności.

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający wymaga funkcji DICOM

PYTANIE 13-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 69

Czy Zamawiający dopuszcza, aby stacja była wyposażona w zintegrowaną klawiaturę obsługową, posiadającą klawisze dedykowane do przeglądania obrazów z badań mammograficznych, spełniające identyczne funkcje jak oddzielna klawiatura obsługowa?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak, dopuszczamy

PYTANIE 14-Część VII, dodatek nr VII/1 do SIWZ, pkt. 72

Czy Zamawiający dopuszcza, aby oprogramowanie konsoli lekarskiej było w języku angielskim, natomiast instrukcje obsługi w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak, dopuszczamy



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....