



Radomsko, dnia 13.10.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.38/07/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap I)”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Część IV – Zestaw do ESWL.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenia ESWL o ciśnieniu w ognisku terapeutycznym mniejszym niż 50 MPa oraz gęstości energii w ognisku terapeutycznym mniejszej niż 0,8mJ/mm² zmieniając wymagania przedstawione w poz. 6 i 7 ?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza dowolny typ ultrasonografu, który mógłby podłączyć do litotryptora ? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „nie”, to prosimy o podanie typu lub wymaganych parametrów ultrasonografu.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3

Czy zamawiający nie wymaga w ramach gwarancji wymiany elementów zużywalnych nie objętych gwarancją ? Czy Zamawiającego interesują koszty eksploatacji litotryptera?

Odpowiedź na pytanie 3

Pytanie nie związane z SIWZ

Część I – Ssak elektryczny.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści ssak elektryczny o przepływie 0-35 l/min na wyjściu, i spełniający wszystkie pozostałe parametry techniczne?

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z warunkami SIWZ

Część VI.**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w lampę z ogniskiem 0,6 mm?

Odpowiedź na pytanie 5

Podtrzymujemy warunki SIWZ

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w detektor typu NaI(Tl)?

Odpowiedź na pytanie 6

Podtrzymujemy warunki SIWZ

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści urządzenie z maksymalnym obszarem skanowania 60x180 cm?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, dopuści

Część IX.**Pytanie 8 dotyczy punktu 1 Pracownia Endoskopii Diagnostycznej.**

Czy zamawiający w pkt. I.5. Wideogastroskop dopuści aparat o lepszym parametrze jakim jest długość robocza 1100 mm? Różnica 40 mm przy długości aparatu rzędu 1000 – 1100 mm nie ma absolutnie wpływu na komfort, jakość i bezpieczeństwo przeprowadzanych badań.

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, dopuści

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13. 10. 2009 r.

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

Bożena Nowacka

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 044 683 43 35.