



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 29.10.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.38/15/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
(Faza I – Etap I).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

CZEŚĆ 1 dodatek 1/8 pkt.8

W związku z niejasną odpowiedzią Zamawiającego na zadane przez nas pytanie nr 5 z dnia 21.10.2009r pragniemy powtórnie zapytać, czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności respirator z zaworem pacjenta z zastawką PEEP regulowaną w zakresie 0-20 cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.10.2009r. sugeruje, iż Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, niemniej jednak w dalszej części odpowiedzi Zamawiający powiela zapis wcześniejszy, odnoszący się do zakresu regulacji zastawki PEEP w zakresie 0-98 cm H₂O. Pragniemy wyjaśnić, iż żadna firma na świecie nie produkuje zastawek PEEP z regulacją dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) w zakresie 0-98 cm H₂O – czyli takim, jakie wymaga Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym niemożliwym jest zaoferowanie zastawki PEEP o regulacji wymaganej w SIWZ, a tym samym niemożliwym jest złożenie jakiejkolwiek oferty spełniającej wymagania Zamawiającego.

Pragniemy nadmienić, iż w praktyce medycznej stosuje się najczęściej zastawkę PEEP ustawioną na poziomie 5-8 cm H₂O, a stosowanie wyższych niż 20 cm H₂O wartości prowadzi do niekorzystnych zmian patologicznych w układzie oddechowym, w tym do spadku rzutu serca, mogącym prowadzić do wstrząsu, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Tak więc nawet jeżeli istniałyby zastawki PEEP regulowane w zakresie 0-98 cm H₂O, to stosowanie wyższych niż 20 cm H₂O wartości nie ma merytorycznego uzasadnienia, a wręcz może być szkodliwe dla pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 1

Dopuszczamy zakres regulacji PEEP w zakresie 0-20 cm H₂O

PYTANIE 2

CZEŚĆ 1 dodatek 1/8 pkt.8

Czy Zamawiający uzna respirator posiadający zastawkę PEEP z płynną regulacją ciśnienia w zakresie 0-20cmH₂O za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający uzna respirator posiadający zastawkę PEEP z płynną regulacją ciśnienia w zakresie 0-20cmH₂O za spełniający wymagania SIWZ

PYTANIE 3

CZEŚĆ 1 dodatek 1/8 pkt 11

Czy Zamawiający uzna respirator z regulacją przepływu tlenu w zakresie 0-15l /min za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 3

Zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 4

CZEŚĆ 5 dodatek 5/1

W związku z tym, że zakupione defibrylatory będą stanowić wyposażenie oddziałów szpitalnych a nie ambulansów, czy Zamawiający zrezygnuje z następującego wymogu posiadania przez defibrylator możliwości pracy i ładowania akumulatorów z sieci 12-24 V DC? Posiadanie systemu zasilania i ładowania 12-24 V DC w warunkach szpitalnych nie ma uzasadnienia merytorycznego natomiast wpływa istotnie na zwiększenie gabarytów i ceny defibrylatora.

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 5

CZEŚĆ 10 dodatek 10/1 pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko lekarskie, które posiada krawędzie zabezpieczone okleiną meblową dopasowaną kolorystycznie do okleiny frontów szuflad oraz blatów, zamiast tworzywowych nakładek?

Odpowiedź na pytanie 5

Nie dopuszczamy

PYTANIE 6

CZEŚĆ 10 dodatek 10/4 pkt 4

Czy Zamawiający uzna krzesło chirurgiczne z regulacją wysokości siedziska w zakresie 440-580 mm za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 6

Tak, Zamawiający uzna krzesło chirurgiczne z regulacją wysokości siedziska w zakresie 440-580 mm za spełniające wymagania SIWZ

PYTANIE 7

CZEŚĆ 10 dodatek 10/7 pkt 1

Czy Zamawiający uzna stojak do wlewów i kroplówek o regulacji wysokości w zakresie 1400-2270 mm za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający uzna stojak do wlewów i kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1400-2270 mm za spełniający wymagania SIWZ

PYTANIE 8**CZEŚĆ 10 dodatek 10/9 pkt 2**

Czy Zamawiający uzna taboret obrotowy ze śrubowa regulacją wysokości w zakresie 460-560mm za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 8

Tak, Zamawiający uzna taboret obrotowy ze śrubową regulacją wysokości w zakresie 460-560mm za spełniający wymagania SIWZ

PYTANIE 9**CZEŚĆ 10 dodatek 10/11**

Czy Zamawiający co wydaje się oczywiste oczekuje aby wózek do przewożenia chorych wyposażony był w funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź na pytanie 9

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 10**CZEŚĆ 10 dodatek 10/14 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści w stole ze zlewem jednokomorowym fartuch z blachy o wysokości 40 cm?

Odpowiedź na pytanie 10

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 11**CZEŚĆ 10 dodatek 10/15 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści w stole ze zlewem dwukomorowym fartuch z blachy o wysokości 40 cm?

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 12**CZEŚĆ 10 dodatek 10/15 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści w stole ze zlewem dwukomorowym po prawej stronie komorę o wymiarach 400x400x250?

Odpowiedź na pytanie 12

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 13**CZEŚĆ 10 dodatek 10/18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy uniwersalny z oprzyrządowaniem posiadający możliwość regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 do 15°?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 14

Czy w każdym formularzu cenowym pod tabelą techniczną w kolumnie 7 „Cena jednostkowa brutto (4+5)” nie doszło do pomyłki pisarskiej, gdyż cena jednostkowa brutto powinna być (4+6)?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak, oczywista omyłka pisarska . Dokonuje się sprostowania w kolumnie 7 winno być „ Cena jednostkowa brutto (4+6)”

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.10.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek