



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 29.10.2009 r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.38/14/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”
(Faza I – Etap I).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w dniu 23.10.2009 r. zamieścił na stronie ww.powiat.radomski.pl pismo – będące rozstrzygnięciem protestu złożonego przez Wykonawcę PROMED z dnia 22.10.2009r.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentu Wykonawca zauważył rozbieżności pomiędzy żądaniami Protestującego a modyfikacją dokonaną przez Zamawiającego, tj.:

Uzasadnienie

V. a) uwzględnia w części protest dotyczący zarzutu odnoszącego się do Części III: 1. Tomograf komputerowy wielorzędowy wraz z konsolą sterowniczą – szt. 1, III. „System skanowania”, pkt 30. „Zakres zmienności współczynnika pitch [min. – max] min. 0,2 - max 1,6 i dokonuje modyfikacji treści Części III, Rozdział IV, pkt 30 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: „Zakres zmienności współczynnika pitch [min. – max] mniej niż lub równej 0,2 – większej lub równej 1,5.

Żądanie Protestującego: żądamy zmiany zakresu zmienności współczynnika pitch do wartości „min. 0,2 – maks 1,3”

V. c) uwzględnia protest w części dotyczącej zarzutu odnoszącego się do Części III: 1. Tomograf komputerowy wielorzędowy wraz z konsolą sterowniczą – szt. 1, VI. „Stacja operatorska”, pkt 61 „Możliwość ręcznego oraz automatycznego wyboru optymalnej fazy rekonstrukcji w celu uzyskania minimum artefaktów ruchowych” oraz pkt 63 „Możliwość ręcznego i automatycznego przesuwania okna rekonstrukcyjnego dla przypadków arytmii lub skurczów dodatkowych”, uwzględnia protest i dokonuje modyfikacji treści Części III, Rozdział IV, pkt 61, poprzez dopisanie w tych pkt następujących słów:



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Zamawiający wymaga obu funkcji ręcznej oraz automatycznej dającej możliwość wyboru przez operatora.

Żądanie Protestującego: żądamy dopuszczenia konsoli operatorskiej, która funkcje opisane w pkt 61 i 63 realizuje w sposób ręczny lub automatyczny”

Czy w związku z powyższymi rozbieżnościami Zamawiający dokona poprawienia omyłek pisarskich polegających na modyfikacji zgodnie z żądaniami Protestującego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dokonaną w dniu 22.10.2009r. modyfikację treści zapisów Części III, Rozdział IV, pkt.30 i pkt.61 i 63 SIWZ

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.10.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek