



Radomsko, dnia 19.10.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.39/06/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II)”

Zamawiający zamieszcza treść sprostowania dotyczącą odpowiedzi na pytanie nr 3 udzielonej w dniu 14.10.2009r.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kopułę 3-reflektorową wykonaną z metali lekkich i z regulowaną średnicą pola w zakresie 18-25 cm?

Odpowiedź na pytanie 3

Jest: Tak, dopuszczamy

Winno być: Zamawiający dopuszcza lampę sufitową 3+5 ogniskową o parametrach zgodnych z SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

/-/

Bożena Nowacka

.....

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.10.2009r.