



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 03.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.39/10/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II).**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwana „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

CZĘŚĆ II dodatek II/1, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat USG okulistyczny z rozdzielczością osiową 35µm?

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

CZĘŚĆ II dodatek II/1, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat USG okulistyczny z zakresem pomiarowym od 1 mm do 60 mm?

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3

CZĘŚĆ II dodatek II/1, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat USG okulistyczny z głowicą częstotliwości 20 MHz z obrazowaniem 3D?

Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4

CZĘŚĆ III, dodatek III/1, pkt. 72

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł pomiaru zwiótności mięśniowego NMT był sterowany z monitora i posiadał możliwość wyświetlenia trendów na monitorze oraz posiadał oprogramowanie i obsługę w języku polskim?

W przypadku zaoferowania osobnego monitora czy Zamawiający będzie wymagał monitora do pomiaru NMT posiadającego oprogramowanie z menu i obsługą w języku polskim? Wykluczy to możliwość pomyłek w czasie obsługi a także zwiększy szybkość, intuicyjność oraz bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający wymaga aby moduł pomiaru zwiotczenia mięśniowego NMT był sterowany z monitora i posiadał możliwość wyświetlania trendów na monitorze oraz posiadał oprogramowanie i obsługę w języku polskim a w przypadku zaoferowania osobnego monitora Zamawiający wymaga monitora do pomiaru NMT posiadającego oprogramowanie z menu i obsługą w języku polskim

PYTANIE 5

CZĘŚĆ III dodatek III/1

Czy Zamawiający będzie wymagał, by aparat do znieczulenia oraz monitor parametrów życiowych był tego samego producenta? Wykluczy to konieczność sprowadzania dwóch serwisów do przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz da gwarancję niezawodnej współpracy między tymi dwoma urządzeniami.

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, Zamawiający wymaga by aparat do znieczulenia oraz monitor parametrów życiowych był od tego samego producenta

CZĘŚĆ IV: dodatek IV/1 -mikroskop operacyjny

PYTANIE 6

Czy Zamawiający zaakceptuje 10 dniowy czas naprawy mikroskopu operacyjnego w przypadku konieczności importu części z zagranicy?

Odpowiedź na pytanie 6

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 7

Czy Zamawiający zaakceptuje 48 h przystąpienia do usunięcia awarii od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź na pytanie 7

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka