



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 10.11.2009 r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.39/12/09

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap II).

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1 - CZĘŚĆ I, Dodatek nr I/2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w nowoczesne akumulatory litowo jonowe z urządzeniem do ich ładowania, natomiast bez możliwości rekondycjonowania, z czasem ładowania od 0 do 100 % wynoszącym 2 godziny? Zastosowanie powyższych akumulatorów pozbawionych efektu pamięci nie wymaga stosowania procedury rekondycjonowania.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2 - CZĘŚĆ I, Dodatek nr I/7

Czy Zamawiający dopuści gruszkę wykonaną z lateksu co nie zmienia walorów użytkowych ciśnieniomierza?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3 - CZĘŚĆ I, Dodatek nr I/8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EEG o częstotliwości próbkowania zapisu EEG do 800 Hz oraz opcjonalną głowicę 64 kanałową z częstotliwością próbkowania 3000 Hz? W aparatach przeznaczonych do rutynowej rejestracji EEG, biorąc pod uwagę pasmo zapisu do 100 Hz (a wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z punktem 6 do 70 Hz) częstotliwość rejestracji 800 Hz znacznie przekracza wymagania techniczne aparatu EEG. Natomiast w aparatach przeznaczonych do prac badawczych i długoterminowego monitorowania, a takim aparatem jest głowica 64-ro kanałowa pasma rejestracji są znacznie stąd wskazana jest większa częstotliwość próbkowania danych.

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, obowiązują zapisy SIWZ.



PYTANIE 4 - CZĘŚĆ I, Dodatek nr I/8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem EEG drukarki, UPSa, stolika pod całość systemu? Z jednej z odpowiedzi Zamawiającego wynika, że do zakresu dostawy nie należy komputer - jak rozumiemy wraz z monitorem i oprogramowaniem systemowym.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, w załączeniu zmodyfikowana treść dodatku I/8 dotycząca parametrów aparatu EEG 32-kanalowego + komputer, monitor, nagrywarka i drukarka.

Aparat EEG 32 kanałowy – szt.1

Przychodnie przyszpitalne – szt. 1

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Komputer standardu PC z dyskiem twardym o pojemności 320 GB	Tak	
2.	Monitor kolorowy LCD min. 19“, zapewniający przeglądanie i analizę zapisów w skali 3 cm/s zgodnie ze standardem stosowanym w tradycyjnych aparatach „papierowych“	Tak	
3.	Nagrywarka płyt DVD, służąca do archiwizacji wykonanych i opisanych badań wraz z oprogramowaniem do nagrywania.	Tak	
4.	Drukarka laserowa do wydruku zapisów (w tym możliwość wydruku pełnego badania, a także dowolnych jego fragmentów), wyników badań elektroencefalograficznych, a także wydruków wszelkich prac edycyjnych Format druku A4, podajnik na 50 kartek.	Tak	
5.	System Windows XP Home Edition	Tak	
6.	Głowica 32 – kanałowa (opcjonalnie 64 kanały)	Tak	
7.	Częstotliwość próbkowania maks. 3000 Hz (1800 dla 64 kanałowej)	Tak	
8.	Impedancja wejściowa > 5 MOhm	Tak	
9.	Pomiar impedancji ze wszystkich elektrod jednocześnie, widoczna na ekranie	Tak	
10.	Filtr górnoprzepustowy 10-7- Hz	Tak	



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

	(opcja 85-100 Hz)		
11.	Filtr dolnoprzepustowy 0,01-10 s	Tak	
12.	Filtr sieciowy 50/60 Hz	Tak	
13.	Kalibracja automatyczna	Tak	
14.	Szybkość płynnego przesuwu 10-240 mm/s	Tak	
15.	Fotostymulator – lampa diodowa sterowana komputerem	Tak	
16.	Fotostymulacja 1-60 Hz	Tak	
17.	Remontaże (definiowane przez użytkownika) – dowolna ilość	Tak	
18.	Zdarzenia, np. Artefakty, HV itp. (definiowane przez użytkownika) – dowolna ilość	Tak	
19.	Wpis do rejestru wyrobów medycznych	Tak	
20.	Okres gwarancji	min. 24 miesiące	
21.	Uruchomienie urządzenia	Tak	

PYTANIE 5 - CZĘŚĆ I, Dodatek nr I/8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem EEG czepka do EEG, kabli i elektrod? Jeśli tak to jakiego typu i w jakiej ilości?

Odpowiedź na pytanie 5

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 szt. czepka do EEG dla dzieci i dorosłych z kompletem kabli oraz elektrod – po jednym opakowaniu zbiorczym.

PYTANIE 6 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/1

Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową bez możliwości pracy w trybie PCA? Zwracamy uwagę, że podaż leków przeciwbólowych z udziałem pacjenta odbywa się przede wszystkim za pomocą pomp strzykawkowych typu PCA.

Odpowiedź na pytanie 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 7 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz bez uchwytu, z możliwością mocowania za pomocą taśmy (np. powieszenie na statywie)?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 8 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz bez wyświetlacza temperatury?

Odpowiedź na pytanie 8

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.



PYTANIE 9 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz bez testu alarmu temperatury na żądanie użytkownika, oraz bez alarmów dźwiękowych i wizualnych zbyt wysokiej temperatury?

Odpowiedź na pytanie 9

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

PYTANIE 10 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz zapewniający przepływ do 12 ml/min?

Odpowiedź na pytanie 10

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

PYTANIE 11- CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz z temperaturą pracy 27 - 37°C?

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 12 - CZĘŚĆ VI, Dodatek nr VI/3

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz o wymiarach 176x65x36mm?

Odpowiedź na pytanie 12

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 13 - CZĘŚĆ IX dodatek IX/33

Czy Zamawiający dopuści szafkę szatniową o wymiarach 1750x500x400mm?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 14 - CZĘŚĆ X dodatek X/1

Czy Zamawiający dopuści w stole ze zlewem jednokomorowym fartuch z blachy o wysokości 40mm?

Odpowiedź na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 15 - CZĘŚĆ X dodatek X/2

Czy Zamawiający dopuści szafkę wiszącą nierdzewną o wymiarach 450x350x600?

Odpowiedź na pytanie 15

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 16 - CZĘŚĆ X dodatek X/3

Czy Zamawiający dopuści w stole ze zlewem jednokomorowym fartuch z blachy o wysokości 40mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza

Odpowiedź na pytanie 16

PYTANIE 17 - CZĘŚĆ X dodatek X/4

Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniową o wymiarach 1750x500x400mm?



Odpowiedź na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 18 - DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

Czy Zamawiający żąda dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim. Instrukcje serwisowe są dokumentem używanym przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach przeprowadzonych przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu?

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający wymaga instrukcji obsługi dla użytkownika w języku polskim

PYTANIE 19 - DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

Zamawiający wymaga przystąpienia do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o wydłużenie terminu do 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź na pytanie 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 20 - DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

Zamawiający w § 6 ust.14 umowy wymaga, aby wykonawca podał numer telefonu, pod którym zgłaszane będą wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne były zgłaszane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy numer został podany nie w umowie a w protokołach instalacji lub kartach gwarancyjnych, ponieważ na każdy sprzęt jest to inny numer?

Odpowiedź na pytanie 20

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 21 - DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

W paragrafie 7 pkt. 1 Umowy Zamawiający wymienia kary:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od każdej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie,
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3,



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7.

Prosimy o zmianę zapisu na zapis:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia stanowiącej przedmiot umowy. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust.7 .

Odpowiedź na pytanie 21

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 22 - Dotyczy SIWZ rozdział 5.1 ppkt 2

Czy Zamawiający podaje wartości brutto przy wykazie dokonanych dostaw?

Odpowiedź na pytanie 22

Tak, w Rozdziale 5.1. pakt.2 SIWZ podana jest wartość brutto

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka