



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dn. 18.11.2009r.

Do:
wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.42/10/09

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu **„Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”** został złożony protest przez wykonawcę **UNITECHNIKA S.A. ul. Szamotulska 59B, 60-566 Poznań.**

Treść protestu w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Protestującego lub Zamawiającego, do przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia w/w protestu w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.11.2009r.

W imieniu Zamawiającego
Wicestarosta
/-/
Bożena Nowacka

Załącznik:

1. Kopia protestu z dnia 18.11.2009r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe

2009 -11- 18

liczba dz. 2311/09
podpis



Unitechnika S.A.® 60-566 Poznań, ul. Szamotulska 59b

Poznań, dnia 17.11.2009 r.

Zamawiający

POWIAT RADOMSZZCZAŃSKI
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22

Składający protest:

UNITECHNIKA S.A.
ul. Szamotulska 59b
60-566 Poznań

Protest

dot: postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego
niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego
"Budowa szpitala Powiatowego w Radomsku " WP 341.42/03/09

Na podstawie art.180 ust. 1 i2 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. Dz.U. Z 2007r. Nr 223. poz. 1655 z póź.zm.) wnosimy umotywowany protest na poniżej opisane czynności Zamawiającego powodujące naruszenie podstawowych zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , wskutek czego firma nasza doznała uszczerbku interesu prawnego tj.

- 1.naruszenie art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.
2. naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.
3. naruszenie art.30 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z Polską Normą przenoszącą normę europejską.
4. naruszenie art.36 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienie w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Unitechnika S.A 60-566 Poznań, Szamotulska 59b
tel.centrala 061 6570900, fax 061 657-09-13
Biuro handlowe: 061 6631248 , 665230230
Zakład Pralniczy: 665 210210, 724980005
NIP 778-01-07-822
REGON 001306008
PKO BP SA nr 76 1020 4027 0000 1902 0436 0129

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu , pod numerem KRS 0000145957
Kapitał zakładowy :500.000 PLN
w całości opłacony
Zarząd w składzie :
Włodzimierz Kokociński – Prezes Zarządu,
Zdzisław Piber – V-ce Prezes Zarządu


 **Unitechnika S.A.**[®] 60-566 Poznań, ul. Szamotulska 59b

Składając niniejszy protest nie negujemy jakości urządzeń produkowanych przez firmę KEN .
Uważamy jednak iż zamawiający winien umożliwić zaoferowanie urządzeń konkurencyjnych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w sposób przywołany w uzasadnieniu protestu pozwoli doprowadzić do stworzenia stanu zgodnego z prawem i umożliwi uczestnikom postępowania, ubieganie się o zamówienie publiczne , którym są oni zainteresowani.

W tym stanie rzeczy protest jest zasadny i w pełni usprawiedliwiony .

Z poważaniem


Prezes Zarządu
/Włodzimierz Kokociński/

Unitechnika S.A 60-566 Poznań, Szamotulska 59b
tel. centrala 061 6570900, fax 061 657-09-13
Biuro handlowe: 061 6631248 , 665230230
Zakład Pralniczy: 665 210210, 724980005
NIP 778-01-07-822
REGON 001308008
PKO BP SA nr 76 1020 4027 0000 1902 0436 0129

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu , pod numerem KRS 0000145957
Kapitał zakładowy : 500.000 PLN
w całości opłacony
Zarząd w składzie :
Włodzimierz Kokociński – Prezes Zarządu,
Zdzisław Piber – V-ce Prezes Zarządu

5. naruszenie art.41 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i niezgodne z prawem dokonanie opisu przedmiotu zamówienia.

Protestujący kwestionuje zawarte w SIWZ i potwierdzone w udzielonych odpowiedziach na pytania w dniu 12.11.2009r. pismo WP.341.42/8/09 zapis dotyczący przedmiotu zamówienia cz. 7 myjnia dezynfektor tabela pkt 18 "minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu obsługującego"

Uzasadnienie

Wymóg powyższy nie jest uzasadniony żadną racjonalną przesłanką. Nie stanowi też wymogu PN EN 15883-3 obowiązującej w Polsce i EU normy dokładnie opisującej wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny i wydzieliny ludzkie.

Zapis o konieczności posiadania na panelu sterującym 5 programów myjąco - dezynfekujących stanowi, iż jedynym beneficjentem zamówienia publicznego mogą być przedstawiciele duńskiej firmy KEN A/S Hygiene Systems.

Zaznaczyć należy iż większość producentów europejskich w tym np. Getinge, Arjo, Meiko Steelco, Discher, Atos oferują urządzenia posiadające możliwość wyboru z panelu sterującego 4 programów mycia i dezynfekcji a szczególności:

- program krótki
- program normalny standardowy
- program intensywny
- program mycia i dezynfekcji komory

Dodatkowy podział stosowany przez firmę KEN na 5 programów jest zabiegiem czysto marketingowym nie wnoszącym merytorycznych treści. Używane przez większość firm 4 programy pozwalają na mycie stosowanych w szpitalnictwie naczyń sanitarnych różnego rodzaju zapewniając ekonomię mycia i dezynfekcji.

Sumując należy stwierdzić że wprowadzenie takiego zapisu daje podstawy do stwierdzenia, iż działania Zamawiającego polegające na sporządzeniu dokumentacji przetargowej są sprzeczne z prawem i mają decydujący wpływ na uniemożliwienie ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne na zasadach równości i uczciwej konkurencji, co narusza nasz interes prawny.

Wobec powyższego wnosimy o:

1. Dopuszczenie do zaoferowania myjni-dezynfektorów spełniających wszystkie wymagania dezynfekcji termicznej oraz budowy i działania zgodnie z PN/ EN 15883-3, posiadających do wyboru z panelu sterującego 4 programy mycia i dezynfekcji.