



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 30.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.42/19/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap III)”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert i modyfikacji SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie myjni – dezynfektora spełniającego wszystkie wymogi PN EN 15883 – 3 oraz SIWZ posiadającego cztery programy użytkowe uruchamiane z panelu sterującego obsługi?

Odpowiedź na pytanie 1.

Tak, Zamawiający umożliwi zaoferowanie myjni – dezynfektora spełniającego wszystkie wymogi PN EN 15883 – 3 oraz SIWZ posiadającego cztery programy użytkowe uruchamiane z panelu sterującego obsługi.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka