



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 29.10.2009 r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP 341.42/6/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Etap III).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

PYTANIE 1:

Część I – poz. 4 (pulsoksymetr – 5 szt)

Czy dopuszcza się pulsoksymetr o ciężarze poniżej 2 kg(pkt.1)?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 2:

Czy dopuszcza się pomiar tętna w zakresie od 25 do 240 bpm?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 3:

Część I – poz. 5 ssak elektryczny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o płynnej regulacji podciśnienia w zakresie od 0 do 0,85 kPa, wydajności 30 l/min na wyjściu i poziomie hałasu poniżej 42 dB? Zastosowana w urządzeniu bezolejowa pompa tłokowa niskoobrotowa gwarantuje wysokie parametry i pozwala na wieloletnią bezawaryjną, bezobsługową pracę. Nadmieniamy, że model, który chcemy Państwu zaoferować pracuje już od wielu lat w kilkudziesięciu szpitalach nawet na blokach operacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.10.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek