



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 12.11.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.42/ 8/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza I – Etap III**).

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwana „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1.

Czy Zamawiający wymaga aby przeprowadzana w myjko – dezynfektorach dezynfekcja termiczna była zgodna z wymogami Polskiej Normy PN EN ISO 15883-3 „Wymagania i badania dotyczące myjni dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydaliny i wydzielin ludzkie”?

Uzasadnienie

Polska Norma PN EN ISO 15883-3 obowiązuje od lipca 2006 r. i zgodnie z ustawą PZP powinna stanowić podstawę wymogów SIWZ dla tego typu urządzeń.

Jeśli nie prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź na pytanie 1

Tak , Zamawiający wymaga aby dezynfekcja termiczna była zgodna z PN

PYTANIE 2.

Czy Zamawiający wymaga aby w proponowanych urządzeniach następowało automatyczne opróżnianie naczyń sanitarnych?

Uzasadnienie

Brak takiego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza urządzenia, w których brak automatycznego opróżniania naczyń wymusza na personelu szpitalnym wykonywania tych czynności ręcznie co naraża oddział szpitalny na kontaminację.



Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający wymaga aby w proponowanych urządzeniach następowało automatyczne opróżnianie naczyń sanitarnych

PYTANIE 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę urządzeń o minimalnym wsadzie 1 basen z przykrywką + 1 kaczka lub 3 kaczki lub inne naczynie sanitarne z możliwością jego jednoczesnego opróżniania.

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie jest zgodne z PN EN 15883-3 "Myjnie-dezynfektory-część 3: Wymagania i badania dotyczące myjni dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na wydalinę i wydzieliny ludzkie" i możliwe jest dla urządzeń, w których na drzwi komory ustawia się jeden basen (z przykrywką) oraz jedną kawkę lub kilka kawek szpitalnych.

Ponadto stwierdzić należy, iż wymóg dużej pojemności komory myjąco-dezynfekującej dla myjni-dezynfektora (3 baseny - pkt 16 w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dodatku nr VII/1 SIWZ) nie jest uzasadniony żadną racjonalną przesłanką. Ze względu na ilość naczyń jaką może przenieść jedna osoba obsługująca pacjentów w bezpieczny sposób z oddziału do brudownika (jeden basen lub jedna kaczka) zawartość komory powinna odpowiadać takiej właśnie pojemności. Naczynia po przyniesieniu do brudownika (jeden basen lub jedna kaczka) powinny zostać natychmiast wstawione do myjni dezynfektora (bez konieczności ich odstawiania), automatycznie opróżnione w myjni, umyte i zdezynfekowane.

W przypadku pojemności komory na 3 baseny urządzenie będzie stało załadowane w jeden basen i jedną kawkę (ilość naczyń jakie może przynieść jedna osoba) czekając na doniesienie kolejnego basenu, aby zapełnić komorę mycia. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne, gdyż myjnia - dezynfektor ma za zadanie wyeliminować potrzebę i konieczność magazynowania naczyń w brudowniku. Większość nowoczesnych myjni dezynfektorów oferowanych przez wiodących producentów posiada komorę myjąco-dezynfekującą o jednorazowym wsadzie: jeden basen z przykrywką oraz jedna kaczka, co wynika także z faktu, iż cykl mycia i dezynfekcji jest krótki (5-6 minut) umożliwiając w tym czasie obsługę kolejnego pacjenta i doniesienie zapełnionego naczynia.

Z powyższego jasno wynika, że optymalny wsad to jedna kaczka i jeden basen i taką też pojemnością charakteryzują się wszystkie oszczędne i ergonomiczne urządzenia dostępne na rynku.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ

PYTANIE 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym do wyboru z panelu sterującego są 4 programy mycia i dezynfekcji a ponadto dające możliwość zaprogramowania kilkunastu programów indywidualnych w zależności od potrzeb użytkownika?

Odpowiedź na pytanie 4

Nie, Zamawiający wymaga minimum 5 programów myjąco-dezynfekujących dostępnych z panelu sterującego

PYTANIE 5.

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z PN EN 15 883-3 oraz standardami dla szpitali myjnie dezynfektory były wyposażone w opcję suszenia to znaczy aby po skończonym procesie mycia,



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

dezynfekcji i suszenia naczyń sanitarnych poddawane temu procesowi były schłodzone, suche bez skroplin na powierzchni i wewnątrz naczyń?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wymaga aby naczynia sanitarne wyjmowane z myjni dezynfektora nie wymagały używania przez personel obsługi myjni zabezpieczeń przed zbyt wysoką temperaturą

II. Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczności przedłużenia terminu składania ofert pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.11.2009 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka