



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 17.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/23/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku (Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II i III)

Zamawiający Powiat Radomski po rozpoznaniu protestu wniesionego w dniu 9 lutego 2010 roku przez Panamed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: czynność Zamawiającego polegającą na umieszczeniu w Części II Dodatek nr II/1 do SIWZ – „Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt.” - w Pkt V – Zawieszenie Sufitowe Lampy RTG pkt 44 oraz w pkt VIII – Konsola Operatorska pkt 90, zapisów naruszających ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i naruszenie zasad równego traktowania Wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji poprzez dobór kryteriów technicznych i ich ocenę w taki sposób, że dyskryminowane są rozwiązania techniczne stosowane przez Protestującego i innych producentów, tym samym uniemożliwiając złożenie Protestującemu konkurencyjnej oferty.

uznaje protest za zasadny.

Uzasadnienie

Wykonawca wnosząc protest wskazał na naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez naruszenie zasad równego traktowania Wykonawców i zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dobór kryteriów technicznych i ich ocenę tak, że dyskryminowane są rozwiązania techniczne stosowane przez Protestującego i innych producentów, tym samym uniemożliwiając mu złożenie konkurencyjnej oferty. Protestujący podniósł, iż dokonując opisu przedmiotu zamówienia – w załączeniu Część II Dodatek nr II/1 do SIWZ – „Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania - 1 szt.” Zdaniem Protestującego, Zamawiający w Pkt V – Zawieszenie Sufitowe Lampy RTG pkt 44 oraz w pkt VIII – Konsola Operatorska pkt 90, określił parametry techniczne uniemożliwiające złożenie oferty w oparciu o konkurencyjne i równie dobre technologie innych producentów.

W związku z powyższym, Protestujący zażądał następujących zmian w Część II Dodatek nr II/1 do SIWZ – „Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt.”:

- 1) W pkt V – Zawieszenie Sufitowe Lampy RTG, pkt 44 – poprzez zmianę zakresu ruchu pionowego lampy min 148 cm,
- 2) W pkt VIII – Konsola Operatorska, pkt 90 – poprzez zmianę Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Modality Worklist, MPPS.



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Analiza przedstawionych naruszeń w opisie przedmiotu zamówienia dokonana przez Zamawiającego wskazuje, iż zarzuty Wykonawcy są zasadne w całości.

W związku z powyższym Zamawiający wskazuje, iż:

a) **uwzględnia protest w zakresie dotyczącym zarzutu** odnoszącego się do Cześć II Dodatek nr II/1 do SIWZ – „Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt.”, Pkt V Zawieszenie Sufitowe Lampy RTG pkt 44 i dokonyuje modyfikacji treści Części II Dodatek nr II/1 do SIWZ, Pkt V Zawieszenie Sufitowe Lampy RTG pkt 44, który otrzymuje następującą treść: Zakres ruchu pionowego lampy rtg – min. 148 [cm].

b) **uwzględnia protest w zakresie dotyczącym zarzutu** odnoszącego się do Cześć II Dodatek nr II/1 do SIWZ – „Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt.”, Pkt VIII Konsola Operatorska pkt 90 i dokonyuje modyfikacji treści Części II Dodatek nr II/1 do SIWZ, Pkt VIII Konsola Operatorska pkt 90, który otrzymuje następującą treść: Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Modality Worklist, MPPS – TAK.

Zamawiający dokonując w powyższy sposób rozstrzygnięcia zarzutów donoszących się do sposobu opisu przedmiotu zamówienia umożliwia równy dostęp do przedmiotowego zamówienia różnym potencjalnym Wykonawcom, jednocześnie zapewniając możliwość nabycia przez Zamawiającego sprzętu medycznego wysokiej jakości, tym samym w chwili obecnej nie mamy do czynienia w tym zakresie z naruszeniem art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Do zachowania terminu wystarczy złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek