



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 2 marca 2010 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.01/33/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku (Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II i III)

Zamawiający Powiat Radomszczański po rozpoznaniu protestu wniesionego w dniu 24 lutego 2010 roku przez ADO- MED z siedzibą w Warszawie na: czynność Zamawiającego polegającą na opisanu przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ to jest na umieszczeniu w Części – II dodatek nr II/1 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt., sekcja VI Statyw do zdjęć z detektorem DR- cały, zapisów naruszających ustawę i wprowadzeniu do niej parametrów granicznych uniemożliwiających protestującemu złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty, co tym samym narusza jego interes prawny.

uznaje protest za zasadny.

Uzasadnienie

Wykonawca wnosząc protest wskazał, iż postanowienia SIWZ, sporządzonej przez Zamawiającego, należy uznać za naruszające przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a przeprowadzenie postępowania na podstawie zaskarżonej specyfikacji nie może doprowadzić do zawarcia ważnej umowy. Protestujący wskazał, iż zamawiający w dniu 16 lutego 2010 roku odpowiedzi na pytania jednego z potencjalnych uczestników postępowania, dokonał modyfikacji treści SIWZ odnośnie sekcji VI „statyw do zdjęć z detektorem” poprzez dokonanie dodatkowego wymogu „aby statyw do zdjęć z detektorem miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu „np. na szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu”. Protestujący wskazał, że Zamawiający wprowadzając nowy wymóg w parametrach technicznych dla cyfrowego aparatu RTG zmienił zupełnie rodzaj wymaganego aparatu i zakres jego funkcjonalności, w ten sposób ograniczając udział wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz uniemożliwił złożenie oferty w oparciu o konkurencyjne i równie dobre technologie innych producentów. Zdaniem protestującego, Zamawiający naruszy zasadę równego traktowania wykonawców, a przedmiot zamówienia opisał w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

W związku z powyższym, Protestujący zażądał zamiany postanowień w Części – II dodatek nr II/1 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt., sekcja VI Statyw do zdjęć z detektorem DR- cały, poprzez przywrócenie pierwotnych parametrów granicznych dotyczących statywu do zdjęć z detektorem, lub o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy – prawo zamówień publicznych, jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albowiem Zamawiający dokonałby wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, a w postępowaniu doszłoby do naruszenia przepisów ustawy, które miałyby wpływ na wynik tego postępowania.

Analiza przedstawionych naruszeń w opisie przedmiotu zamówienia dokonana przez Zamawiającego wskazuje, iż zarzuty Wykonawcy są zasadne w całości.

W związku z powyższym Zamawiający wskazuje, iż uwzględnia protest w całości poprzez wycofanie w Części – II dodatek nr II/1 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania – 1 szt., sekcja VI Statyw do zdjęć z detektorem DR- cały, bezwzględnego wymogu „aby statyw do zdjęć z detektorem miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu”.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Do zachowania terminu wystarczy złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka