



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dn. 24.02.2010 r.

WP 341.01/26/2010

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II i III)”.

Na podstawie art. 181 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dalej zwaną „ustawą” Zamawiający zawiadamia, że w dniu 22.02.2010 został wniesiony protest, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym wzywa się wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Protestującego lub Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia w/w protestu.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek

Załączniki:

1. Kopia protestu firmy „ADO - MED”

**ADO-MED®**

APARATURA MEDYCZNA

Świętochłowice, dnia 22.02.2010 roku

Zamawiający: Powiat Radomszczański
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22

Protestujący: ADO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 38B
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000066939
z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 zł
NIP: 627-24-28-175, REGON: 277682281

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe

2010-02-23

nr zamówienie : ZP/D/03/01/10

liczba dz. 424
podpis [signature]**Protest**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na**

**Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla
osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala
Powiatowego w Radomsku” (Faza I – powtórzone Części Etapu I, II i III)**

Działając na podstawie art.180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164/2006 poz. 1163 z późn. zm.), ADO-MED Sp. z o.o. w Świętochłowicach niniejszym składa protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego – Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” i wnosi o:

- 1/ zmianę postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przywrócenie pierwotnych parametrów granicznych dotyczących statywu do zdjęć z detektorem.
- lub
- 2/ unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 w związku z art.146 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy- prawo zamówień publicznych, jako obciążonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albowiem Zamawiający dokonałby wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, a w

ADO-MED Sp. z o.o.

siedziba:
41-600 Świętochłowice ul. Bytomska 38 b
tel. (032) 770 68 38 fax (032) 770 68 29

www.adomed.pl

biuro regionalne:
02-059 Warszawa ul. Wawelska 5
tel. (022) 592 93 98 fax (022) 825 69 39

Spółka zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS

0000066939

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł REGON 277682281 NIP 627-24-28-175

P.1 NO.387

23.FEB.2010 15:05



ADO-MED®
APARATURA MEDYCZNA

postępowaniu doszłoby do naruszenia przepisów ustawy, które miałyby wpływ na wynik tego postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej przez Zamawiającego, należy uznać za naruszające przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, a przeprowadzenie postępowania na podstawie zaskarżonej specyfikacji nie może doprowadzić do zawarcia ważnej umowy. Protestujący wskazuje poniżej niezgodne z prawem zapisy SIWZ oraz naruszone przez Zamawiającego przepisy Prawa zamówień publicznych.

1/ Jeden z Wykonawców zadał pytanie dotyczące Części II dodatku nr II/1 do SIWZ – Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietlania, w części dotyczącej sekcji VI Statyw do zdjęć z detektorem DR o następującej treści:

„wnosimy o wprowadzenie dodatkowego wymogu, aby statyw do zdjęć z detektorem DR miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, na przykład po szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu. Jest to rozwiązanie stosowane obecnie przez wielu producentów cyfrowych aparatów RTG (na przykład Carestreamhealth i Philips) i umożliwia wykonywanie zdjęć bocznych na stole. Aparat skonfigurowany w oparciu o aktualne wymogi specyfikacji nie ma możliwości wykonywania zdjęć bocznych na stole przy pomocy detektora cyfrowego, co znacznie zawęży zakres zadań, które można wykonać przy jego pomocy”.

Zamawiający, w dniu 16.02.2010 udzielił następującej odpowiedzi: Zamawiający wprowadza wymóg „aby statyw do zdjęć z detektorem DR miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, np. po szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu.”

Zamawiający wprowadzając do SIWZ nowy wymóg w parametrach technicznych dla cyfrowego aparatu RTG zmienił zupełnie rodzaj wymaganego aparatu i zakres jego funkcjonalności, w ten sposób ograniczając udział wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz uniemożliwił złożenie oferty w oparciu o konkurencyjne i równie dobre technologie innych producentów. Swym działaniem Zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców, a przedmiot zamówienia opisał w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Ponadto podkreślić należy, że Wykonawca zadający pytanie oparł je na nieprawdziwej informacji, albowiem pierwotna konfiguracja aparatu RTG posiada możliwość wykonywania zdjęć bocznych. Zamawiający, w pierwotnej konfiguracji, zawarł bowiem wymóg dostarczenia dodatkowo czytnika płyt obrazowych z konsolą technika i kompletem kaset obrazowych, który znacznie lepiej nadaje się do tych celów i umożliwia wykonywanie wszystkich ekspozycji dla każdego pacjenta, w tym również zdjęć bocznych na stole. Takie rozwiązanie charakteryzuje się bardzo dużą swobodą podczas przygotowywania odpowiedniej projekcji dla pacjenta, ponieważ kasety obrazowe systemu radiografii pośredniej nie są w żaden sposób ograniczone ruchowo (nie są fizycznie połączone z aparatem), tak jak to ma miejsce w przypadku płaskich detektorów montowanych na stałe w stole lub statywie. Z tego względu wprowadzanie nowego wymogu SIWZ jest nieuzasadnione, albowiem wymóg możliwości poruszania się statywu wzdłuż dłuższej krawędzi stołu (po szynie umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu umożliwiające

ADO-MED Sp. z o.o.
siedziba:
41-600 Świętochłowice ul. Bytomska 38 b
tel. (032) 770 68 38 fax (032) 770 68 29

www.ado-med.pl

biuro regionalne:
02-059 Warszawa ul. Wawelska 5
tel. (022) 592 93 98 fax (022) 825 69 39

Spółka zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS

0000066939

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł REGON 277682281 NIP 627-24-28-175

wykonywanie zdjęć bezpośrednio na detektorze) posiada szereg wad i niedogodności dla przyszłego użytkownika, czego Zamawiający nie rozważył.

Zgodnie z pierwotnymi wymogami Zamawiający wymagał cyfrowego aparatu RTG, posiadającego zawieszenie sufitowe lampy, aby umożliwić dostęp do pacjenta z każdej strony i nie ograniczać tego dostępu. Natomiast rozwiązanie z przesuwającym statywem, którego aktualnie wymaga Zamawiający:

- a/ sprawia, że stacyw na szynie z boku stołu poważnie ogranicza dostęp do pacjenta i jest niezgodny z intencjami Zamawiającego;
- b/ jest bardzo kłopotliwe w realizacji, z uwagi na znaczną masę statywu i sposób montażu;
- c/ z uwagi na czasochłonne przestawianie statywu, które wymaga znacznej siły fizycznej od personelu obsługującego aparat utrudnia przygotowanie pacjenta do ekspozycji;
- d/ nie gwarantuje i znacząco utrudnia zachowanie małej odległości między pacjentem a powierzchnią statywu, którą to odległość należy zawsze zachowywać, aby zapewnić jak najlepsze jakości obrazowanie.

2/ Biorąc pod uwagę znajomość rynku, Zamawiający, uwzględniając wniosek Oferenta (Wykonawcy) zadającego pytanie i wprowadzając wymóg „aby stacyw do zdjęć z detektorem DR miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, np. po szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu” narusza przepisy o obowiązku zapewnienia uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu wykonawców, albowiem preferuje ofertę wykonawcy zadającego pytanie. Jest to niedopuszczalne i stanowi naruszenie postanowień art. 7 ust.1 i 2; art.22 ust.2 oraz art.29 ust.2.

Zgodnie z tymi przepisami, nie można w SIWZ określać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby warunki określone w SIWZ spełniał tylko jeden wykonawca lub w sposób ograniczający liczbę wykonawców mogących wziąć udział w przetargu. Działanie takie narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Ponadto, jeśli zaistnieje sytuacja wymagająca ograniczenia liczby uczestników przetargu, to należy skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia (przetarg ograniczony, zamówienie z wolnej ręki).

Zgodnie z art.7 ust.1 na Zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego uczciwej konkurencji. Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zadania ciążące na Zamawiającym w tym zakresie są ważne, gdyż zarzut naruszenia postanowień art.7 stanowi podstawę wystąpienia ze środkami ochrony prawnej §art.179 ust.1).

3/ Wskazać także należy, że zgodnie z brzmieniem art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych, zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Nie wydaje się, aby takie uzasadnienie mogło stanowić pytanie zadane przez wykonawcę. Jak to wynika z treści art. 38 ust.1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie zaś wnioskować o jej modyfikację, a tak było w tym konkretnym przypadku. Tym bardziej więc pytanie (wniosek) wykonawcy nie dawało podstaw do zmiany SIWZ, ponieważ nie dotyczyło ono wyjaśnienia specyfikacji. Uznać więc należy, że w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych modyfikacja dotycząca wprowadzenia wymogu „aby stacyw do zdjęć z detektorem DR miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, np. po szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu” nie znajduje uzasadnienia prawnego i jest niezgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych.



ADO-MED[®]
APARATURA MEDYCZNA

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że niniejszy protest jest w pełni uzasadniony, a jego uwzględnienie winno skutkować zmianą treści SIWZ lub unieważnieniem postępowania przetargowego

Protestujący posiada interes prawny w złożeniu protestu, albowiem naruszenie art.7 ust.1 i 2, art.22 ust.2 oraz art.29 ust.2 powoduje, że postępowanie przetargowe dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a wady postępowania pozbawiają Protestującego możliwości uzyskania zamówienia.

ADO-MED Sp. z o.o.

Beata Kwiatek
Kierownik Biura

Załączniki:

- pełnomocnictwo;
- odpis KRS;

Otrzymują:

- 1) Zamawiający;
- 2) a/a.

ADO-MED Sp. z o.o.
siedziba:
41-600 Świętochłowice ul. Bytomska 38 b
tel. (032) 770 68 38 fax (032) 770 68 29

www.adomed.pl

biuro regionalne:
02-059 Warszawa ul. Wawelska 5
tel. (022) 592 93 98 fax (022) 825 69 39

Spółka zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000066939

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł REGON 277682281 NIP 627-24-28-175