



WP 341.01/25/2010

Radomsko, dn. 24.02.2010 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone Części Etapu I, II i III)”.

Na podstawie art. 181 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dalej zwaną „ustawą” Zamawiający zawiadamia, że w dniu 22.02.2010 został wniesiony protest, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym wzywa się wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Protestującego lub Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia w/w protestu.

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek

Załączniki:

1. Kopia protestu firmy „TMS Sp. z o.o.”



Warszawa, dn. 19.02.2010r.

Lw/AFW/2010/.....⁰⁹³

Protestujący: **TMS Sp. z o.o.**
Ul Wiertnicza 84
02-952 Warszawa

Zamawiający: **POWIAT RADOMSZCZAŃSKI**
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35

P. Bayde
23.02.2010
W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe

2010 -02- 22

liczba dz. *460* 09
podpis *[signature]*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części Etapu I, II i III) wraz z dostawą i montażem o właściwościach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dodatku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.,

Oznaczenie sprawy: WP.341.01/03/2010

3.3.2.Część II - Dział Diagnostyki

Cyfrowy aparat RTG – szt. 1

Działając na podstawie art. 180 ust.1 i 4 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, składam protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części Etapu I, II i III) wraz z dostawą i montażem o właściwościach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dodatku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ., Oznaczenie sprawy: WP.341.01/03/2010 3.3.2.Część II - Dział Diagnostyki, Cyfrowy aparat RTG – szt. 1,** polegających na opisanu przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, poprzez dokonanie modyfikacji SIWZ i wprowadzeniu do niej parametrów granicznych uniemożliwiających

protestującemu złożenie ważniej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty, co tym samym narusza jego interes prawny.

Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 – 3 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także art. 5 kc w związku z art. 14 Ustawy w zakresie czynienia ze swojego prawa użytku sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego, a konsekwencji w przypadku podpisania umowy z wybranym wykonawcą, Zamawiający naruszy art. 146 ust.1 pkt. 5 i 6 Ustawy w zw. z art. 93 ustęp 1 pkt. 7 Ustawy oraz w związku z art. 3 ust.1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)

Informację stanowiącą podstawę do wniesienia niniejszego protestu otrzymaliśmy w dniu 16 lutego 2010 r., zatem protest składamy w terminie.

Wobec powyższego wnosimy o dokonanie zmian specyfikacji stosownie do żądań zawartych w uzasadnieniu niniejszego protestu, z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców

UZASADNIENIE.

W dniu 16 lutego 2010 r. pobrał ze strony internetowej Zamawiającego zawiadomienie o udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdzamy, że dokonana przez Zamawiającego modyfikacja, wprowadzająca do opisu przedmiotu zamówienia dodatkowy parametr graniczny, uniemożliwia protestującemu złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty, która nie będzie podlegała odrzuceniu.


Dotyczy odpowiedzi z dnia 16.02.2010 na pytanie nr 2 z 16.02.2010

W dniu 16.02.2010. udzielając odpowiedzi na pytania jednego z potencjalnych uczestników niniejszego postępowania, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ odnośnie sekcji VI „statyw do zdjęć z detektorem” poprzez dodanie dodatkowego wymogu „**aby statyw do zdjęć z detektorem miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu, np. na szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu.**” Protestujący rozumie, że Zamawiający chciałby rozszerzyć zakres wykonywanych badań o możliwość wykonywania zdjęć bocznych, ale pragniemy zauważyć, że taki sposób pracy jest tylko **jednym z możliwych rozwiązań równoważnych** odnośnie sposobu zyskiwania zdjęć bocznych. Zamawiający, dokonując w dniu 16.02.2010 zmiany opisu przedmiotu Zamówienia nie uwzględnił w zmodyfikowanej treści możliwości zaoferowania **rozwiązań równoważnych zamawianym** poprzez dodanie określenia „lub równoważne”, jedynie wskazując na konkretne rozwiązanie systemowe, co w niniejszym przypadku stanowi rażące naruszenie przepisu art. 29 ustęp 3 ustawy nakładającego na Zamawiającego taki obowiązek.

Mając na uwadze przedstawioną treść modyfikacji i obowiązujące przepisy Ustawy wnosimy uzupełnienie treści modyfikacji w sposób przewidziany wspomnianą ustawą i nadanie mu następującego brzmienia.

„aby statyw do zdjęć z detektorem miał możliwość poruszania się wzdłuż dłuższej krawędzi stołu „ np. na szynie podłogowej umieszczonej wzdłuż dłuższej krawędzi stołu” lub inne rozwiązania równoważne umożliwiające wykonanie zdjęć bocznych ”

Z poważaniem


Krzysztof Kownacki

Załączniki:

KRS firmy TMS Sp. z o.o.

TMS Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
tel. 858-28-20, 858-28-19
fax: 858-28-12
NIP 521-10-04-948

Zamawiający:
POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 (044) 683 45 09, faks +48 (044) 683 43 35
NIP: 772 – 22 – 61 – 699
REGON: 590648445

Lw/AFW/2010/.....⁹⁴.....

7. Polkora
23.02.2010
P6
22.02.2010
[Signature]

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe

2010 -02- 22

liczba az. 465 m
podpis [Signature]

Warszawa, dn. 19.02.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części Etapu I, II i III) wraz z dostawą i montażem o właściwościach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dodatku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.,

Oznaczenie sprawy: WP.341.01/03/2010

3.3.2.Część II - Dział Diagnostyki

Cyfrowy aparat RTG – szt. 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ww. przetargu kieruję następujące pytania:

Pytanie 1

Dot. pkt. VI/51

Zamawiający wymaga „położenia punktu centralnego detektora” w statywie do ≤ 35 cm. Alternatywnie można pracować z większym minimalnym położeniem detektora stosując np. podnożek pozwalający na wykonanie np. badań stóp. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy statywu do zdjęć z detektorem DR o położeniu punktu detektora 43 cm ?

Pytanie 2

Dot. pkt. VI/52

Zamawiający wymaga „zakresu ruchu pionowego detektora ≥ 147 cm”. Wartość ta związana jest również z wartością najmniejszą położenia detektora i w praktyce ustawienie maksymalne położenia detektora na wysokości 170 cm pozwala na wykonywanie badań osób o dużym wzroście. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy statywu do zdjęć z detektorem DR o ruchu pionowym detektora 127 cm pozwalającym na maksymalne położenia centralnego punktu detektora 170 cm ?

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kownacki

TMS Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
tel. 858-28-20, 858-28-19
fax: 858-28-12
NIP 521-10-04-948