



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 09.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/16/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy Część IV (Lampa bezcieniowa przejezdna)

PYTANIE 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w postępowaniu przetargowym lamp bezcieniowych przejezdnych o następujących parametrach?

Lampa statywowa mobilna wyposażona w samonastawne kółka
Zawieszenie lampy umożliwiające regulację wysokości, obrotu kopuły zgodnie z wymaganiami podczas zabiegów
Lampa wyposażona w zasilacz akumulatorowy zapewniający 3 h pracy lampy w przypadku awarii zasilania głównego w placówce
Płynna regulacja pola zabiegowego w zakresie 10-20 cm za pomocą sterylizowanego uchwytu
Lampa z manualną regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego na zasilaczu w zakresie 50-100%.
Natężenie oświetlenia 50 000 lx
Trwałość żarówki 4000 h
Współczynnik oddawania barw Ra=92 (zgodnie z normą IEC 601-2-41, wszelkie wartości powyżej Ra = 90 są dla oka niedostrzegalne)

Odpowiedź na pytanie 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Część IV (Lampa bezcieniowa przejezdna 3 projektorowa)

PYTANIE 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w postępowaniu przetargowym lamp bezcieniowych przejezdnych 3 projektorowych o następujących parametrach ?

Lampa statywowa mobilna wyposażona w samonastawne kółka, z zasilaczem wyposażonym w akumulatory zapewniającym 3 h pracy w

przypadku zaniku zasilania głównego w placówce
Zawieszenie lampy umożliwiające regulację wysokości oraz obrotu kopuły zgodnie z wymaganiami podczas zabiegów
Płynna regulacja pola zabiegowego w zakresie 15-25 cm za pomocą sterylizowanego uchwytu
Lampa z manualną regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego na zasilaczu w zakresie 50-100%.
Natężenie oświetlenia 110 000 lx
Lampa wyposażona w wysoko wydajne żarówki o mocy 75 W
Żywotność żarówki min. 2000 h
Niezawodny system manualny wychylenia wychylania poszczególnych reflektorów wraz z żarówką, realizowany za pomocą centralnego wymiennego uchwytu sterylizowanego.
Współczynnik oddawania barw Ra=94 (zgodnie z normą IEC 601-2-41, wszelkie wartości powyżej Ra = 90 są dla oka niedostrzegalne)

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ system wychylania poszczególnych reflektorów wraz z żarówką, realizowany elektronicznie.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka