



Radomsko, dnia 09.02.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.01/17/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

Dotyczy CZĘŚĆ II Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt XI CZYTNIK PŁYT OBRAZOWYCH Z KONSOLĄ TECHNIKA poz 129 Wyświetlenie obrazu podczas skanowania w czasie rzeczywistym. Skanowanie rzeczywiste polega na stopniowym „pokazywaniu się” obrazu podczas skanowania. Dopóki zdjęcie nie będzie widoczne w całości na monitorze, technik i tak nie może pracować ze zdjęciem (bo go ni widzi w całości). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści skaner bez wyświetlania obrazu podczas skanowania w czasie rzeczywistym?”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 2

Część II. Dodatek nr II/I do SIWZ – Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietleń
Punkt III. Lampa rtg, kolimator, podpunkt 30.

Proszę o uszczegółowienie wymogu Zamawiającego z punktu 30.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „...lub ustawienie ze sterowni z interfejsem umożliwiającym dwustronną wymianę danych pomiędzy stanowiskiem przy stole/kolumnie a generatorem (ustawienie parametrów ekspozycji, trybu pracy)”?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg bez dotykowego panela przy lampie i możliwości ustawienia parametrów ekspozycji przy lampie, posiadający w tym miejscu wyświetlacz LCD: odległości SID, kąta lampy, stanowiska pracy?

Ustawienie parametrów ekspozycji przy lampie nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego lub praktycznego. Ekspozycje i nastawy parametrów wykonuje się zgodnie z przepisami w sterowni pracowni rentgenowskiej, gdzie na konsoli operatora ustawia się parametry ekspozycji tj: kV, mAs, ms, mA itp.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka