



Radomsko, dnia 09.02.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/18/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJE

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

W związku z tym, iż zgodnie z pkt.16.1. SIWZ „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prosimy o wykreślenie z formularza Oferty pkt.11.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wykreśla z formularza Oferty pkt.11

PYTANIE 2

W nawiązaniu do ust. 5 pkt. 2 § 6 wzoru Umowy, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych w czasie przewidzianym na przystąpienie do usunięcia wady i dokonania usunięcia wady.

Z obecnego zapisu wynika, że Wykonawca miałby przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji, gdy Zamawiający w dzień wolny od pracy będzie próbował powiadomić Wykonawcę o awarii, Wykonawca nie będzie mógł przyjąć takiego zgłoszenia, gdyż jego serwis pracuje w dni robocze (tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy). W związku z tym nierealne będzie przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin (w sytuacji j. w.). Ponadto podkreślamy, że w umowach na dostawę sprzętu medycznego, Zamawiający określając czas przewidziany na reakcję serwisu tj. czas na przystąpienie do usunięcia awarii zawsze uwzględniają dni robocze.

Dlatego prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie dni roboczych w w/w zapisie.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający utrzymuje zapis §6 pkt.5.2. wzoru umowy

PYTANIE 3

W nawiązaniu do ust. 7 § 6 wzoru Umowy, rozumiemy, że wymóg dostarczenia bezpłatnie zastępczego sprzętu (w przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na naprawę) nie odnosi się do Cyfrowego aparatu RTG (Część II), jako sprzętu mocowanego w sposób trwały do podłoża? Podkreślamy, że dostarczenie sprzętu zastępczego wiąże się z wieloma czynnościami i procedurami, m.in. demontażem uszkodzonego aparatu, a przede wszystkim z uzyskaniem pozytywnej opinii Sanepidu na eksploataowanie sprzętu zastępczego, wreszcie zainstalowaniem go,



a następnie w przypadku naprawy uszkodzonego systemu z ponowną instalacją naprawionego już aparatu RTG?

W związku z powyższym prosimy o uściślenie w/w zapisu, jak również o odstąpienie od ust. 1 pkt. g) § 7 wzoru Umowy, w przypadku Cyfrowego aparatu RTG (Część II).

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.7 wzoru umowy. Cyfrowy aparat RTG jest elementem przedmiotu umowy mocowanym w sposób trwały.

PYTANIE 4

W nawiązaniu do ust. 1 pkt. a), ust. 2 i ust. 3 § 7 wzoru Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar z tytułu odstąpienia od umowy do 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Kara przewidziana przez Zamawiającego jest bardzo wysoka. W umowach na dostawę sprzętu medycznego powszechnie stosowane są kary 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiający utrzymuje zapis § 7 ust. 1. pkt. a), ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy

PYTANIE 5

Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt 92 i 95

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów diagnostycznych charakteryzujących się rozdzielczością 2MP i kontrastem 700:1? Monitory o takich parametrach spełniają wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 8, w zakresie wyposażenia konsoli lekarskiej do radiologii ogólnej. Monitory o takich parametrach są powszechnie stosowane w ucyfrowionych pracowniach radiologicznych, pozwalają na wyświetlanie obrazów w najwyższej jakości, umożliwiając radiologom precyzyjną ocenę badań.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 6

Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt 93

Zamawiający wymaga stacji lekarskiej wyposażonej w dysk twardy SATA-II. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dysków SAS pracujących w macierzy RAID 5, czyli rozwiązanie bardziej zaawansowane i zapewniające wyższe bezpieczeństwo danych i stabilność systemu w przypadku awarii niż rozwiązanie określone w Specyfikacji?

Odpowiedź na pytanie 6

TAK, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7

Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt 93

Zamawiający opisuje w tym punkcie m.in. „monitor dodatkowy min. LCD 21””. Typowa konsola lekarska do radiologii ogólnej składa się z dwóch monitorów diagnostycznych (opisanych w pkt 92.) oraz trzeciego monitora opisowego, kolorowego do wyświetlania danych pacjenta i opisów badań (opisanego w pkt. 106.). Podłączenie do konsoli czwartego monitora nie ma zastosowania, w związku z tym prosimy o usunięcie tego zapisu z pkt. 93.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający modyfikuje treść pkt.93 poprzez wykreślenie zapisu „monitor dodatkowy min. LCD 21””



PYTANIE 8

Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt 109

Czy Zamawiający dopuści zasilacz awaryjny UPS o mocy 500W, jeżeli jest on dedykowany do pracy z konsolą diagnostyczną przez jej producenta?

Odpowiedz na pytanie 8

TAK, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 9

Dodatek nr II/1 do SIWZ pkt XIII

Zamawiający wymaga kamery laserowej. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na „Kamera sucha – laserowa lub termiczna”. Dodatkowo informujemy, że posiadamy wyrok Urzędu Zamówień Publicznych mówiący, że opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię (wydruk laserowy) jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiający modyfikuje treść pkt. XIII w sposób następujący : „Kamera laserowa lub termiczna do wydruku błon w technologii suchej”

PYTANIE 10

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie SIWZ a w konsekwencji zmianę zapisu w pkt 3.6 w rozdziale III SIWZ, a mianowicie:

„Aparatura medyczna i sprzęt medyczny, składający się na przedmiot zamówienia winna posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub właściwą deklarację zgodności (CE) z dyrektywami Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 93 poz. 896 ze zm.).”

Odpowiedz na pytanie 10

Zamawiający utrzymuje zapis w pkt 3.6 w rozdziale III SIWZ

PYTANIE 11

W par. 6 projektu umowy w pkt 5.2 Zamawiający wymaga przystąpienia do usunięcia wady w terminie 24 godziny od momentu zgłoszenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na 24 godziny w dni robocze?

Odpowiedz na pytanie 11

Zamawiający utrzymuje zapis §6 pkt.5.2. wzoru umowy

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka