



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 22.02.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/24/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III**).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

CZĘŚĆ II – Dot. modyfikacji z dnia 16.02.2010 pyt. 12

PYTANIE 1

Zamawiający modyfikuje SIWZ określając rozdzielczość kratki rozproszeniowej w stole i statywie min. 78 lp/cm, co sugeruje, że Zamawiający miał na myśli karetki stałe, a nie kratki Bucky (ruchome), które są instalowane we wszystkich nowoczesnych aparatach rtg.

W aparacie, który chcemy Państwu zaoferować kratka rozproszeniowa Bucky posiada 36 lp/cm o różnych ogniskowych.

Tak sformułowane oczekiwanie Zamawiającego jest dla nas zupełnie niezrozumiałe i co za tym idzie nie pozwala nam na złożenie oferty w/w postępowaniu przetargowym.

Wnosimy o usunięcie w/w wymogu ze SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II – Dodatek nr II/I

Cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietleń

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę rentgenowską spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego o pojemności cieplnej anody 600 kHU oraz szybkości chłodzenia anody 150 kHU/min?

Odpowiedz na pytanie 2

Zgodnie z zapisami SIWZ

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
**ETATOWY CZŁONEK
ZARZĄDU
inż. Dionizy Łysik**



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl