



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 27.01.2010 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/07/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III**).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PAKIET NR 4 – Lampa bezcieniowa przejezdna

PYTANIE 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie profesjonalnych lamp zabiegowych, w których: regulacja natężenia oświetlenia odbywa się skokowo z panelu sterowniczego umieszczonego na zasilaczu w zakresie 50-100%, współczynnik oddawania barw jest na poziomie $Ra = 92$ (Norma IEC 601-2-41 przewiduje, że światło lampy operacyjnej powinno wykazywać minimalną zdolność odwzorowania barw $Ra = 85$. Wartość tą przyjęto z założeniem, że oko ludzkie zauważa różnicę barw poniżej 90. Wszelkie wartości powyżej $Ra = 90$ są dla oka niedostrzegalne), średnica pola zabiegowego realizowana jest w sposób płynny w zakresie: 8,5-20 cm. Proponowane lampy charakteryzują się ponadto wyższymi pozostałymi parametrami np. żywotność żarówki 4000 h, natężenie oświetlenia 50 000 lux.

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 4 – Lampa bezcieniowa przejezdna 3 projektorowa

PYTANIE 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie profesjonalnych lamp operacyjno -zabiegowych, w których: regulacja natężenia oświetlenia odbywa się skokowo z panelu sterowniczego umieszczonego na zasilaczu w zakresie 50-100%, współczynnik oddawania barw jest na poziomie $Ra = 94$ (Norma IEC 601-2-41 przewiduje, że światło lampy operacyjnej powinno wykazywać minimalną zdolność odwzorowania barw $Ra = 85$. Wartość tą przyjęto z założeniem, że oko ludzkie zauważa różnicę barw poniżej 90. Wszelkie wartości powyżej $Ra = 90$ są dla oka niedostrzegalne), wychylenie poszczególnych reflektorów wraz z żarówką realizowane jest mechanicznie za pomocą centralnego wymiennego uchwytu sterylnej, Lampy wyposażone są w żarówki o mocy 75 W charakteryzujące się większą żywotnością na poziomie min 2000 h.

Odpowiedź na pytanie 2
Nie, zgodnie z SIWZ

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.01.2010r.

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

/-/

Bożena Nowacka