



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 02.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.01/12 /2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza I – Powtórzone części etapu I, II i III**).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

CZEŚĆ VI dodatek VI/1

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości 600 mm?

Odpowiedz na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu podudziowego od 0° do -30°?

Odpowiedz na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/2

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o szerokości całkowitej siedziska 650mm?

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 7 tabeli i punkt powinien brzmieć: „kąt uniesienia oparcia pleców 0° - 25°”?

Odpowiedz na pytanie 4

Tak, pkt.7 tabeli winien brzmieć „kąt uniesienia oparcia pleców 0° - 25°”

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o kącie uniesienia oparcia pleców 60°?

Odpowiedz na pytanie 5
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o regulacji pochylenia siedziska od 0 do +25°?

Odpowiedz na pytanie 6
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z pozycją Trendelenburga od 0° do 25°?

Odpowiedz na pytanie 7
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/3

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści kartę katalogową potwierdzającą parametry techniczne fotela do badań laryngologicznych autoryzowanego przedstawiciela producenta na Polskę?

Odpowiedz na pytanie 8
Tak, Zamawiający dopuszcza. Fotel do badań laryngologicznych winien posiadać wpis do Rejestru wyrobów medycznych

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści fotel do badań laryngologicznych o siedzisku o długości 500 mm i szerokości 480 mm?

Odpowiedz na pytanie 9
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści fotel do badań laryngologicznych o regulacji wysokości siedziska w zakresie 510 mm do 710 mm?

Odpowiedz na pytanie 10
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści fotel do badań laryngologicznych z nie profilowanym podglówkiem bez regulacji wysokości o szerokości 300 mm i długości 350 mm

Odpowiedz na pytanie 11
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel do badań laryngologicznych z nie profilowanym podglówkiem lecz z regulacją wysokości i kąta nachylenia

CZEŚĆ VI dodatek VI/4

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści fotel o całkowitej wysokości 1220 mm?

Odpowiedz na pytanie 12
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/5

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferenta, który zaoferuje najbardziej znany na rynku fotel urologiczny o min całkowitej szerokości leża ok. 600 mm?

Odpowiedz na pytanie 13
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferenta, który zaoferuje fotel urologiczny o regulacji oparcia pleców w zakresie 0-65 stopni?

Odpowiedz na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 15

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 5 tabeli i punkt powinien brzmieć: „regulacja oparcia pleców 65⁰”?

Odpowiedz na pytanie 15

Tak, pkt.5 tabeli winien brzmieć „regulacja oparcia pleców 65⁰”

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferenta, który zaoferuje fotel urologiczny regulacji siedziska w zakresie 0-34 stopnie?

Odpowiedz na pytanie 16

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferenta, który zaoferuje fotel urologiczny o pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 10 stopni?

Odpowiedz na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Oferenta, który zaoferuje fotel urologiczny o regulacji wysokości leża w zakresie 470-1000 mm?

Odpowiedz na pytanie 18

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/9**PYTANIE 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wysokością leża 550 mm?

Odpowiedz na pytanie 19

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami chromowanymi, wyjmowanymi z ramy leża?

Odpowiedz na pytanie 20

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/12**PYTANIE 21**

Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi niemowlęcej o dokładności ważenia:

- w zakresie do 10 kg: 10gr, jak określono w opisie przedmiotu zamówienia
- w zakresie do 20 kg: 20 gr.

Nadmieniamy, że dotyczy to jednej i tej samej wagi, dla której zakres pomiaru jest regulowany w dwóch zakresach, jak podano wyżej. Informujemy też, że powyższy produkt odpowiada III (trzeciej) klasie dokładności, jak określił to Zamawiający w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz na pytanie 21

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 22

Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi niemowlęcej energooszczędnej zasilanej zwykłymi 1,5 V. bateriami (tzw. „paluszki”, jeden wkład 6 sztuk), gdzie jeden komplet baterii wystarcza na średnio 10.000 pomiarów, tj. ok. 70 h pracy? W takiej sytuacji akumulatorki stają się zbędne, gdyż jak określił zamawiający zapewniają nawet krótszy czas pracy niż proponowane baterie. Prosimy też o odstąpienie od wymogu dostarczenia zasilacza, gdyż zasilanie bateriami zapewnia dostatecznie długi czas pracy przy braku ograniczeń w mobilności wagi związanej z dostępnością do gniazda elektrycznego.

Odpowiedz na pytanie 22

Tak, Zamawiający dopuszcza wagę niemowlęcą zasilaną zwykłymi 1,5 V. bateriami, utrzymując zapis pkt.8 tabeli – w zestawie akumulatorki i zasilacz

CZEŚĆ VI dodatek VI/13**PYTANIE 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak do wlewów i kroplówek wykonany ze stali malowanej proszkowo, tubus chromowany?

Odpowiedz na pytanie 23

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 24

Czy Zamawiający uzna stojak do wlewów i kroplówek o regulacji wysokości w zakresie 1400-2270 mm za spełniający wymagania SIWZ?

Odpowiedz na pytanie 24

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/15**PYTANIE 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem o wymiarach blatu stałego: 400 x 430 mm?

Odpowiedz na pytanie 25

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach: 520 x 430 mm?

Odpowiedz na pytanie 26

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 810 do 1005 mm?

Odpowiedz na pytanie 27

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/16**PYTANIE 28**

Czy Zamawiający uzna taboret ze śrubową regulacją wysokości: 390-520 mm za spełniający zapisy SIWZ?

Odpowiedz na pytanie 28

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI, Dodatek nr VI/18**PYTANIE 29**

Czy Zamawiający dopuści krzesło chirurgiczne z regulacją wysokości w zakresie od 440 do 580 mm?

Odpowiedz na pytanie 29
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/20

PYTANIE 30

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczno-zabiegowy o wymiarach dł. 810mm, szer. 580mm, wys. 1453mm?

Odpowiedz na pytanie 30
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 31

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja oparta jest na czterech profilach aluminiowych wypełnionych płytami z blachy stalowej, galwanizowanej, pokrytej lakierem proszkowym?

Odpowiedz na pytanie 31
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 32

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden rząd czterech pojemników wysuwanych na prowadnicach, w tym:

- trzy pojemniki z tworzywa ABS o wym. 600x400x100mm wyposażone we wkłady do dowolnej konfiguracji wnętrza
- jeden pojemnik ażurowy o wym. 600x400x180mm zamykanych pionowym zamknięciem żaluzjowym?

Odpowiedz na pytanie 32
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 33

Czy Zamawiający dopuści wózek z następującym wyposażeniem:

- Segregator z ośmioma komorami
- Pojemnik na zużyte igły
- Kosz na odpady
- Dwie listwy do mocowania wyposażenia
- Dodatkowy blat wysuwany z pod blatu głównego

Odpowiedz na pytanie 33
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 34

W związku z tym, iż oferowany przez nas wózek nie jest wyrobem medycznym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie jedynie certyfikatu Jakości Producenta?

Odpowiedz na pytanie 34
Zgodnie z zapisami SIWZ

CZEŚĆ VI, Dodatek nr VI/23

PYTANIE 35

Czy Zamawiający dopuści w wózku na sprzęt półki płyty wiórowej laminowanej?

Odpowiedz na pytanie 35
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/24

PYTANIE 36

Czy zamawiający dopuści stolik z półkami ze szkła niehartowanego?

Odpowiedz na pytanie 36
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

CZEŚĆ VI dodatek VI/25

PYTANIE 37

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 4 tabeli i punkt powinien brzmieć: „zakres regulacji oparcia pleców -0° do 70°”?

Odpowiedz na pytanie 37

Tak, omyłka pisarska

PYTANIE 38

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z zakresem regulacji oparcia pleców 0 do 60 stopni?

Odpowiedz na pytanie 38

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/26

PYTANIE 39

Czy Zamawiający uzna za spełniający zapis SIWZ wózek na brudną bieliznę wyposażony w lniany worek o pojemności 100L?

Odpowiedz na pytanie 39

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/28

PYTANIE 40

Czy Zamawiający dopuści wózek na narzędzia z miską o pojemności 3 lub 6 litrów?

Odpowiedz na pytanie 40

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek na narzędzia z miską o pojemności 3 lub 6 litrów na obrotowym wyciągniku

CZEŚĆ VI dodatek VI/29

PYTANIE 41

W odniesieniu do pktu 6 tabeli, czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża od 640-940mm, tak jak określone jest to w pktcie 2 tabeli?

Odpowiedz na pytanie 41

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/33

PYTANIE 42

Czy Zamawiający dopuści szafkę szatniową o wymiarach 1750x600x500mm?

Odpowiedz na pytanie 42

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZEŚĆ VI dodatek VI/35

PYTANIE 43

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół o długości 2228 mm?

Odpowiedz na pytanie 43

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 44

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją wysokości w zakresie 750-1100 mm? Jest to zakres większy niż wymagany.

Odpowiedz na pytanie 44

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 45

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją podglówka w zakresie -90° do +60°? Jest to zakres większy niż wymagany.

Odpowiedz na pytanie 45

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 46

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z regulacją przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie do 30°? Jest to zakres większy niż wymagany.

Odpowiedz na pytanie 46

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 47

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół bez blokady jednego koła do jazdy na wprost?

Odpowiedz na pytanie 47

Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu zapisu SIWZ o funkcji jednego koła jazdy na wprost.

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY**PYTANIE 48**

Czy Zamawiający zmieni zapis w paragrafie 6 pkt.1 z „... jest nowy, wyprodukowany w 2009 roku, ...” na „... jest nowy, wyprodukowany w 2009 roku lub w 2010 roku, ...”?

Odpowiedz na pytanie 48

Tak, Zamawiający zmienia zapis w § 6 pkt.1 z „... jest nowy, wyprodukowany w 2009 roku, ...” na „... jest nowy, wyprodukowany w 2009 roku lub w 2010 roku, ...”

PYTANIE 49

Czy Zamawiający żąda dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim. Instrukcje serwisowe są dokumentem używanym przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach przeprowadzonych przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu?

Odpowiedz na pytanie 49

Zamawiający wymaga instrukcji obsługi dla użytkownika w języku polskim

PYTANIE 50

Zamawiający wymaga przystąpienia do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o wydłużenie terminu do 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedz na pytanie 50

Zamawiający podtrzymuje zapis §6 ust.5 pkt.2 wzoru umowy

PYTANIE 51

W paragrafie 7 pkt. 1 Umowy Zamawiający wymienia kary:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od każdej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie,

- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3,
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7.

Prosimy o zmianę zapisu na zapis:

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 liczonej od tej Części zamówienia stanowiącej przedmiot umowy. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7.

Odpowiedź na pytanie 51

Zamawiający podtrzymuje zapis §7 pkt.1 wzoru umowy

Dotyczy SIWZ rozdział 5.1 ppkt 2

PYTANIE 52

Czy Zamawiający podaje wartości brutto przy wykazie dokonanych dostaw?

Odpowiedź na pytanie 52

Tak, w SIWZ rozdział 5.1 ppkt 2 podana jest wartość brutto

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.02.2010r.

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

/-/

Bożena Nowacka