



Radomsko, dnia 04.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/06/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II –Etap I, Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii).

MODYFIKACJA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: CZĘŚCI II-Dodatku , Nr II/18 do SIWZ

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla Części II, dodatek nr II/18 do SIWZ – Mikroskop laboratoryjny– szt. 4 w sposób następujący:

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Głowica z nasadką pryzmatyczną, okularowa dwuoczną, kąt nachylenia 30°, wyskalowana regulacja rozstawu oczu w zakresie 55-75mm	TAK	
2.	Obiektywy semi planachromatyczne o powiększeniu/apertura numeryczna: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 z immersją	TAK	
3.	Okulary: szerokokątne WF10x pole widzenia 22mm, przystosowane również do pracy w okularach, bez zmęczenia oczu przez wiele godzin.	TAK	
4.	Osiągane powiększenia: 40x; 100x; 400x; 1000x	TAK	
5.	Miska rewolwerowa pięcioobiektywowa	TAK	
6.	Stolik krzyżowy o wymiarach 175x145mm, zakres ruchu XY 76x51mm, podwójnie zabezpieczony przed zarysowaniem	TAK	
7.	Współosiowy mechanizm ruchu micro-macro, precyzyjny, wyskalowany mechanizm . Zakres ruchu macro – 25mm, mechanizm micro – w całym zakresie ruchu macro Kondensor typ Abbego 1,25, centrowany w systemie Kohleria. Położenie kondensora regulowane. Uchylna górna soczewka kondensora. Przesłona regulowana w zakresie 0,1-1,2. Regulowane położenie kondensora w	TAK	

	ruchu pionowym		
8.	Oświetlacz halogenowy 6V/20W z lampą dichroiczną regulacją natężenia światła płynna, w podstawie mikroskopu., z regulowaną przesłoną	TAK	
9.	Nowoczesny, trwały i ergonomiczny statyw	TAK	
10.	Możliwość pracy w innych technikach takich jak: ciemne pole, polaryzacja, światło odbite, kontrast fazowy	TAK	
11.	Możliwość zastosowania cyfrowych torów wizyjnych	TAK	
12.	Komplet filtrów, pokrowiec	TAK	
13.	Waga ok.18,5 kg.	TAK	
14.	Instrukcja w j. polskim	TAK	
15.	Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub oświadczenie	TAK	
16.	Okres gwarancji	min.24 miesiące	

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

/-/

Bożena Nowacka