



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 02.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/05 /2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II –Etap I, Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy Analizator biochemiczny

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wymaga , aby analizator był fabrycznie nowy - nie demonstracyjny , rok produkcji 2009/2010?

Odpowiedz na pytanie 1

Tak, Zamawiający wymaga aby analizator był fabrycznie nowy, rok produkcji 2009/2010

PYTANIE 2 - dotyczy parametru. „Analizator z modulem ISE. Wydajność dla modułu ISE min. 180 ozn. ISE/godz. (elektrody Na, K, Cl, Li Ca).

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny z modulem ISE o wydajności modułu ISE większej niż oczekiwana przez Zamawiającego tj. 180 ozn. ISE/godz. z oferowanymi elektrodami: Na, K, Cl, Li?

Uzasadnienie: obecnie tylko jedna firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej oferuje analizator biochemiczny spełniający powyższe warunki opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podanej charakterystyki modułu ISE - wyposażonego w elektrody: Na, K, Cl, Li, Ca. Podtrzymanie przez Zamawiającego powyższego zapisu skutkować może uniemożliwieniem udziału w postępowaniu innym oferentom. Złożenie w postępowaniu przetargowym tylko jednej oferty uniemożliwi Zamawiającemu dokonania wyboru oferty nie tylko najkorzystniejszej pod względem parametrów technicznych, ale również i ceny.

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza analizator o większej wydajności modułu ISE/godz. z elektrodami zgodnie z zapisami SIWZ tj. Na, K, Cl, Li Ca .

PYTANIE 3 - dotyczy parametru: „Pomiar w kuwetach stałych ze szkła hartowanego, dopuszcza się kuwety jednorazowe i wielokrotnego użytku,

Czy Zamawiający dopuści analizator z kuwetami wielokrotnego użytku wykonanymi z Innego materiału niż szkło hartowane

Uzasadnienie: obecnie wiele firm diagnostycznych oferuje analizatory biochemiczne pracujące z wykorzystaniem kuwet wykonanych z Innych materiałów niż szkło hartowane i charakteryzujących się również bardzo o dobrymi parametrami optycznymi przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 4

Czy w przypadku zaoferowania analizatora pracującego z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku, mając na uwadze konieczność skutecznego i efektywnego ich mycia, a co za tym idzie otrzymywania wiarygodnych wyników badań Zamawiający dopuści analizator zużywający większą ilość wody niż 10 litrów na godzinę pracy analizatora jednakże adekwatną to jego wydajności ?

Odpowiedz na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.02.2010

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

/-/

Bożena Nowacka