



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 02.03.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/16/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” **(Faza II –Etap I, Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii).**

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Część II – czytnik do analizy moczu

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści analizator z układem pomiarowym LED-pomiarem monochromatycznego światła odbitego?

Uzasadnienie:

Układ pomiarowy LED jest powszechnie stosowany w czytnikach – pozostający na precyzyjne odczytywanie różnych barw moczu i różnych ich natężeń. Zastosowanie w czytnikach układu pomiarowego LED jest rozwiązaniem równie dobrym i skutecznym jak rozwiązania techniczne zastosowane w innym czytniku.

Zastosowanie w analizatorze technologii odczytu światła odbitego (reflektancja) pochodzącego z diodowego układu (wysokiej jasności zimnego źródła światła) sprawia, że układ optyczny charakteryzuje się wysoką czułością i gwarantuje niską awaryjność urządzenia.

Ze względu na opis czytnika w sposób jednoznaczny wskazujący na tylko jednego Dostawcę w Polsce, który nie posiada dystrybutorów i posiada na wyłączność sprzedaż w/w produktu, prosimy o wniesienie zmian technicznych do opisu czytnika posiadających na wzięcie udziału w przetargu szerszemu gronu wykonawców niż tylko jedna firma. Takie rozwiązanie zapewni Państwu konkurencyjność ofert.

Odpowiedz na pytanie 1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający menu w języku angielskim, a oprogramowanie do w/w w języku polskim?

Odpowiedz na pytanie 2

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.03.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka