



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 09.02.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/7/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Etap I Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

Dotyczy parametru: „Analizator z modulem ISE”

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny z modulem ISE o wydajności 320 testów/godzinę z oferowanymi elektrodami: Na, K, Cl, Li i dodatkowym zewnętrznym analizatorem do oznaczania jonów: Na, I Cl, Li lub Ca spełniającym dodatkową funkcję aparatu zastępczego podczas awarii modułu ISE i jednocześnie stanowiącym uzupełnienie pełnej oferty *oznaczeń* jonów Na, K, Cl, Li, Ca.

Takie rozwiązanie daje pełne bezpieczeństwo płynności wykonywanych testów.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka