



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 17.02.2010r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/10/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Etap I Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dodatek III – Dotyczy pozycji nr 1

PYTANIE 1

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie 1

Nie, Zamawiający nie posiada i nie ma potrzeby wykonania tego typu ekspertyzy.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?

Odpowiedz na pytanie 2

Taka opcja nie występuje.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedz na pytanie 3

Lampy operacyjne należy montować do stropu żelbetowego(płyta grub.25 cm, beton B25, zbrojona krzyżowo) za pomocą kotew typu Hilti, bez możliwości przewiercania stropu na wylot. Kotwy Hilti muszą być dobrane do ciężaru lampy.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości obciążenia stropu w miejscu montażu lamp ciężarem 45[kg] oraz momentem 340[Nm]?

Odpowiedz na pytanie 4

Jest taka możliwość.



PYTANIE 5

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.

Odpowiedz na pytanie 5

Nie posiada.

PYTANIE 6

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedz na pytanie 6

Jest zamontowany

PYTANIE 7

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedz na pytanie 7

Jest planowany nawiew laminarny.

PYTANIE 8

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odpowiedz na pytanie 8

Dla zasilania lampy bezcieniowej przygotowano zasilanie 230V 50 Hz wykonane przewodem

YDYzo 3x 2,5 ułożonym bezpośrednio z tablicy rezerwowanej agregatem prądotwórczym.

Przewód ten jest umiejscowiony na ścianie pomieszczenia a następnie doprowadzony na sufit.

Wg. projektu na ścianie ma być umiejscowiony zasilacz lampy bezcieniowej, dostarczany wraz z lampą. Dla zasilania lampy bezcieniowej przewidziano tylko jedno zasilanie j.w.

Dodatek III – Dotyczy pozycji nr 1

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z zakresem pracy bez konieczności ogniskowania wynoszącym 60cm?

Odpowiedz na pytanie 9

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową która posiada średnice pola operacyjnego realizowaną w sposób płynny w zakresie: 15-25 cm?

Odpowiedz na pytanie 10

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dodatek VIII – Dotyczy paragrafu 2

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 80 dni?

Odpowiedz na pytanie 11

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 12

Czy ze względu na dużą objętość Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji aparatów na płycie CD lub w formie książkowej zbindowanych osobno i podpisanych tylko na pierwszej stronie ?



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Odpowiedz na pytanie 12

Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozdział 6. - Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty instrukcji aparatów. Instrukcja obsługi aparatów wymagana jest przy uruchomieniu aparatów i instruktażu dla personelu.

Część II – dodatek II/18

PYTANIE 13

W związku z tym, że obiektywy planachromatyczne są dużo lepszymi obiektywami od semi planachromatycznymi, dają najlepszy obraz pod względem ostrości, ostrość ta uzyskiwana jest w całym polu widzenia, a nie tylko na brzegach tak jak w przypadku obiektywów semi planachromatycznych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści obiektywy planachromatyczne o powiększeniach jak w SIWZ?

Odpowiedz na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

Bożena Nowacka