



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 18.02.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.03/11/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II – Etap I, Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Część II - ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Aparat do analizy moczu: (dodatek II/5 do SIWZ)

PYTANIE 1 - Do pkt. 5

Czy zamawiający dopuści analizator z możliwością wyboru barwy moczu przed pomiarem próbki?

Odpowiedz na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 2 - Do pkt. 14

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne, analizator z układem pomiarowym LED z czterema wysokiej jakości diodami?

Odpowiedz na pytanie 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 3 - Do pkt. 17

Czy zamawiający dopuści dodatkowe oprogramowanie do komputera spełniające wymogi zamawiającego, ale bez graficznej prezentacji wyników kontroli jakości, co przy oznaczeniach ilościowych nie jest niezbędne?

Odpowiedz na pytanie 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Część II - ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Analizator badań pilnych i markerów kardiologicznych

PYTANIE 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora będącego w stałej gotowości do pracy, który zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wymaga stosowania dwóch płynów płuczających, które wymienia się raz na kilka dni ?

Odpowiedz na pytanie 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę



PYTANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oznaczenia D-Dimerów wykonywane były na dodatkowym małym analizatorze, dedykowanym do szybkich oznaczeń cito w ciągu 12 minut, ilościową metodą immunochemiczną, bezpośrednio z krwi pełnej pobranej na heparynę? Alternatywnie prosimy o zgodę na wykonywanie tego parametru na analizatorze koagulologicznym pracującym w Laboratorium Zamawiającego. W tabeli oferty ujęte zostaną wszystkie koszty wykonania tych badań. Zgoda Zamawiającego zwiększy możliwość złożenia większej liczby ofert i konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz na pytanie 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na Troponinę I lub Troponinę T? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych zarówno TnI jak i TnT są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. Nie należy preferować wyłącznie jednego parametru, w związku z tym powinna być możliwość złożenia oferty na troponinę I lub na troponinę T, a zgoda Zamawiającego zwiększy możliwość złożenia większej liczby ofert i konkurencyjność postępowania.

Odpowiedz na pytanie 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Analizator równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku typowego hematokrytu wykona oznaczania z próbki wynoszącej 60 µl, wymagana zaś objętość próbki w dla hematokrytu powyżej 45% jest niewiele większa i wynosi 68 µl?

Odpowiedz na pytanie 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści analizator do badań pilnych i marketów kardiologicznych bez funkcji oznaczenia D-dimerów z możliwością ich oznaczania metodą immunoturbidymetryczną na analizatorze biochemicznym zaoferowanym przez Wykonawcę w części II – dodatek II/2 do SIWZ?

Odpowiedz na pytanie 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Część II - Analizator hematologiczny

PYTANIE 9

Prosimy o potwierdzenie, że oferowany aparat hematologiczny 5DIFF ma wykonywać próbki patologiczne przy pierwszym oznaczeniu nie generując dodatkowych kosztów przy powtórkach oznaczeń dzięki szerokiemu zakresowi liniowości (oznaczenia z pierwszej próbki bez rozcieńczenia) dla takich parametrów jak: trombocyty – liniowość, zakres pomiarowy (min. 4/mln/µl), leukocyty – liniowość, zakres pomiarowy (min do 300 tys./ µl).

Odpowiedz na pytanie 9

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza



Część II – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

I. Aparatura Medyczna. 5 Aparat do analizy moczu- szt.1

PYTANIE 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania razem z aparatem do analizy moczu, zestawu komputerowego (monitor, komputer, drukarka)? Jeśli tak, to czy w formularzu cenowym można ująć to jako 2 osobne pozycje, ze względu na różnice w wysokości stawki podatku VAT?

Odpowiedz na pytanie 10

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga zestawu komputerowego

Dot. Analizator parametrów krytycznych

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści analizator równowagi kwasowo zasadowej o następującym panelu wykonywanych parametrów: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Hct, HCO₃⁻, SBC, TC0₂, BE, BE efc, %sO₂c, Hb?

Odpowiedz na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści analizator wymagający objętości próbki 135 mikrolitrów do oznaczenie palnego panelu gazometrii i elektrolitów?

Odpowiedz na pytanie 12

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści analizator gdzie wszystkie elementy zużywalne takie jak elektrody, wszystkie odczynniki, kalibratory, płyny myjąca ścieki znajdują się w jednym wymienialnym co 21 wkładzie, co w minimalizuje czynności obsługowe analizatora?

Odpowiedz na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści analizator z terminem ważności odczynników po instalacji 21 dni?

Odpowiedz na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 15

Czy Zamawiający dopuści analizator, który w miejsce automatycznej przystawki kontroli jakości wykorzystuje kasety odczynnikowa zawierające wewnątrz moduł QC.

Odpowiedz na pytanie 15

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. Analizator hematologiczny 5DIFF

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuści analizator, który do analizy CBC+5DIFF wykorzystuje nie więcej niż 130 µl krwi z podania manualnego natomiast w przypadku pracy z próbkami systemu zamkniętego wykorzystuje 196 µl krwi?

Odpowiedz na pytanie 16

Tak, Zamawiający dopuszcza



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuści analizator oznaczający hemoglobinę w komorze WBC/HGB na podstawie analizy spektrofotometrycznej cyjanomethemoglobiny, zgodnej z normą NCCLS H16-A.

Odpowiedz na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuści analizator, który oznacza i różnicuje leukocyty na 5 populacji w oparciu o technologię cystometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera helowo-neonowego?

Odpowiedz na pytanie 18

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 19

Zamawiający określił oznaczana ilościowo parametry, w związku z postępującym rozwojem oraz wprowadzeniem nowych oznaczeń, czy oferowany analizator musi mieć możliwość ilościowego oznaczania retikulocytów wraz dodatkowymi parametrami retikulocytarnymi?

Odpowiedz na pytanie 19

Tak, aparat musi mieć możliwość oznaczania retikulocytów

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka