



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 04.03.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.06/6/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II –Etap II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej)).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Część I

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści ssaka o przepływie 35l/min, o poziomie hałasu $\leq 42\text{db}$, nie przystosowanego do zamocowania kosza na cewniki, i spełniającego wszystkie pozostałe parametry techniczne?

Odpowiedz na pytanie 1

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka