



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 10.03.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.06/7/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II –Etap II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej)).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Część I Dodatek I/3

PYTANIE 1

Punkt 7. Proszę o dopuszczenie strzykawki dwutorowej o masie do 3 Kg i o systemie modułowym z możliwością rozdzielania torów strzykawek na pojedyncze.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Punkt 5. Czy czas zasilania awaryjnego z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy prędkości infuzji 25 ml/h ma dotyczyć każdego toru?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, czas zasilania awaryjnego z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy prędkości infuzji 25 ml/h ma dotyczyć każdego toru.

Część I Dodatek I/6

PYTANIE 3

Punkt 2. Proszę o dopuszczenie pomp pracujących z aparatami typu Infusomat, ponieważ zestawy AcoSet przeznaczone są do pomp jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza pompy pracujące z aparatami typu Infusomat.

PYTANIE 4

Punkt 3. Proszę o dopuszczenie pompy z historią dostępnej poprzez Stację dokującą w formacie xls z możliwością przenoszenia do dowolnego komputera.

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.03.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka