



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 23.03.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP. 341.06/8/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (Faza II –Etap II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej)).

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy zapisów umowy

PYTANIE 1

W paragrafie 7 pkt. 1 Umowy Zamawiający wymienia kary:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie* w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust 5 pkt 2 – w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie,*
- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust 5 pkt 3 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3,*
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, stanowiącej przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7.*

Prosimy o zmianę zapisu na zapis:

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie* w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- za opóźnienie w podjęciu naprawy w czasie określonym w § 6 ust. 5 pkt 2 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień

opóźnień, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy opóźnienie*

- za niedokonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust. 5 pkt 3 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dokonano przeglądów gwarancyjnych zgodnie § 6 ust, 5 pkt 3*
- za niedostarczenie zastępczego sprzętu zgodnie z § 6 ust. 7 - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, *liczonej oddzielnie za dany sprzęt stanowiący przedmiot umowy, dla której nie dostarczono zastępczego sprzętu zgodnie z §6 ust. 7*

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiający podtrzymuje zapis w paragrafie 7 pkt. 1 wzoru umowy.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w przypadku Części II do 60 dni?

Odpowiedz na pytanie 2

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy SIWZ rozdział 5.1 ppkt 2

PYTANIE 3

Czy Zamawiający podaje wartości brutto przy wykazie dokonanych dostaw?

Odpowiedz na pytanie 3

Tak, w SIWZ rozdział 5.1. ppkt.2 podana jest wartość brutto.

CZĘŚĆ II dodatek II/1

PYTANIE 4

Czy Zamawiający popełnił oczywistą pomyłkę pisarską w punkcie 1, umieszczając tam, zamiast w punkcie 2 parametr: „kolor do uzgodnienia”?

Odpowiedz na pytanie 4

Tak, parametr „ kolor do uzgodnienia” winien być wpisany w pkt.2

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie 0-40°?

Odpowiedz na pytanie 5

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 555 mm, co nie wpływa na funkcjonalność kozetki?

Odpowiedz na pytanie 6

Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/2

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na zasilaczu?

Odpowiedz na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku barwRa=92?

Odpowiedz na pytanie 8

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola operacyjnego 15-20 cm?

Odpowiedz na pytanie 9
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji wartości natężenia oświetlenia w sposób skokowy?

Odpowiedz na pytanie 10
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/3

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (19 szt.) z regulacją wysokości leża 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametrów oczekiwanych?

Odpowiedz na pytanie 11
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (19 szt.) z materacem przeciwoleżynowym pasywnym, w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym?

Odpowiedz na pytanie 12
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/4

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne metalowe (33 szt.) o szerokości 950mm?

Odpowiedz na pytanie 13
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne metalowe (33 szt.) o wysokości leża od podłoża 550 mm?

Odpowiedz na pytanie 14
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne metalowe (33 szt.) z materacem przeciwoleżynowym pasywnym, w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym?

Odpowiedz na pytanie 15
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiarowania łóżko szpitalne metalowe (33 szt.) wyposażone w materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej ale który nie posiada właściwości przeciwoleżynowych i który nie jest pikowany dwustronnie?

Odpowiedz na pytanie 16
Nie, Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiarowania łóżko szpitalne metalowe (33 szt.), w którym wyjmowane wypełnienie szczytów wykonane jest z płyty HPL?

Odpowiedz na pytanie 17
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 18

Czy Zamawiający dopuszcza do zaopiarowania łóżko szpitalne metalowe (33 szt.), w którym wyjmowane wypełnienie szczytów wykonane jest z płyty wiórowej, laminowanej?

Odpowiedz na pytanie 18
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/5

PYTANIE 19

Prosimy o podanie miejsc (nr pomieszczeń), w których Wykonawca ma zamontować myjnie oraz o umożliwienie dokonania wizji lokalnej tych pomieszczeń.

Odpowiedz na pytanie 19

Wykonawca ma zamontować myjnie w pomieszczeniach Brudownik nr. 2014 i nr. 2045.

Wykonawca zg. z pkt.3.6.6. SIWZ ma obowiązek dokonania wizji lokalnej miejsca montażu urządzenia. Termin wizji winien być uzgodniony z Zamawiającym.

CZĘŚĆ II dodatek II/7

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy pola roboczego około 25 cm?

Odpowiedz na pytanie 20

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 21

Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym natężeniu napromieniowania dla 100 000 lux 390 W/m²?

Odpowiedz na pytanie 21

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 22

Czy Zamawiający dopuści lampę o żarówkach z żywotnością 2000h?

Odpowiedz na pytanie 22

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/8

PYTANIE 23

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leżą od 640-940 mm, tak jak określone jest to w punkcie 3 tabeli?

Odpowiedz na pytanie 23

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 24

Czy zamawiający dopuści w pkt 5 stół z regulowaną pozycją Trendeleburga. w zakresie 0-20st bez pozycji antytrendelenburga?

Odpowiedz na pytanie 24

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

CZĘŚĆ II dodatek II/9

PYTANIE 25

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (52 szt.) z blatem bocznym o wymiarach 520 x 430 mm, z krawędziami nie zaokrąglonymi (nie stanowią zagrożenia dla pacjenta), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz na pytanie 25

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 26

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (52 szt.) z blatem stałym o wymiarach 400mm x 430mm, z krawędziami nie zaokrąglonymi (nie stanowią zagrożenia dla pacjenta), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedz na pytanie 26
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 27

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (52 szt.) o wysokości blatu stałego 810 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedz na pytanie 27
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (52 szt.) z przechyłami blatu 30° i 60°?

Odpowiedz na pytanie 28
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 29

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (52 szt.) z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 810-1005 mm, co wydaje się parametrem wystarczającym dla tego typu szafek?

Odpowiedz na pytanie 29
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/9

PYTANIE 30

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (7 szt.) z półkami ze szkła niehartowanego?

Odpowiedz na pytanie 30
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ

PYTANIE 31

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (7 szt.) z uchylnymi miskami (osadzone na obręczach, a nie koszykach)?

Odpowiedz na pytanie 31
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/9

PYTANIE 32

Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy o średnicy siedziska 320 mm?

Odpowiedz na pytanie 32
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 33

Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy z regulacją wysokości w zakresie 490-660 mm?

Odpowiedz na pytanie 33
Tak, Zamawiający dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/19

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z siedziskiem prostokątnym o wymiarach 285 x 320 mm?

Odpowiedz na pytanie 34
Nie, Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 35

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny o stałej wysokości 420 mm lub 425 mm? Zastosowanie regulacji w taboretach służących osobom odwiedzającym jest bezcelowe i powodować będzie jedynie uszkodzenia sprzętu.

Odpowiedz na pytanie 35
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 36

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny z siedziskiem wykonanym z płyty Unilam, co jest rozwiązaniem trwalszym i estetyczniejszym od wymaganego?

Odpowiedz na pytanie 36
Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 37

Czy Zamawiający dopuści taboret szpitalny ze stelażem ftalowym, lakierowanym proszkowo?

Odpowiedz na pytanie 37
Nie, Zamawiający nie dopuszcza

CZĘŚĆ II dodatek II/20

PYTANIE 38

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i w punkcie 4, zapis powinien brzmieć: „3 szuflady 125mm oraz 1 szuflada 250 mm...”?

Odpowiedz na pytanie 38
Tak, zapis w pkt.4 powinien brzmieć: „3 szuflady 125mm oraz 1 szuflada 250 mm ”

CZĘŚĆ III dodatek III/11

PYTANIE 39

Czy Zamawiający dopuści komputer z zasilaczem 350W?

Odpowiedz na pytanie 39
Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.03.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka