



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 07.05.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.14/09/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Etap III - Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy projektu umowy

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści w § 9, punkt 2 zmianę zapisu na „Strony wprowadzają zakaz przenoszenia wiarygodności wynikłej z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Kupującego (...)”, bowiem taki zapis skutecznie chroni interesy zarówno Kupującego jak i Dostawcy?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 9 pkt.2 wzoru umowy

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 6 punkt 5.2) na zmianę z „(...) 24 godzin (...)” na „(...) 48 godzin w dni robocze (...)”?

Odpowiedź na pytanie 2

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.5.2 wzoru umowy

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 6 na zmianę części punktu 8 na „W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej (...)”?

Odpowiedź na pytanie 3

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 6 pkt.8 wzoru umowy

PYTANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części punktu 1b w § 7 na następujący: „(...) 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką (...)”?

Odpowiedź na pytanie 4

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1b wzoru umowy

PYTANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części punktu 1c w § 7 na następujący: „(...) 0,2% wartości brutto wadliwego towaru (...)”?

Odpowiedź na pytanie 5

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1c wzoru umowy

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części punktu 1d w § 7 na następujący: „(...) wartości brutto wadliwego towaru (...)”?

Odpowiedź na pytanie 6

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1d wzoru umowy

PYTANIE 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części punktu 1e w § 7 na następujący: „(...) wartości brutto towaru podlegającego naprawie (...)”?

Odpowiedź na pytanie 7

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1e wzoru umowy

PYTANIE 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części punktu 1g w § 7 na następujący: „(...) wartości brutto towaru podlegającego naprawie (...)”?

Odpowiedź na pytanie 8

Nie, Zamawiający utrzymuje zapis § 7 pkt.1g wzoru umowy

Dotyczy *części V - oddział intensywnej terapii, aparatura medyczna, analizator parametrów krytycznych - szt.1*

Dot: Analizator parametrów krytycznych

PYTANIE 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z tabeli parametrów wymaganych dla analizatora parametrów krytycznych punktu 15 **Wpis do rejestru wyrobów medycznych?** Zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych analizatory parametrów krytycznych nie podlegają wpisowi do tego rejestru, jedynym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie ich do obrotu i używania jest deklaracja zgodności CE.

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiający nie wykreśli z tabeli parametrów wymaganych dla analizatora parametrów krytycznych punktu 15 Wpis do rejestru wyrobów medycznych lecz dokonuje korekty:

zapis: : ”Wpis do rejestru wyrobów medycznych”

zmienia na: „Wpis do rejestru wyrobów medycznych/deklaracja zgodności CE (wraz z podaniem klasy wyrobu medycznego)”

PYTANIE 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty zgodnie z punktem 6.1.3 podpunkt 3 SIWZ jedynie deklaracji zgodności CE dla aparatu parametrów krytycznych? Oferowany przez nas aparat nie podlega certyfikacji dokonywanej przez jednostkę notyfikowaną. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa jedynym wymagany dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu i używania jest deklaracja zgodności CE

Odpowiedz na pytanie 10

Zamawiający wyraża zgodę.

3.3.2. CZĘŚĆ II - CENTRALNY BLOK OPERACYJNY: ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

Zestaw narzędzi chirurgicznych

PYTANIE 11 - dotyczy Cz. II. poz. 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 470x274x120mm spełniającą wymagania Zamawiającego wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, pokrywą kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze niebieskim, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli

sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy z koszositem o wymiarach 406x253x56mm kompatybilnym do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 11

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 12 - dotyczy Cz. III. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera spełniającą wymagania Zamawiającego wykonanej z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wymaganej w SIWZ wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze niebieskim, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 12

Tak, Zamawiający dopuszcza, kolor pokrywy zgodnie z SIWZ

PYTANIE 13 - dotyczy Cz. IV. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 470x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, kompatybilnym do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 13

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 14 - dotyczy Cz. VII. poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 470x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, kompatybilnym do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ,

Odpowiedz na pytanie 14

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 15 - dotyczy Cz. IX. poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wymaganej w SIWZ wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze niebieskim, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 15

Tak, Zamawiający dopuszcza, kolor pokrywy zgodnie z SIWZ

PYTANIE 16 - dotyczy Cz. X. poz. 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 300x274mm w kolorze szarym, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy z kompatybilną wanną o wym. 300x274x90 spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 16

Tak, Zamawiający dopuszcza, kolor pokrywy zgodnie z SIWZ

PYTANIE 17 - dotyczy Cz. XI. poz. 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze niebieskim, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 17

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 18 - dotyczy Cz. XIII. poz. 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 592x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 18

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 19 - dotyczy Cz. XIV. poz. 35

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wymaganej w SIWZ wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze niebieskim, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 19

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 20 - dotyczy Cz. XVII. poz. 32

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 470x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 20

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 21 - dotyczy Cz. XVIII poz. 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wymaganej w SIWZ wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze orcha, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 21

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 22 - dotyczy Cz. XIX poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze szarym, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 22

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 23 - dotyczy Cz. XX poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strip per do ścięgien Asmus o takich samych wymiarach jak wymagany w SIWZ fig 1, 3mm

Odpowiedz na pytanie 23

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 24 - dotyczy Cz. XXXIV poz. 60

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 592x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 24

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 25 - dotyczy Cz. XXXVI poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 470x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną

w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze szarym, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 25

Tak, Zamawiający dopuszcza, kolor pokrywy zgodnie z SIWZ

PYTANIE 26 - dotyczy Cz. XLIV poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontenera z wanną o wymiarach 300x274x90mm wykonaną ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni, wyposażoną w tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 26

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 27 - dotyczy Cz. L poz. 45

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrywy kontenera wykonaną z termostabilnego tworzywa, dostosowaną do wanny kontenera o wymiarze 470x274mm w kolorze antracyl, z filtrem teflonowym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy kompatybilny do wymaganego kontenera spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz na pytanie 27

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka