



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 20.05.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.14/11/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Etap III - Centralny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Położniczo-Ginekologiczny**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: 3.3.5. CZĘŚĆ V - ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - SPRZĘT MEDYCZNY

17. Łóżko intensywnej opieki z wyposażeniem – szt. 7

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego sygnalizującego opuszczenie łóżka przez pacjenta?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, Zamawiający dopuszcza

9. Urządzenie do badania słuchu dla noworodków – szt. 1

PYTANIE 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zainteresowany jest otoemisją przesiewową czy diagnostyczną, oraz jaki ma być to typ pomiaru (TEOAE czy DPOAE).

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający zainteresowany jest otoemisją przesiewową, typ pomiaru TEOAE

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu do usuwania dymu do lasera chirurgicznego zgodnie z jego wyposażeniem tj. ewakuator dymu wraz z filtrem oraz rurą –łącznie 2 kpl., ale bez 12 szt. rur do laparoskopii z kontrolą przepływu.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Części IV, Dodatek Nr IV/1 do SIWZ - Artroskop z oprzyrządowaniem

PYTANIE 4

Punkt IX/1

W związku z chęcią złożenia oferty i spełnianiem wszystkich parametrów SIWZ dotyczących artroskopu z oprzyrządowaniem, poza tylko jednym elementem opisu dotyczącym trokaru, czy

Zamawiający dopuści zaoferowanie nowoczesnego trokaru o średnicy 6 mm i dł. roboczej 130 mm, z obturatorem typu tępego, przepływowy, obrotowy?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka