



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 21.05.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.17/06/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II — Powtórzenie Etapu I (Apteka Szpitalna, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Patomorfologii)**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dotyczy: Części II, Dodatek II/4

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o odczynniki i kalibratory konfekcjonowane w 3 oddzielne opakowania wymieniane niezależnie od bezobsługowych elektrod, których stabilność w zależności od opakowania wynosi 6 do 8 tygodni?

Odpowiedź na pytanie 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając bez gazowej kalibracji 1 i 2 punktowej oczekuje zaoferowania analizatora kalibrowanego, którego kalibracja przebiega bez użycia gazów konfekcjonowanych w butlach ciśnieniowych?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, Zamawiający oczekuje analizatora kalibrowanego, którego kalibracja przebiega bez użycia gazów konfekcjonowanych w butlach ciśnieniowych.

PYTANIE 3

Czy w związku z obowiązującymi przepisami Zamawiający zgodzi się, aby od oferowanego analizatora wymagane było posiadanie certyfikatu zgodności CE? Wpis do rejestru wyrobów medycznych nie jest wymagany od analizatorów z tej grupy produktów medycznych.

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, Zamawiający dopuści deklarację CE wraz z podaniem klasy wyrobu medycznego.

Dotyczy części II, Dodatek nr II/5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Analizator do analizy moczu

PYTANIE 4

Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu w którym układ pomiarowy składa się z systemu diod typu LED oraz fotodetektora? Warunek opisanego układu pomiarowego spełnia jedynie jedna firma przez co ograniczony został dostęp innych firm oferujących inne również nowoczesne rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie 4
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika pasków z menu obsługi w j. angielskim? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w j. polskim wraz z zawartymi w niej komunikatami o błędach. Dodatkowo biorąc pod uwagę konieczność dostarczenia dodatkowego oprogramowania do komputera (pkt. 17 opisu przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie miał możliwość obsługi analizatora w języku polskim.

Odpowiedź na pytanie 5
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części II - Analizator biochemiczny

PYTANIE 6

Pkt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora biochemicznego pracującego w systemie odczynnikowo zamkniętym, oraz wykorzystujący do pomiaru fotometr z zakresem fal z przedziału 340- 800 nm?"

Odpowiedź na pytanie 6
Nie, Zamawiający nie dopuszcza analizatora biochemicznego pracującego w systemie odczynnikowo zamkniętym, dopuszcza fotometr z zakresem fal z przedziału 340- 800 nm.

PYTANIE 7

Pkt. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora biochemicznego z wbudowanym modulem ISE. dla elektrod Na, K, Cl i o wydajności 60 ozn./godz.?

Odpowiedź na pytanie 7
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 8

Pkt.7

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora biochemicznego z wbudowanym modulem ISE dysponującego 2-ma sondami dozującymi, wykorzystywanymi do pobrania materiału badanego dla części fotometrycznej jak i części ISE?

Odpowiedź na pytanie 8
Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 9

Pkt. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora dysponującego pokładem dla odczynników schładzanym do temperatury z zakresu 10-15 C? Jest to dedykowana temperatura dla odczynników przeznaczonych na oferowany analizator",

Odpowiedź na pytanie 9
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 10

Pkt. 13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora wykorzystującego zliczanie ilości dozowań w trakcie pracy z każdego opakowania odczynnikowego do wartości O od wartości ilości możliwych dozowań pełnego opakowania. Wielkości opakowań (ilość testów do wykonania z kasety odczynnikowej) jest charakterystyczna dla konkretnego testu i wczytywana jest z kodu kreskowego kasety odczynnikowej w trakcie wstawiania jej na pokład odczynnikowy analizatora"

Odpowiedź na pytanie 10
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Części II

PYTANIE 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydzielenie z części II poz. I Analizatora badań pilnych i markerów kardiologicznych, analizatora biochemicznego, analizatora równowagi kwasowo -zasadowej i parametrów krytycznych, analizatora moczu oraz koagulometru? Bądź wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej na te analizatory? Decyzja taka spowoduje większą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź na pytanie 11

Nie, Zamawiający nie wydzieli do odrębnego pakietu w/w analizatorów i nie wyraża zgody na ofertę częściową

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka