



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, dnia 17.05.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.19/05/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” (**Faza II – Powtórzenie Etapu II - Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej**)

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Dod. Nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pkt. 1 w Części II – Artroskop (instrumentarium) - szt.1 ? Umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, co z pewnością wpłynie na obniżenie poziomu cen w tym postępowaniu.

Pragniemy nadmienić, iż ww. asortyment nie ma merytorycznego związku z asortymentem sprzętowym z pozostałych punktów tej Części.

W razie negatywnej odpowiedzi Zamawiającego prosimy o zgodę na złożenie oferty częściowej obejmującej tylko ten punkt Części II.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu Artroskopu -(instrumentarium) - szt.1 oraz nie dopuszcza składania oferty częściowej obejmującej tylko Artroskop -(instrumentarium)

PYTANIE 2

W przypadku odpowiedzi Zamawiającego na jedno z powyższych pytań, prosimy jednocześnie o zgodę na dopuszczenie następujących analogicznych narzędzi w Części II,

Pkt. 1: Lp. II

Ad. 1 Trokar o średnicy 5,5 mm, dł. 13,5 cm z obturatorem typu tępego, przepływowy, obrotowy, z szybkozłączem.

Ad. 6 Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez Punch hakowy z łopatką? Czy to Punch tnący do tyłu?

Ad. 7 Sonda hakowa znakowana, dł. robocza 12 cm, średnica 3,5 mm długość haczyka 4 mm.

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 2 bezprzedmiotowe w świetle negatywnej odpowiedzi na pytanie 1.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka